INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
DE CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
Electrónica Especializada - Trabajos Eléctricos
Electromedicina - Reparación - Refrigeración
María Auxiliadora Nº 64 c/ Lapachal I
Tel.: 021 327 5757 +59521 3275757
LUQUE - PARAGUAY
Email: iea_py@outlook.com
IEA
Seguinos en @ieapy
ieapy.principalwebside.com

SERVICIO TECNICO
0000664

INFORME DE SERVICIO TECNICO

DIA	MES	AÑO
6	10	23

Cliente: Policia Nacional
Equipo: Estufa de Secado
Marca: GEMMYSS Modelo: YCO-010 S/N: Lote 44
Servicio: Dirección:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN

Hora entrada de servicio:
Hora salida de servicio:

DESCRIPCION DE LA MANO DE OBRA

Se realizó mantenimiento preventivo y correctivo al equipo, limpieza, ajustes, pruebas de funcionamiento. Ajuste de temperatura de trabajo. Mano de Obra. Provisión y combio de resistencias electricas deflectores. Combio de circuito interno con cable amiantado. Reparación integral de puerta con provisión de cerradura, aislación, bisagra. Mano de obra. Se entrega el equipo funcionando correctamente.

CÉSAR A. HERMOSILLA ÁLVAREZ
Subcomisario MGAP
Jefe de Adquisiciones Act. 07

DRA. NELLY B. PERALTA DE PINTOS
COMISARIO M.C.P.
JEFE DE DEPARTAMENTO - LABORATORIO

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
Tel.: 021 327 5757

FACTURA N°

Ing. Christopher Arévalo
Electromedicina
Reg. Prof. N° 24

V° B° CLIENTE

V° B° TECNICO
Firma y Sello

OBS.:

50X3 - 601 al 750