ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 -Cel: +595-971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 0001056

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA	
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. López e/ Cnel. Cazal S.L.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Laboratorio Central	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Planta de tratamiento de Agua	MARCA:
MODELO:	SERIE Nº:

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 11 / 03 / 2024

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐	FALLA DENUNCIADA:
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑	
CORRECTIVO	☐	

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento de filtro previo, lavado y contralavado; presurización. Mantenimiento del sistema filtro de piedra más ablandador c/ provisión de sistema de [illegible] [illegible], lavado contralavado presurización; Mantenimiento de sistema piedra más, mant. de carbón activado; provisión y cambio de [illegible], lavado presurización. Mantenimiento y provisión de ácidos para limpieza de membrana de

REPUESTOS UTILIZADOS: ósmosis. lavado y contralavado. Mantenimiento de [illegible] [illegible]; provisión y cambio de filtros, PPM de 25 mic. y de 5 mic. Control de calidad del agua tratada parámetros CL, pH, Ca.

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma: [firma] Luis Alberto Díaz Olmedo, Bioingeniero, Reg. Prof. MSPyBS 017	Firma: [firma] MS. César Yegros
Aclaración:	Aclaración: Dpto. de Electromedicina F.C.M. - U.N.A.
Fecha: 11-Marzo-2024	Fecha:

4 TAL. 50 X 3 - Del 0001001 al 0001200 - IX - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL: BLANCO 'DUPLICADO: CELESTE
TRIPLICADO: VERDE