JR INGENIERIA

INGENIERIA

Provision, Instalacion de Planta Generadora de Oxigeno
Reparación y Mantenimiento de Compresores de aire
Instalacion de redes de Gases Medicinales
Asistencia tecnica y mantenimiento de Planta de Oxigeno PSA

Habana 185 c/Lima, M.R. Alonso - Tel. (0994) 730 040 - E-mail: asistencia@jringenieria.com.py

INFORME DE ASISTENCIA TECNICA

N° 0000418

DATOS DEL CLIENTE

Nombre /Razón Social: Policia Nacional.- Fecha: 08/08/2022.-

Dirección: Hospital Rigoberto Caballero.- Teléfono:

DATOS DEL EQUIPO

Tipo de Maquina: Planta Generadora de Oxigeno.-

Marca: Oxymat.- Hora:

Serie/Patrimonio N°: 2019117.- Modelo: 0640.-

Descripción del Servicio: Asistencia tecnica para el mantenimiento Preventivo del equipo Según Orden de Servicio Nº 560/2022 -

- ✓ Cambio filtro separador refrigerante y reseteo alarma compresor de aire.-
- ✓ Limpieza y ajuste de Presión de entrada compresor de Oxigeno NOVAIR-
- ✓ Cambio de aros y reseteo de alarmas compresor de Oxigeno NOVAIR.-
- ✓ Cambio de aros y cambio de filtro de aire compresor de aire NOVAIR -
- ✓ Desmontaje cabezal compresor de aire NOVAIR -
- ✓ Cambio elementos filtros de linea NOVAIR -
- ✓ Limpieza secador de aire NOVAIR -
- ✓ Cambio refrigerante y cambio filtros de neblina bomba de vacio NOVAIR -
- ✓ Cambio juego de sellos bomba de vacio NOVAIR -

Cant.	Repuesto	Cant.	Repuesto	Cant.	Repuesto

Viviana Britez Britez
Suboficial Superior P.S.
Jefa Adquisiciones

Observaciones: Puesta en marcha y prueba de funcionamiento - OK.-

Firma: Ing. Javier Recalde J.R. Ingenieria RUC: 3.723.322 - 0

Técnico Responsable:

Firma: Eder Godoy Coordinador Serv. Control de Oxigeno Técnico en PSA

Conformidad del Cliente:

06T. (50X3) 0000301/0000600 04/2021 blanco/amarillo/celeste quim.

De Javier Recalde Encima

Comercio al por mayor de otras maquinarias y equipos n.c.p.
Otros tipos de reparaciones de vehículos automotores n.c.p.
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Reparación de otros bienes personales y domésticos n.c.p.
Comercio al por mayor de productos n.c.p.
Comercio al por menor de productos en comercios no especializados
Actividades de programación informática
Otras actividades especializadas en construcción n.c.p

INGENIERIA

La Habana 185 c/ Lima y San Francisco, Barrio Universo – Tel.: (021) 754 058 - (0981) 296 090 / (021) 3268766
e-mail: asistencia@jringenieria.com.py M.R. Alonso, Paraguay

Timbrado Nro.: 15337346
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
RUC: 3723322-0
NOTA DE REMISION
Nº 001-001-0000785

Fecha de Emisión: 08/08/2022

DESTINATARIO DE LA MATERIA

Nombre o Razón Social: P. N. - GASTOS - SANIDAD POLICIAL — RUC O C.I.: 80016197-1
Domicilio: HOSPITAL RIGOBERTO CABALLERO

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado: Ventas — Comprobante de Venta: Factura
Comprobante de Venta Nº: — Nº de Timbrado:
fecha de Expedición: 08/08/2022
Fecha Inicio del Traslado: 08/08/2022 — Fecha estimada de término del Traslado: 08/08/2022

Dirección del punto de partida: Habana 185 c/Lima
Ciudad: M.R. Alonso — Departamento: Central

Dirección del punto de llegada: Hospital Rigoberto Caballero
Ciudad: Asunción — Departamento: Central
Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehiculo: FORD
Número de Registro Único del Automotor(RUA): JRJR537
Número de Registro Único del Automotor(RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre o Razón Social: Agustín Velázquez — RUC O C.I.: 4.057.754
Domicilio:

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción Detallada
1	Unidad	M.P: CAMBIO FILTRO SEPARADOR REFRIGERANTE COMPRESOR DE AIRE - ÍTEM 1.18
1	Unidad	M.P: RESETEO ALARMA COMPRESOR DE AIRE - ÍTEM 1.19
1	Unidad	M.P: LIMPIEZA COMPRESOR DE OXÍGENO NOVAIR - ÍTEM 1.23
1	Unidad	M.P: AJUSTE PRESIÓN DE ENTRADA COMPRESOR DE OXÍGENO NOVAIR - ÍTEM 1.24
1	Unidad	M.P: CAMBIO DE AROS COMPRESOR DE OXÍGENO NOVAIR - ÍTEM 1.25
1	Unidad	M.P: RESETEO ALARMA COMPRESOR DE OXÍGENO NOVAIR - ÍTEM 1.26
1	Unidad	M.P: CAMBIO DE AROS COMPRESOR DE AIRE NOVAIR - ÍTEM 1.28
1	Unidad	M.P: CAMBIO FILTRO DE AIRE COMPRESOR DE AIRE NOVAIR - ÍTEM 1.29
1	Unidad	M.P: DESMONTAJE CABEZAL COMPRESOR DE AIRE NOVAIR - ÍTEM 1.32
1	Unidad	M.P: CAMBIO ELEMENTOS FILTROS DE LÍNEA NOVAIR - ÍTEM 1.33
1	Unidad	M.P: LIMPIEZA SECADOR DE AIRE NOVAIR - ÍTEM 1.34
1	Unidad	M.P: CAMBIO REFRIGERANTE BOMBA DE VACÍO NOVAIR - ÍTEM 1.35
1	Unidad	M.P: CAMBIO FILTROS DE NEBLINA BOMBA DE VACÍO NOVAIR - ÍTEM 1.36
1	Unidad	M.P: CAMBIO JUEGO DE SELLOS BOMBA DE VACÍO NOVAIR - ÍTEM 1.40

Viviana Britez Britez
Suboficial Superior P.S.
Jefa Adquisiciones

Recepción de la Mercadería:

Firma: — Aclaración: — RUC o cédula:

Eder Godoy
Coordinador
Serv. Control de Oxigeno
Técnico en PSA

Poly Imprenta de Renato Raúl Agüero Leguizamón - RUC:5.512.544-1 4ta. Pytda N°184 c/ NSA -Cel:(0981)405127 Hab. 2218-100 hojas x3 del 0000751 al 0000850