ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 -Cel: +595-971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 0001003

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez e/ Ind Chaco S.L. TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilización - Tocoquirurgico
SERVICIO SOLICITADO POR: CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Planta de tratamiento de Agua MARCA:
MODELO: SERIE Nº:

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 03 / 11 / 2023

- PREVENTIVO PROGRAMADO ☐
- PREVENTIVO POR CONTRATO ☑
- CORRECTIVO ☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento de controlador de presión (pres control). Verificación de presión de línea de agua filtrada. Verificación de presión de línea de agua tratada. Limpieza de sala de máquinas. Asignación de mano de obra calificada.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo, Bioingeniero, Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración: MS. Cómez Ramos, Jefe, Dpto. de Electromedicina, FCM - UNA
Fecha: 03-Nov-2023	Fecha:

4 TAL. 50 X 3 - Del 0001001 al 0001200 - IX - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL: BLANCO *DUPLICADO: CELESTE
TRIPLICADO: VERDE

30	Comprobante de Retención (IVA-RENTA)	Monto:					
31	Comprobante de Retención de la Multa - Incumplimiento	Monto:					
32	Solicitud de Transferencia de Recursos (STR)	Monto:					
33	Cheque: Transferencia Bancaria:						
34	Recibo de Dinero	Monto:					
Verificado por:		Monto:					