ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00872

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas-UNA	
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez e/ Cnel Cazal. S.L.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Laboratorio Central	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA.	MARCA:
MODELO:	SERIE Nº:

FECHA DEL SERVICIO: 30, 09, 2022

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento de planta, provision y cambio de regenerador de resina cationica (sen sin y cdo). Limpieza de tanque agua cruda. Lavado y contralavado de membrana de osmosis; Mantenimiento y revision de bomba hidraulica de empuje de agua cruda. Revision y mantenimiento de bomba hidraulica de empuje de agua pura. Verificacion y ajuste de presiones de linea, de trabajo y de stand-by

REPUESTOS UTILIZADOS: Mano de obra tecnica calificada

Observación: O.S.# 0092752

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma: Luis Alberto Díaz Olmedo, Bioingeniero, Reg. Pref. MSPyBS 017	Firma: MS. César Yegros, Jefe
Aclaración:	Aclaración: Jefe de Electromedicina, F.C.M.-U.N.A.
Fecha: 30-Setiembre-2022	Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-