JR INGENIERIA

Provision, Instalacion de Planta Generadora de Oxigeno
Reparación y Mantenimiento de Compresores de aire
Instalacion de redes de Gases Medicinales
Asistencia tecnica y mantenimiento de Planta de Oxigeno PSA

Habana 185 c/Lima, M.R. Alonso - Tel. (0994) 730 040 - E-mail: asistencia@jringenieria.com.py

INFORME DE ASISTENCIA TECNICA

N° 0000423

DATOS DEL CLIENTE

Nombre /Razón Social: Policia Nacional - Fecha: 08/08/2022 -

Dirección: Hospital Rigoberto Caballero - Teléfono:

DATOS DEL EQUIPO

Tipo de Maquina: Planta Generadora de Oxigeno -

Marca: Oxymat - Hora:

Serie/Patrimonio N°: 2019117 - Modelo: 0640 -

Descripción del Servicio: Asistencia tecnica para el mantenimiento Correctivo del equipo según Orden de Servicio Nº 565/2022 -

✓ Provisión de Kit mantenimiento valvula distribución con mano de obra - Compresor aire baja -

✓ Provisión de Kit de linea de drenaje condensado con mano de obra - Compresor aire baja -

✓ Provisión elementos filtro de linea de particula con mano de obra - Compresor aire baja -

✓ Provisión elementos filtro coalescencia y Kit mantenimiento drenador de condensado con mano de obra, Compresor de aire de baja -

✓ Provisión de Unidad de aire-aisend con mano de obra - Compresor de aire baja -

✓ Provisión de filtro de gas refrigerante con mano de obra - Secador de aire -

✓ Provisión de regulador de gas refrigerante con mano de obra - Secador de aire -

✓ Provisión de llave TH 3x32A con mano de obra - Secador de aire -

✓ Provisión de Grasa cojinete motor ventilador con mano de obra - Secador de aire -

Cant.	Repuesto	Cant.	Repuesto	Cant.	Repuesto
01	Item 2,113 + Item 2,114 -	01	Item 2,145 + Item 2,146 -		
01	Item 2,119 + Item 2,120 -	01	Item 2,149 + Item 2,150 -		
01	Item 2,123 + Item 2,124 -				
01	Item 2,125 + Item 2,126 -				
02	Item 2,127 + Item 2,128 -				
01	Item 2,131 + Item 2,132 -				
02	Item 2,141 + Item 2,142 -				
01	Item 2,143 + Item 2,144 -				

Viviana Britez Britez
Suboficial Superior P.S.
Jefa Adquisiciones

Observaciones: Se ha realizado el cambio y la instalación de los repuestos indicado segun corresponde a cada items con prueba de funcionamiento - OK -

Firma: Ing. Javier Recalde
J.R. Ingeniería
RUC: 3.723.322 - 0
Técnico Responsable:

Firma: Eder Godoy
Coordinador
Serv. Control de Oxigeno
Técnico en PSA
Conformidad del Cliente:

06T. (50X3) 0000301/0000600 04/2021 blanco/amarillo/celeste quim.

De Javier Recalde Encima

Comercio al por mayor de otras maquinarias y equipos n.c.p.
Otros tipos de reparaciones de vehículos automotores n.c.p.
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Reparación de otros bienes personales y domésticos n.c.p.
Comercio al por mayor de productos n.c.p.
Comercio al por menor de productos en comercios no especializados
Actividades de programación informática
Otras actividades especializadas en construcción n.c.p

INGENIERIA

La Habana 185 c/ Lima y San Francisco, Barrio Universo – Tel.: (021) 754 058 - (0981) 296 090 / (021) 3268766
e-mail: asistencia@jringenieria.com.py M.R. Alonso, Paraguay

Timbrado Nro.: 15337346
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
RUC: 3723322-0
NOTA DE REMISION
Nº 001-001-0000790

Fecha de Emisión: 08/08/2022

DESTINATARIO DE LA MATERIA

Nombre o Razón Social: P. N. - GASTOS - SANIDAD POLICIAL — RUC O C.I.: 80016197-1
Domicilio: HOSPITAL RIGOBERTO CABALLERO

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado: Ventas — Comprobante de Venta: Factura
Comprobante de Venta Nº: — Nº de Timbrado:
fecha de Expedición: 08/08/2022
Fecha Inicio del Traslado: 08/08/2022 — Fecha estimada de término del Traslado: 08/08/2022

Dirección del punto de partida: Habana 185 c/Lima
Ciudad: M.R. Alonso — Departamento: Central

Dirección del punto de llegada: Hospital Rigoberto Caballero
Ciudad: Asunción — Departamento: Central
Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehiculo: FORD
Número de Registro Único del Automotor(RUA): JRJR537
Número de Registro Único del Automotor(RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre o Razón Social: Agustín Velázquez — RUC O C.I.: 4.054.754
Domicilio:

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción Detallada
1	Unidad	M.C: P/COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PLANTA DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE KIT MANTENIMIENTO VÁLVULA DISTRIBUCIÓN - ITEM 2.113
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PLANTA DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE KIT MANTENIMIENTO VÁLVULA DISTRIBUCIÓN - ITEM 2.114
1	Unidad	M.C: P/COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PLANTA DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE KIT DE LÍNEA DE DRENAJE CONDENSADO - ITEM 2.119
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PLANTA DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE KIT DE LÍNEA DE DRENAJE CONDENSADO - ITEM 2.120
1	Unidad	M.C: P/COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PLANTA DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE ELEMENTOS FILTRO DE LÍNEA DE PARTÍCULA - ITEM 2.123
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PLANTA DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE ELEMENTOS FILTRO DE LÍNEA DE PARTÍCULA - ITEM 2.124
1	Unidad	M.C: P/COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PLANTA DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE ELEMENTOS FILTRO DE COALESCENCIA - ITEM 2.125
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PLANTA DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE ELEMENTOS FILTRO DE COALESCENCIA - ITEM 2.126
1	Unidad	M.C: P/COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PLANTA DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE KIT MANTENIMIENTO DRENADOR DE CONDENSADO - ITEM 2.127
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PLANTA DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE KIT MANTENIMIENTO DRENADOR DE CONDENSADO - ITEM 2.128

Recepción de la Mercadería:

Firma: — Aclaración: Eder Godoy, Coordinador Serv. Control de Oxígeno Técnico en PSA — RUC o cédula:

Viviana Britez Britez
Suboficial Superior P.S.
Jefa Adquisiciones

Poly Imprenta de Renato Raúl Agüero Leguizamón - RUC:5.512.544-1 4ta. Pytda N°184 c/ NSA -Cel:(0981)405127 Hab. 2218-100 hojas x3 del 0000751 al 0000850

De Javier Recalde Encima

Comercio al por mayor de otras maquinarias y equipos n.c.p.
Otros tipos de reparaciones de vehículos automotores n.c.p.
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Reparación de otros bienes personales y domésticos n.c.p.
Comercio al por mayor de productos n.c.p.
Comercio al por menor de productos en comercios no especializados
Actividades de programación informática
Otras actividades especializadas en construcción n.c.p.

La Habana 185 c/ Lima y San Francisco, Barrio Universo – Tel.: (021) 754 058 - (0981) 296 090 / (021) 3268766
e-mail: asistencia@jringenieria.com.py M.R. Alonso, Paraguay

Timbrado Nro.: 15337346
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
RUC: 3723322-0
NOTA DE REMISION
Nº 001-001-0000791

Fecha de Emisión: 08/08/2022

DESTINATARIO DE LA MATERIA

Nombre o Razón Social: P. N. - GASTOS - SANIDAD POLICIAL — RUC O C.I.: 80016197-1
Domicilio: HOSPITAL RIGOBERTO CABALLERO

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado: Ventas — Comprobante de Venta: Factura
Comprobante de Venta Nº: — Nº de Timbrado:
fecha de Expedición: 08/08/2022
Fecha Inicio del Traslado: 08/08/2022 — Fecha estimada de término del Traslado: 08/08/2022

Dirección del punto de partida: Habana 185 c/Lima
Ciudad: M.R. Alonso — Departamento: Central

Dirección del punto de llegada: Hospital Rigoberto Caballero
Ciudad: Asunción — Departamento: Central
Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehiculo: FORD
Número de Registro Único del Automotor(RUA): JRJR537
Número de Registro Único del Automotor(RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre o Razón Social: Agustín Velázquez — RUC O C.I.: 4.054.754
Domicilio:

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción Detallada
1	Unidad	M.C: P/COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PLANTA DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE UNIDAD DE AIRE - AIREND - ITEM 2.131
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PLANTA DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE UNIDAD DE AIRE - AIREND - ITEM 2.132
1	Unidad	M.C: P/ SECADOR DE AIRE CON PROVISIÓN DE FILTRO DE GAS REFRIGERANTE - ITEM 2.141
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO SECADOR DE AIRE CON PROVISIÓN DE FILTRO DE GAS REFRIGERANTE - ITEM 2.142
1	Unidad	M.C: P/ SECADOR DE AIRE CON PROVISIÓN DE REGULADOR DE GAS REFRIGERANTE - ITEM 2.143
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO SECADOR DE AIRE CON PROVISIÓN DE REGULADOR DE GAS REFRIGERANTE - ITEM 2.144
1	Unidad	M.C: P/ PARA SECADOR DE AIRE CON PROVISIÓN DE LLAVE TM 3X32A - ITEM 2.145
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO SECADOR DE AIRE CON PROVISIÓN DE LLAVE TM 3X32A - ITEM 2.146
1	Unidad	M.C: P/ SECADOR DE AIRE CON PROVISIÓN DE GRASA COJINETE MOTOR VENTILADOR - ITEM 2.149
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO SECADOR DE AIRE CON PROVISIÓN DE GRASA COJINETE MOTOR VENTILADOR - ITEM 2.150

Viviana Britez Britez
Suboficial Superior P.S.
Jefa Adquisiciones

Recepción de la Mercadería:

Firma: — Aclaración: — RUC o cédula:

Eder Godoy
Coordinador
Serv. Control de Oxígeno
Técnico en P.S.

Poly Imprenta de Renato Raúl Agüero Leguizamón - RUC:5.512.544-1 4ta. Pytda N°184 c/ NSA -Cel:(0981)405127 Hab. 2218-100 hojas x3 del 0000751 al 0000850