JR INGENIERIA

Provision, Instalacion de Planta Generadora de Oxigeno
Reparación y Mantenimiento de Compresores de aire
Instalacion de redes de Gases Medicinales
Asistencia tecnica y mantenimiento de Planta de Oxigeno PSA

Habana 185 c/Lima, M.R. Alonso - Tel. (0994) 730 040 - E-mail: asistencia@jringenieria.com.py

INFORME DE ASISTENCIA TECNICA

N° 0000417

DATOS DEL CLIENTE

Nombre /Razón Social: Policia Nacional.- Fecha: 08/08/2022.-

Dirección: Hospital Rigoberto Caballero.- Teléfono:

DATOS DEL EQUIPO

Tipo de Maquina: Planta Generadora de Oxigeno.-

Marca: Oxymat.- Hora:

Serie/Patrimonio N°: 2019117.— Modelo: 0640.-

Descripción del Servicio: Asistencia tecnica para el mantenimiento preventivo del equipo segun Orden de Servicios N°. 559/2022.-

- ✓ Verificación general del generador de oxigeno, lubricación de valvulas neumaticas.-
- ✓ Reposición de zeolita y verificación electrovalvula de comando Generador de Oxigeno.-
- ✓ Reseteo de Alarma del Generador de Oxigeno.-
- ✓ Verificación regulador de Presión de Salida de Oxigeno.-
- ✓ Verificación secador de aire.-
- ✓ Cambios de elemento filtro de particula de linea de aire.-
- ✓ Verificación nivel refrigerante secador de aire y reseteo de alarma.-
- ✓ Limpieza enfriador del secador de aire.-
- ✓ Cambio de filtro de aire compresor de aire.-
- Cambio de correas compresor de aire.-
- ✓ Limpieza enfriador compresor de aire.-

Cant.	Repuesto	Cant.	Repuesto	Cant.	Repuesto

Viviana Britez Britez
Suboficial Superior P.S.
Jefa Adquisiciones

Observaciones: Ajustes y control General del equipo, prueba en funcionamiento.—

Firma: **Técnico Responsable:** Ing. Javier Recalde J.R. Ingenieria RUC: 3.723.322 - 0

Firma: **Conformidad del Cliente:** Edgar Godoy Coordinador Control de Oxigeno Serv. Tecnico en PSA

De Javier Recalde Encima

INGENIERIA

Comercio al por mayor de otras maquinarias y equipos n.c.p.
Otros tipos de reparaciones de vehículos automotores n.c.p.
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Reparación de otros bienes personales y domésticos n.c.p.
Comercio al por mayor de productos n.c.p.
Comercio al por menor de productos en comercios no especializados
Actividades de programación informática
Otras actividades especializadas en construcción n.c.p

La Habana 185 c/ Lima y San Francisco, Barrio Universo – Tel.: (021) 754 058 - (0981) 296 090 / (021) 3268766
e-mail: asistencia@jringenieria.com.py M.R. Alonso, Paraguay

Timbrado Nro.: 15337346
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
RUC: 3723322-0
NOTA DE REMISION
Nº 001-001-0000784

Fecha de Emisión: 08/08/2022

DESTINATARIO DE LA MATERIA

Nombre o Razón Social: P. N. - GASTOS - SANIDAD POLICIAL — RUC O C.I.: 80016197-1
Domicilio: HOSPITAL RIGOBERTO CABALLERO

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado: Ventas — Comprobante de Venta: Factura
Comprobante de Venta Nº: — Nº de Timbrado:
fecha de Expedición: 08/08/2022
Fecha Inicio del Traslado: 08/08/2022 — Fecha estimada de término del Traslado: 08/08/2022

Dirección del punto de partida: Habana 185 c/Lima
Ciudad: M.R. Alonzo — Departamento: Central

Dirección del punto de llegada: Hospital Rigoberto Caballero
Ciudad: Asuncion — Departamento: Central
Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehiculo: FORD
Número de Registro Único del Automotor(RUA): JRJR 537
Número de Registro Único del Automotor(RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre o Razón Social: AGUSTIN VELAZQUEZ — RUC O C.I.: 4.057.754
Domicilio:

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción Detallada
1	Unidad	M.P: VERIFICACIÓN GENERAL GENERADOR DE OXÍGENO - ITEM 1.1
1	Unidad	M.P: LUBRICACIÓN VÁLVULAS NEUMÁTICAS GENERADOR DE OXÍGENO - ITEM 1.2
1	Unidad	M.P: REPOSICIÓN ZEOLITA GENERADOR DE OXÍGENO - ÍTEM 1.3
1	Unidad	M.P: VERIFICACIÓN ELECTROVÁLVULA DE COMANDO GENERADOR DE OXÍGENO - ÍTEM 1.4
1	Unidad	M.P: SERVICIO DE RESETEO ALARMA GENERADOR DE OXÍGENO - ÍTEM 1.5
1	Unidad	M.P: VERIFICACIÓN REGULADOR DE PRESIÓN DE SALIDA OXÍGENO - ÍTEM 1.8
1	Unidad	M.P: VERIFICACIÓN SECADOR DE AIRE - ÍTEM 1.9
1	Unidad	M.P: CAMBIO DE ELEMENTO FILTRO DE PARTÍCULA DE LÍNEA DE AIRE - ÍTEM 1.10
1	Unidad	M.P: VERIFICACIÓN NIVEL REFRIGERANTE SECADOR DE AIRE - ÍTEM 1.11
1	Unidad	M.P: RESETEO ALARMA SECADOR DE AIRE - ÍTEM 1.12
1	Unidad	M.P: LIMPIEZA ENFRIADOR SECADOR DE AIRE - ÍTEM 1.13
1	Unidad	M.P: CAMBIO DE FILTRO DE AIRE COMPRESOR DE AIRE - ÍTEM 1.14
1	Unidad	M.P: CAMBIO DE CORREAS COMPRESOR DE AIRE - ÍTEM 1.15
1	Unidad	M.P: LIMPIEZA ENFRIADOR COMPRESOR DE AIRE - ÍTEM 1.16

Viviana Britez Britez
Suboficial Superior P.S.
Jefa Adquisiciones

Recepción de la Mercadería: ORDEN DE SERVICIO N° 559/2022

Firma: — Aclaración: Javier Godoy, Coordinador Control de Oxigeno PSA — RUC o cédula:

Poly Imprenta de Renato Raúl Agüero Leguizamón - RUC: 5.513.100-1 4ta. Pytda N°184 c/ NSA -Cel:(0981)405127 Hab. 2218-100 hojas x3 del 0000751 al 0000850