ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00946

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA	
DIRECCIÓN: Avda Mcal López y Cnel. Cazal. SL.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Laboratorio Central	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Planta de tratamiento de agua	MARCA:
MODELO:	SERIE Nº:

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 10 / 04 / 2023

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento de planta de agua, desmontaje de filtro grava lecho profundo; lavado y retrolavado; enjuague y puesta en línea. Desmontaje de sistema filtro grava + mburú de carbon activado, provisión y cambio de mburú de carbon; lavado y retrolavado; presurización y puesta en línea. Desmontaje de sistema grava + resina catiónica (ablandador), lavado y retrolavado; proceso de regeneración con ClNa Abre de yodo; lavado y retrolavado; presurización; reposición de ClNa para proximo proceso de regeneración. Provisión y cambio de filtro de polipropileno de 25um; provision y cambio de filtro de polipropileno de 5um, Test de calidad de agua, metodo colorimetrico; parametros PH, CL, Ca

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Ing. Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Pref. MSPyBS 017	Aclaración:
Fecha: 10 - abril - 2023	Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

ELECTROMEDICINA – ELECTROMECÁNICA
METAL-MECÁNICA

TTE SMITH #6274. ZONA NORTE. FERNANDO DE LA MORA
TEL:021-682163 - 0971-927127 - 0981-129048
EMAIL: luisdiazpy@gmail.com

RUC: 1399604-5

10-abril-2023

LABORATORIO CENTRAL. RESULTADOS DE CALIDAD DEL AGUA. METODO COLORIMETRICO



DUREZA CALCICA (ppm)



PH



ALCALINIDAD



CLORO LIBRE

Calle Tte.Smith # 6274. Zona Norte. F. de la Mora. Tel/Fax: 021-682163 . Cel.: 0971-927127; 0981-129048
e-mail: luisdiazpy@gmail.com

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

ELECTROMEDICINA – ELECTROMECÁNICA
METAL-MECÁNICA

TTE SMITH #6274. ZONA NORTE. FERNANDO DE LA MORA
TEL:021-682163 - 0971-927127 - 0981-129048
EMAIL: luisdiazpy@gmail.com

RUC: 1399604-5

MUESTRA

MUESTRA

Calle Tte.Smith # 6274. Zona Norte. F. de la Mora. Tel/Fax: 021-682163 . Cel.: 0971-927127; 0981-129048
e-mail: luisdiazpy@gmail.com