De Javier Recalde Encina
Desarrollo y Mantenimiento de Software
Reparación y Mantenimiento de Compresores de Aire
Montajes Eléctricos y Electromecánicos
Montajes de Cañerías Medicinales e Industriales
INGENIERIA
Habana 185 c Lima – Tel: 0981 296090 / 021 3268766
e-mail: administracion@jringeniena.com.py / M. R. Alonso, Paraguay.

INFORME DE ASISTENCIA TECNICA N° 0521

DATOS DELCLIENTE:

Nombre: Hospital Policial Rigoberto Caballero
Dirección: Avda. J. Kubitschek y Av. Mcal. Lopez

Fecha: 14/10/2022

DATOS DEL EQUIPO:

Tipo de Maquinas: Planta Generadora de Oxigeno OXYMAT.

DESCRIPCION DEL SERVICIO.

Asistencia técnica para Mantenimiento Correctivo de Planta Generadora de Oxigeno según Contrato N° 58/2022, acorde se detalla a continuación:

2	Mantenimiento Correctivo			
2.121	Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Planta de Oxigeno con provisión de Sensor de temperatura	Unidad	EVENTO	1
2.122	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo compresor de AIRE de baja Planta de Oxigeno con provisión de Sensor de temperatura	Unidad	EVENTO	1
2.137	Mantenimiento correctivo para compresor de AIRE de baja Planta de Oxigeno con provisión de Controlador FOCUS con tarjeta RFI	Unidad	EVENTO	1
2.138	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo compresor de AIRE de baja Planta de Oxigeno con provisión de Controlador FOCUS con tarjeta RFI	Unidad	EVENTO	1
2.139	Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE con provisión de Gas refrigerante ecológico R407	Unidad	EVENTO	1
2.140	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo SECADOR de AIRE con provisión de Gas refrigerante ecológico R408	Unidad	EVENTO	1
2.157	Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE con provisión de controlador electrónico	Unidad	EVENTO	1
2.158	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo SECADOR de AIRE con provisión de controlador electrónico	Unidad	EVENTO	1
2.161	Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE con provisión de Sensor de presión	Unidad	EVENTO	1
2.167	Mantenimiento correctivo para SECADOR de AIRE con provisión de Unidad Evaporadora	Unidad	EVENTO	1
2.168	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo SECADOR de AIRE con provisión de Unidad Evaporadora	Unidad	EVENTO	1
2.179	Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE Oxigeno con provisión de Válvula angular de Operación cíclica 2,5" - V1/4 y V1/5	Unidad	EVENTO	2
2.180	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo GENERADOR DE Oxigeno con provisión de Válvula angular de Operación cíclica 2,5" - V1/4 y V1/6	Unidad	EVENTO	1
2.193	Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE Oxigeno con provisión de Regulador de Presión - Entrada de aire a lechos 2"	Unidad	EVENTO	1

Ing. Javier Recalde
J.R. Ingeniería
RUC: 3.723.322 - 0

Habana 199 c/ Lima - M.R.Alonso
Tel: 0981 296090/ 021 3268766
e-mail: administración@jringenieria.com.py

INGENIERIA

VIVIANA BRITEZ BRITEZ
Suboficial Superior P.S.
Jefa de Adquisiciones

Eder Godoy
Coordinador
Serv. Control de Oxigeno
Técnico en PSA

De Javier Recalde Encina
Desarrollo y Mantenimiento de Software
Reparación y Mantenimiento de Compresores de Aire
Montajes Eléctricos y Electromecánicos
Montajes de Cañerías Medicinales e Industriales
INGENIERIA
Habana 185 c/ Lima – Tel: 0981 296090 / 021 3268766
e-mail: administracion@jringeniena.com.py / M. R. Alonso, Paraguay.

2.194	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo GENERADOR DE Oxigeno con provisión de Regulador de Presión - Entrada de aire a lechos 2"	Unidad	EVENTO	1
2.197	Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE Oxigeno con provisión de válvula rosca CGA540 Sistema Manifolds	Unidad	EVENTO	10
2.198	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo GENERADOR DE Oxigeno con provisión de válvula rosca CGA540 Sistema Manifolds	Unidad	EVENTO	10
2.203	Mantenimiento correctivo para GENERADOR DE Oxigeno con provisión de Válvula Neumática DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8	Unidad	EVENTO	2
2.204	Mano de Obra para Mantenimiento correctivo GENERADOR DE Oxigeno con provisión de Válvula Neumática DN32 - Tipo N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/9	Unidad	EVENTO	2

Todos los servicios fueron realizados según especificaciones técnicas ID 406.096. Acorde a la orden de compra N°841/2022.-

JR INGENIERIA
Ing. Javier Recalde
J.R. Ingeniería
RUC: 3.723.322 - 0

Eder Godoy
Coordinador
Serv. Control de Oxigeno
Técnico en PSA
P/Hospital Rigoberto Caballero.

VIVIANA BRITEZ BRITEZ
Suboficial Superior P.S.
Jefa de Adquisiciones

INGENIERIA

De Javier Recalde Encina

INGENIERIA

Comercio al por mayor de otras maquinarias y equipos n.c.p.
Otros tipos de reparaciones de vehículos automotores n.c.p.
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Reparación de otros bienes personales y domésticos n.c.p.
Comercio al por mayor de productos n.c.p.
Comercio al por menor de productos en comercios no especializados
Actividades de programación informática
Otras actividades especializadas en construcción n.c.p.

La Habana 185 c/ Lima y San Francisco, Barrio Universo – Tel.: (021) 754 058 - (0981) 296 090 / (021) 3268766
e-mail: asistencia@jringenieria.com.py M.R. Alonso, Paraguay

Timbrado Nro.: 15337346
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
RUC: 3723322-0
NOTA DE REMISION
Nº 001-001-0000846

Fecha de Emisión: 14/10/2022

DESTINATARIO DE LA MATERIA

Nombre o Razón Social: P. N. - GASTOS - SANIDAD POLICIAL RUC O C.I.: 80016197-1
Domicilio: HOSPITAL RIGOBERTO CABALLERO

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado: Comprobante de Venta: Factura
Comprobante de Venta Nº: 001-001-0001540 Nº de Timbrado:
fecha de Expedición: 14/10/2022
Fecha Inicio del Traslado: 14/10/2022 Fecha estimada de término del Traslado: 14/10/2022

Dirección del punto de partida: Habana 185 c/Lima
Ciudad: M.R. Alonso Departamento: Central

Dirección del punto de llegada: Hospital Policial Rigoberto Caballero
Ciudad: Asuncion Departamento: Central
Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehiculo: FORD
Número de Registro Único del Automotor(RUA): JRJR537
Número de Registro Único del Automotor(RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre o Razón Social: Agustin Velazquez RUC O C.I.: 4.057.754
Domicilio:

VIVIANA BRITEZ BRITEZ
Suboficial Superior P.S.
Jefa de Adquisiciones

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción Detallada
1	Unidad	M.C: P/COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PLANTA DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE TEMPERATURA - ITEM 2.121
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PLANTA DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE SENSOR DE TEMPERATURA - ITEM 2.122
1	Unidad	M.C: P/COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PLANTA DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE CONTROLADOR FOCUS CON TARJETA RFI - ITEM 2.137
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PLANTA DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE CONTROLADOR FOCUS CON TARJETA RFI - ITEM 2.138
1	Unidad	M.C: P/SECADOR DE AIRE CON PROVISIÓN DE GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R407 - ITEM 2.139
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO SECADOR DE AIRE CON PROVISIÓN DE GAS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R408 - ITEM 2.140
1	Unidad	M.C: P/SECADOR DE AIRE CON PROVISIÓN DE CONTROLADOR ELECTRONICO - ITEM 2.157
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO SECADOR DE AIRE CON PROVISIÓN DE CONTROLADOR ELECTRÓNICO - ITEM 2.158
1	Unidad	M.C: P/SECADOR DE AIRE CON PROVISIÓN DE SENSOR DE PRESIÓN - ITEM 2.161
1	Unidad	M.C: P/SECADOR DE AIRE CON PROVISIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA - ITEM 2.167
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO SECADOR DE AIRE CON PROVISIÓN DE UNIDAD EVAPORADORA - ITEM 2.168
2	Unidad	M.C: P/GENERADOR DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE VÁLVULA ANGULAR DE OPERACIÓN CÍCLICA 2,5" - V1/4 Y V1/5 - ITEM 2.179
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO GENERADOR DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE VÁLVULA ANGULAR DE OPERACIÓN CÍCLICA 2,5" - V1/4 Y V1/6 - ITEM 2.180

Recepción de la Mercadería:

Firma: Aclaración: Eder Godoy Coordinador Serv. Control de Oxigeno Técnico en PSA RUC o cédula:

Lic. VERONICA CARDOZO
Suboficial Inspector
Auditora

000014

Poly Imprenta de Renato Raúl Agüero Leguizamón - RUC:5.512.544-1 4ta. Pytda N°184 c/ NSA -Cel:(0981)405127 Hab. 2218-100 hojas x3 del 0000751 al 0000850

De Javier Recalde Encina

INGENIERIA

Comercio al por mayor de otras maquinarias y equipos n.c.p.
Otros tipos de reparaciones de vehículos automotores n.c.p.
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Reparación de otros bienes personales y domésticos n.c.p.
Comercio al por mayor de productos n.c.p.
Comercio al por menor de productos en comercios no especializados
Actividades de programación informática
Otras actividades especializadas en construcción n.c.p

La Habana 185 c/ Lima y San Francisco, Barrio Universo – Tel.: (021) 754 058 - (0981) 296 090 / (021) 3268766
e-mail: asistencia@jringenieria.com.py M.R. Alonso, Paraguay

Timbrado Nro.: 15337346
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
RUC: 3723322-0
NOTA DE REMISION
Nº 001-001-0000847

Fecha de Emisión: 14/10/2022

DESTINATARIO DE LA MATERIA

Nombre o Razón Social: P. N. - GASTOS - SANIDAD POLICIAL — RUC O C.I.: 80016197-1
Domicilio: HOSPITAL RIGOBERTO CABALLERO

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado:
Comprobante de Venta: FACTURA
Comprobante de Venta Nº: 001-001-0001541
Nº de Timbrado:
fecha de Expedición: 14/10/2022
Fecha Inicio del Traslado: 14/10/2022
Fecha estimada de término del Traslado: 14/10/2022

Dirección del punto de partida: Habana 185 c/Lima
Ciudad: M.R. Alonso
Departamento: Central

Dirección del punto de llegada: Hospital Policial Rigoberto Caballero
Ciudad: Asuncion
Departamento: Central
Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehículo: FORD
Número de Registro Único del Automotor(RUA): JRJR537
Número de Registro Único del Automotor(RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre o Razón Social: Agustin Velazquez — RUC O C.I.: 4.057.754
Domicilio:

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción Detallada
1	Unidad	M.C: P/GENERADOR DE OXÍGENO CON PROVISION DE REGULADOR DE PRESIÓN - ENTRADA DE AIRE A LECHOS 2" - ITEM 2.193
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO GENERADOR DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE REGULADOR DE PRESIÓN - ENTRADA DE AIRE A LECHOS 2" - ITEM 2.194
10	Unidad	M.C: P/GENERADOR DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE VALVULA ROSCA CGA540 SISTEMA MANIFOLDS - ITEM 2.197
10	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO GENERADOR DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE VALVULA ROSCA CGA540 SISTEMA MANIFOLDS - ITEM 2.198
2	Unidad	M.C: P/GENERADOR DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE VÁLVULA NEUMÁTICA DN32 - TIPO N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/8 - ITEM 2.203
2	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO GENERADOR DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE VÁLVULA NEUMÁTICA DN32-TIPO N.C - V1/3, V1/6, V1/7, V1/9 - ITEM 2.204

Lic. VERONICA CARDOZO
Suboficial Inspector
Auditora

VIVIANA BRITEZ BRITEZ
Suboficial Superior P.S.
Jefa de Adquisiciones

Recepción de la Mercadería:

Firma: — Aclaración: Eder Godoy, Coordinador, Serv. Control de Oxígeno, Técnico en PSA — RUC o cédula:

000015

Poly Imprenta de Renato Raúl Agüero Leguizamón - RUC:5.512.544-1 4ta. Pytda N°184 c/ NSA -Cel:(0981)405127 Hab. 2218-100 hojas x3 del 0000751 al 0000850