ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00622

225
20/04
Rec = 22/04

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Hospital de Policía Rigoberto Caballero		
DIRECCIÓN:	Avda Mcal Lopez e/ Kubaistchek.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	LABORATORIO		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Baño María	MARCA:	FAETA
MODELO:	VCM-04 MI	SERIE Nº:	

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 23, 04, 21

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza del equipo (Item 1); Ajustes sin cambio de repuestos, Pruebas del equipo en condiciones normales operativas (Item 3); Reparacion de mandos de control (Item 4) Reparacion de sistema electrico (Item 5); Reparacion de bandeja difusora (Item 6) Reparacion de vaso (Item 7).

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación: LOTE #2

Actividad 07 Asistencia Integral al Pers. Policial ADQUISICIONES

ARIEL NÚÑEZ SILVERO
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

Responsable de los trabajos tecnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:		Firma:	
Aclaración:	Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:	
Fecha:	23-abril-21	Fecha:	

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-