G. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 -Cel: +595-971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 0001014

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. Lopez e/ Cnel. Cazal S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilización - PQC.		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Planta de tratamiento de agua	MARCA:	
MODELO:		SERIE Nº:	

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 17 / 11 / 2023

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento de filtro gruesa, lavado, retro-lavado; presurización. Mantenimiento de filtro piedra + carbon activado; provision y cambio de manto de carbon. Mantenimiento de filtro piedra + sistema ablandador y cambio de resina. Mantenimiento de ablandador con regeneración de ablandador y ClNa. Provision y cambio de filtro de ppm de 25µm; provision y cambio de filtro de ppm de 5µm. Mantenimiento y limpieza de tanque de agua cruda; mantenimiento y provision de acidos para desincrustación de membrana de osmosis. Control de calidad de agua y verificación de los parametros pH; CL, Calcio.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:		Firma:	
Aclaración:	Luis Alberto Díaz Olmedo Ingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:	MS. César Yegros Jefe Dpto. de Esterilización FCM - UNA
Fecha:	17-NOV-2023	Fecha:	

4 TAL. 50 X 3 - Del 0001001 al 0001200 - IX - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL: BLANCO *DUPLICADO: CELESTE
TRIPLICADO: VERDE