JR INGENIERIA

INGENIERIA

Provision, Instalacion de Planta Generadora de Oxigeno
Reparación y Mantenimiento de Compresores de aire
Instalacion de redes de Gases Medicinales
Asistencia tecnica y mantenimiento de Planta de Oxigeno PSA

Habana 185 c/Lima, M.R. Alonso - Tel. (0994) 730 040 - E-mail: asistencia@jringenieria.com.py

INFORME DE ASISTENCIA TECNICA

N° 0000420

DATOS DEL CLIENTE

Nombre /Razón Social: Policia Nacional.- Fecha: 08/08/2022.-

Dirección: Hospital Rigoberto Caballero.- Teléfono:

DATOS DEL EQUIPO

Tipo de Maquina: Planta Generadora de Oxigeno.-

Marca: Oxymat.- Hora:

Serie/Patrimonio N°: 2019117.- Modelo: 0640

Descripción del Servicio: Asistencia tecnica para el mantenimiento Correctivo del equipo segun Orden de Servicio Nº 563/2022.-

✓ Provisión de valvula de descarga de oxigeno limpio con mano de obra - Compresor Oxigeno Novair.-
✓ Provisión de anillo de compresión primera etapa con mano de obra - Compresor Oxigeno NOVAIR.-
✓ Provisión anillo de compresión segunda etapa con mano de obra - compresor Oxigeno NOVAIR.-
✓ Provisión de correas y anillo de compresión tercera etapa con mano de obra - Compresor Oxigeno NOVAIR.-
✓ Provisión de regulador de presión entrada Oxigeno limpio con mano de Obra - Compresor Oxigeno NOVAIR.-
✓ Provisión de caja de laminas (reed valve) segunda etapa con mano de Obra - Compresor Oxigeno NOVAIR.-
✓ Provisión de caja de laminas (reed valve) tercera etapa con mano de Obra - Compresor Oxigeno NOVAIR.-
✓ Provisión Kit juntas piston con mano de obra - Compresor Oxigeno NOVAIR.-
✓ Provisión set de aros cuarta etapa con mano de obra - Compresor Oxigeno Novair.-
✓ Provisión Kit rodamientos carter con mano de obra - Compresor Oxigeno NOVAIR.-
✓ Provisión de refrigerante, caja engranaje accolti con mano de Obra - Compresor aire baja.-

Cant.	Repuesto	Cant.	Repuesto	Cant.	Repuesto
01	Item 2,7 + item 2,8.-	01	Item 2,55 + Item 2,56.-		
01	Item 2,13 + item 2,14.-	01	Item 2,57 + Item 2,58.-		
01	Item 2,15 + item 2,16.-	01	Item 2,73 + Item 2,74.-		
01	Item 2,17 + item 2,18.-	01	Item 2,85 + Item 2,86.-		
01	Item 2,25 + item 2,26.-				
01	Item 2,37 + item 2,38.-				
01	Item 2,47 + item 2,48.-				
01	Item 2,53 + item 2,54.-				

Viviana Britez Britez
Suboficial Superior P.S.
Jefa Adquisiciones

Observaciones: Se ha realizado el cambio y la instalación de los repuestos indicado según corresponde a cada items indicado.-

Firma: Firma:

Técnico Responsable: Ing. Javier Recalde
J.R. Ingenieria
RUC: 4.723.322 - 0

Conformidad del Cliente:

Eder Godoy
Coordinador
Control de Oxigeno
Serv. Técnico en PSA

06T. (50X3) 0000301/0000600 04/2021 blanco/amarillo/celeste quim.

De Javier Recalde Encima

INGENIERIA

Comercio al por mayor de otras maquinarias y equipos n.c.p.
Otros tipos de reparaciones de vehículos automotores n.c.p.
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Reparación de otros bienes personales y domésticos n.c.p.
Comercio al por mayor de productos n.c.p.
Comercio al por menor de productos en comercios no especializados
Actividades de programación informática
Otras actividades especializadas en construcción n.c.p

La Habana 185 c/ Lima y San Francisco, Barrio Universo – Tel.: (021) 754 058 - (0981) 296 090 / (021) 3268766
e-mail: asistencia@jringenieria.com.py M.R. Alonso, Paraguay

Timbrado Nro.: 15337346
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
RUC: 3723322-0
NOTA DE REMISION
Nº 001-001-0000786

Fecha de Emisión: 08/08/2022

DESTINATARIO DE LA MATERIA

Nombre o Razón Social: P. N. - GASTOS - SANIDAD POLICIAL — RUC O C.I.: 80016197-1
Domicilio: HOSPITAL RIGOBERTO CABALLERO

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado: Ventas — Comprobante de Venta: Factura
Comprobante de Venta Nº: — Nº de Timbrado:
fecha de Expedición: 08/08/2022
Fecha Inicio del Traslado: 08/08/2022 — Fecha estimada de término del Traslado: 08/08/2022

Dirección del punto de partida: Habana 185 c/Lima
Ciudad: M.R. Alonso — Departamento: Central

Dirección del punto de llegada: Hospital Rigoberto Caballero
Ciudad: Asunción — Departamento: Central
Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehiculo: FORD
Número de Registro Único del Automotor(RUA): JRJR537
Número de Registro Único del Automotor(RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre o Razón Social: Agustín Velázquez — RUC O C.I.: 4.057.754
Domicilio:

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción Detallada
1	Unidad	M.C: P/COMPRESOR DE OXÍGENO NOVAIR CON PROVISIÓN DE VÁLVULA DE DESCARGA DE OXÍGENO LIMPIO - ÍTEM 2.7
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO COMPRESOR DE OXÍGENO NOVAIR C/ PROVISIÓN DE VÁLVULA DE DESCARGA DE OXÍGENO LIMPIO - ÍTEM 2.8
1	Unidad	M.C: P/COMPRESOR DE OXÍGENO NOVAIR CON PROVISIÓN DE ANILLO DE COMPRESION PRIMERA ETAPA - ÍTEM 2.13
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO COMPRESOR DE OXÍGENO NOVAIR CON PROVISIÓN DE ANILLO DE COMPRESIÓN PRIMERA ETAPA - ÍTEM 2.14
1	Unidad	M.C: P/COMPRESOR DE OXÍGENO NOVAIR CON PROVISIÓN DE ANILLO DE COMPRESIÓN SEGUNDA ETAPA - ÍTEM 2.15
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO COMPRESOR DE OXÍGENO NOVAIR CON PROVISIÓN DE ANILLO DE COMPRESIÓN SEGUNDA ETAPA - ÍTEM 2.16
1	Unidad	M.C: P/COMPRESOR DE OXÍGENO NOVAIR CON PROVISIÓN DE CORREAS - ÍTEM 2.17
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO COMPRESOR DE OXÍGENO NOVAIR CON PROVISIÓN DE CORREAS - ÍTEM 2.18
1	Unidad	M.C: P/COMPRESOR DE OXÍGENO NOVAIR CON PROVISIÓN DE ANILLO TERCERA ETAPA - ÍTEM 2.25
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO COMPRESOR DE OXÍGENO NOVAIR CON PROVISIÓN DE ANILLO TERCERA ETAPA - ÍTEM 2.26
1	Unidad	M.C: P/COMPRESOR DE OXÍGENO NOVAIR CON PROVISIÓN DE REGULADOR DE PRESIÓN DE ENTRADA OXÍGENO LIMPIO - ÍTEM 2.37
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO COMPRESOR DE OXÍGENO NOVAIR CON PROVISIÓN DE REGULADOR DE PRESIÓN DE ENTRADA OXÍGENO LIMPIO - ÍTEM 2.38
1	Unidad	M.C: P/COMPRESOR DE OXÍGENO NOVAIR CON PROVISIÓN DE CAJA DE LÁMINAS (REED VALVE) SEGUNDA ETAPA - ÍTEM 2.47

Recepción de la Mercadería:

Firma: — Aclaración: Eder Godoy, Coordinador Serv. Control de Oxígeno Técnico en PSA — RUC o cédula: Viviana Britez Britez, Suboficial Superior P.S., Jefa Adquisiciones

Poly Imprenta de Renato Raúl Agüero Leguizamón - RUC:5.512.544-1 4ta. Pytda N°184 c/ NSA -Cel:(0981)405127 Hab. 2218-100 Timbrado Nro. 15337346 al 0000850

De Javier Recalde Encima

INGENIERIA

Comercio al por mayor de otras maquinarias y equipos n.c.p.
Otros tipos de reparaciones de vehículos automotores n.c.p.
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Reparación de otros bienes personales y domésticos n.c.p.
Comercio al por mayor de productos n.c.p.
Comercio al por menor de productos en comercios no especializados
Actividades de programación informática
Otras actividades especializadas en construcción n.c.p

La Habana 185 c/ Lima y San Francisco, Barrio Universo – Tel.: (021) 754 058 - (0981) 296 090 / (021) 3268766
e-mail: asistencia@jringenieria.com.py M.R. Alonso, Paraguay

Timbrado Nro.: 15337346
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
RUC: 3723322-0
NOTA DE REMISION
Nº 001-001-0000787

Fecha de Emisión: 08/08/2022

DESTINATARIO DE LA MATERIA

Nombre o Razón Social: P. N. - GASTOS - SANIDAD POLICIAL — RUC O C.I.: 80016197-1
Domicilio: HOSPITAL RIGOBERTO CABALLERO

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado: Ventas — Comprobante de Venta: Factura
Comprobante de Venta Nº: — Nº de Timbrado:
fecha de Expedición: 08/08/2022
Fecha Inicio del Traslado: 08/08/2022 — Fecha estimada de término del Traslado: 08/08/2022

Dirección del punto de partida: Habana 185 c/Lima
Ciudad: M.R. Alonso — Departamento: Central

Dirección del punto de llegada: Hospital Rigoberto Caballero
Ciudad: Asunción — Departamento: Central
Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehiculo: FORD
Número de Registro Único del Automotor(RUA): JRJR537
Número de Registro Único del Automotor(RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre o Razón Social: Agustín Velázquez — RUC O C.I.: 4.054.754
Domicilio:

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción Detallada
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO COMPRESOR DE OXÍGENO NOVAIR CON PROVISIÓN DE CAJA DE LÁMINAS (REED VALVE) SEGUNDA ETAPA - ÍTEM 2.48
1	Unidad	M.C: P/COMPRESOR DE OXÍGENO NOVAIR CON PROVISIÓN DE CAJA DE LAMINAS (REED VALVE) TERCERA ETAPA - ÍTEM 2.53
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO COMPRESOR DE OXÍGENO NOVAIR CON PROVISIÓN DE CAJA DE LAMINAS (REED VALVE) TERCERA ETAPA - ÍTEM 2.54
1	Unidad	M.C: P/COMPRESOR DE OXÍGENO NOVAIR CON PROVISIÓN DE KIT JUNTA PISTÓN - ITEM 2.55
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO COMPRESOR DE OXÍGENO NOVAIR CON PROVISIÓN DE KIT JUNTA PISTÓN - ITEM 2.56
1	Unidad	M.C: P/COMPRESOR DE OXÍGENO NOVAIR CON PROVISIÓN DE SET DE AROS CUARTA ETAPA - ITEM 2.57
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO COMPRESOR DE OXÍGENO NOVAIR CON PROVISIÓN DE SET DE AROS CUARTA ETAPA - ITEM 2.58
1	Unidad	M.C: P/COMPRESOR DE OXÍGENO NOVAIR CON PROVISIÓN DE KIT RODAMIENTOS CARTER - ITEM 2.73
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO COMPRESOR DE OXÍGENO NOVAIR CON PROVISIÓN DE KIT RODAMIENTOS CARTER - ITEM 2.74
1	Unidad	M.C: P/COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PLANTA DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE REFRIGERANTE, CAJA ENGRANAJE 8000HORAS - ITEM 2.85
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO COMPRESOR DE AIRE DE BAJA PLANTA DE OXÍGENO CON PROVISION DE REFRIGERANTE, CAJA ENGRANAJE 8000HORAS - ITEM 2.86

Viviana Britez Britez
Suboficial Superior P.S.
Jefa Adquisiciones

Recepción de la Mercadería:

Firma: — Aclaración: — RUC o cédula:

Eder Godoy
Coordinador
Serv. Control de Oxigeno
Técnico en PSA

Poly Imprenta de Renato Raúl Agüero Leguizamón - RUC:5.512.544-1 4ta. Pytda N°184 c/ NSA -Cel:(0981)405127 Hab. 2218-100 hojas x3 del 0000751 al 0000850