MARCAR S.R.L.
INGENIERÍA

Departamento Técnico
Tel.: (021)3286850
E-mail: serviciotecnico@marcar.com.py
Mainumby esq. Tatare ex (Bejarano) - Zona Norte - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TÉCNICO

N° 0000582

FECHA: 16 / 02 / 24 HORA: ___ : ___

☐ Instalación ☐ Retiro de Equipo ☒ Servicio ☐ Demostración ☐ Recepción del equipo

Cliente: Facultad de Ciencias Médicas - UNA. RUC: 80001180-5
Encargado del Área: Teléfono:
Dirección:

DATOS GENERALES

Equipo: Planta de Agua Marca:
Modelo: Serie:
Accesorios:
Problema indicado: Mantenimiento de Plantas de Tratamiento de agua para soporte operacional de Equipos Biomédicos para los departamentos de Toco Quirurgico, PQC y Laboratorio Central, Nutrición Parenteral del Hospital de Clínicas Año 2023 - 2024 con ID 425332.-

Trabajos realizados: Lote 5 Item 12: Verificación y Ajustes de presiones hidraúlicas del sistema. Item 13: Verificación de conductividad de agua producto. Item 14: Mantenimiento mensual del módulo del sistema de Ormósis inversa. Item 15: Mantenimiento preventivo del controlador electrico de la osmosis. Item 16: Limpieza de sala de máquinas. Item 17: Desinfección mensual del sistema. Item 18: Mano de obra técnica.-

Tiempo Empleado:

Observaciones: "Corresponde a la L.C.O. Nº 23/2023". Lote Nº 5: Mantenimiento preventivo con provisión de repuesto del sistema de tratamiento de agua perteneciente a la unidad de Nutrición parenteral."

1. Responsable Técnico	2. Cliente
Firma:	Firma:
Aclaración: Juan Hellman	Aclaración:

MARCAR S.R.L. INGENIERÍA

Trabajo Verificado por: Aclaración: Firma:

Este documento no es válido como comprobante de venta ni recibo de dinero.