De Javier Recalde Encina
Desarrollo y Mantenimiento de Software
Reparación y Mantenimiento de Compresores de Aire
Montajes Eléctricos y Electromecánicos
Montajes de Cañerías Medicinales e Industriales
INGENIERIA
Habana 185 c Lima – Tel: 0981 296090 / 021 3268766
e-mail: administracion@jringenieria.com.py / M. R. Alonso. Paraguay.

INFORME DE ASISTENCIA TECNICA N° 0522

DATOS DELCLIENTE:

Nombre: Hospital Policial Rigoberto Caballero
Dirección: Avda. J. Kubitschek y Av. Mcal. Lopez

Fecha: 14/10/2022

DATOS DEL EQUIPO:

Tipo de Maquinas: Planta Generadora de Oxigeno OXYMAT.

DESCRIPCION DEL SERVICIO.

Asistencia técnica para Mantenimiento Preventivo de Planta Generadora de Oxigeno según Contrato N° 58/2022, acorde se detalla a continuación:

1	**Mantenimiento Preventivo**			
1.7	Mantenimiento Preventivo: cambio sensor de temperatura Generador de Oxigeno	Unidad	EVENTO	1
1.17	Mantenimiento Preventivo: reposición del refrigerante compresor de aire	Unidad	EVENTO	1
1.22	Mantenimiento Preventivo: cambio Contactor compresor de aire	Unidad	EVENTO	1
1.27	Mantenimiento Preventivo: cambio presostato compresor de aire NOVAIR	Unidad	EVENTO	1
1.30	Mantenimiento Preventivo: cambio de kit de rodamientos compresor de aire NOVAIR	Unidad	EVENTO	1
1.31	Mantenimiento Preventivo: cambio de relé de protección compresor de aire NOVAIR	Unidad	EVENTO	1
1.37	Mantenimiento Preventivo: cambio relé de protección bomba de vacio NOVAIR	Unidad	EVENTO	1
1.38	Mantenimiento Preventivo: cambio rodamientos bomba de vacio NOVAIR	Unidad	EVENTO	1
1.39	Mantenimiento Preventivo: cambio de válvulas de admisión bomba de vacio NOVAIR	Unidad	EVENTO	1

Todos los servicios fueron realizados según especificaciones técnicas ID 406.096. Acorde a la orden de compra N°842/2022.-

JR INGENIERIA

Ing. Javier Recalde
J.R. Ingeniería
RUC: 3.723.322 - 0

Eder Godoy
Coordinador
Serv. Control de Oxígeno
Técnico en PSA

P/Hospital Rigoberto Caballero.

VIVIANA BRITEZ BRITEZ
Suboficial Superior P.S.
Jefa de Adquisiciones

INGENIERIA

Habana 199 c/ Lima - M.R.Alonso
Tel: 0981 296090/ 021 3268766
e-mail: administración@jringenieria.com.py

De Javier Recalde Encina

INGENIERIA

Comercio al por mayor de otras maquinarias y equipos n.c.p.
Otros tipos de reparaciones de vehículos automotores n.c.p.
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Reparación de otros bienes personales y domésticos n.c.p.
Comercio al por mayor de productos n.c.p.
Comercio al por menor de productos en comercios no especializados
Actividades de programación informática
Otras actividades especializadas en construcción n.c.p

La Habana 185 c/ Lima y San Francisco, Barrio Universo – Tel.: (021) 754 058 - (0981) 296 090 / (021) 3268766
e-mail: asistencia@jringenieria.com.py M.R. Alonso, Paraguay

Timbrado Nro.: 15337346
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
RUC: 3723322-0
NOTA DE REMISION
Nº 001-001-0000848

Fecha de Emisión: 14/10/2022

DESTINATARIO DE LA MATERIA

Nombre o Razón Social: P. N. - GASTOS - SANIDAD POLICIAL — RUC O C.I.: 80016197-1
Domicilio: HOSPITAL RIGOBERTO CABALLERO

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado:
Comprobante de Venta: FACTURA
Comprobante de Venta Nº: 001-001-0001542
Nº de Timbrado:
fecha de Expedición: 14/10/2022
Fecha Inicio del Traslado: 14/10/2022
Fecha estimada de término del Traslado: 14/10/2022

Dirección del punto de partida: Habana 185 c/Lima
Ciudad: M.R. Alonso
Departamento: Central

Dirección del punto de llegada: Hospital Policial Rigoberto Caballero
Ciudad: Asuncion
Departamento: Central
Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehiculo: FORD
Número de Registro Único del Automotor(RUA): JRJR537
Número de Registro Único del Automotor(RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre o Razón Social: Agustin Velazquez — RUC O C.I.: 4.057.754
Domicilio:

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción Detallada
1	Unidad	M.P: CAMBIO SENSOR DE TEMPERATURA GENERADOR DE OXÍGENO - ÍTEM 1.7
1	Unidad	M.P: REPOSICIÓN DEL REFRIGERANTE COMPRESOR DE AIRE - ÍTEM 1.17
1	Unidad	M.P: CAMBIO CONTACTOR COMPRESOR DE AIRE - ÍTEM 1.22
1	Unidad	M.P: CAMBIO PRESOSTATO COMPRESOR DE AIRE NOVAIR - ÍTEM 1.27
1	Unidad	M.P: CAMBIO DE KIT DE RODAMIENTOS COMPRESOR DE AIRE NOVAIR - ÍTEM 1.30
1	Unidad	M.P: CAMBIO DE RELÉ DE PROTECCIÓN COMPRESOR DE AIRE NOVAIR - ÍTEM 1.31
1	Unidad	M.P: CAMBIO RELÉ DE PROTECCIÓN BOMBA DE VACÍO NOVAIR - ÍTEM 1.37
1	Unidad	M.P: CAMBIO RODAMIENTOS BOMBA DE VACÍO NOVAIR - ÍTEM 1.38
1	Unidad	M.P: CAMBIO DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN BOMBA DE VACÍO NOVAIR - ÍTEM 1.39

VIVIANA BRITEZ BRITEZ
Suboficial Superior P.S.
Jefa de Adquisiciones

Recepción de la Mercadería:

Firma: — Aclaración: Eder Godoy, Coordinador, Serv. Control de Oxígeno, Técnico en PSA — RUC o cédula:

000019

Poly Imprenta de Renato Raúl Agüero Leguizamón - RUC:5.512.544-1 4ta. Pytda N°184 c/ NSA -Cel:(0981)405127 Hab. 2218-100 hojas x3 del 0000751 al 0000850