G. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00929

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Medicos - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. Lopez c/ Cnel. Cazal. S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilizacion - Toco Quirurgico		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Planta de tratamiento de agua	MARCA:	
MODELO:		SERIE Nº:	

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 10 / 03 / 23

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐	FALLA DENUNCIADA:
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑	
CORRECTIVO	☐	

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento de planta de tratamiento de agua, modulo osmosis, lavado y retrolavado de membranas de ultra filtracion c/ agua filtrada y removedores, limpieza c/ agua filtrada. Limpieza y verificacion de bomba de agua cruda limpieza y verificacion de bomba de agua tratada. Monitoreo y ajuste de presiones hidraulicas de trabajo y desinfección. Ajuste de controlador automatico de presiones. Mano de obra calificada

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:	Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Firma:	MS. Cesar Vegros Jefe Depto. de Electromedicina F.C.M. - H.C
Aclaración:		Aclaración:	
Fecha:	10-Marzo-2023	Fecha:	

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000.- VI - 2021.-