Departamento Técnico
Eligio Ayala 878 – Tel./Fax: (595 21) 440 657 RA
E-mail: ventas@lacasadelmedico.com.py
www.lacasadelmedico.com.py

VISITA TECNICA

0014287

FECHA: 12/03/2025 HORA: 16:00

☐ Instalación ☐ Retiro de equipo ☒ Servicio ☐ Demostración ☐ Visita sin Cargo

Cliente: Facultad de Ciencias Medicas	**RUC:**
Encargado del Área:	**Teléfono:**
Dirección: Hospital de Clínicas	

DATOS GENERALES

Equipo: Ventilador Pulmonar	**Marca: Nihon Kohden**
Modelo: NKV-550U	**Serie:**
N° Patrimonio:	

Problema indicado: Mantenimiento correctivo.

Trabajos realizados: Se realiza la instalación de:

01 PM Service Kit (ítem01)	**01 Mano de obra (item02)**
01 Oxygen Sensor (ítem03)	**01 Mano de obra (item04)**
01 Internal Battery (ítem05)	**01 Mano de obra (item06)**
01 Extended Battery (ítem07)	**01 Mano de obra (item08)**
01 Sensor de flujo reusable (ítem09)	**01 Mano de obra (item10)**
01 5K PM Kit (ítem11)	**01 Mano de obra (item12)**
01 10K PM Kit (ítem13)	**01 Mano de obra (item14)**
01 Mantenimiento preventivo (ítem15)	

Observaciones: Este mantenimiento preventivo se realizó de acuerdo a la LPN Nº 03/2025 y contrato Nº 05/2025.-

1. Responsable Técnico	2. Cliente
Firma: LCM Sociedad Anónima Ing. Gael Hendrikx Dpto. Técnico	**Firma:** MG. César Yegros Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. - U.N.A.
Aclaración:	**Aclaración**