ALBATROS S.A.C.I.

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES Casilla de Correo 551 - Asunción - Paraguay

Dr. Narciso Méndez 404 E-mail: sojeda@albatros.com.py Teléf. / fax: (595-21) 441 407 Web:www.albatros.com.py

Asunción, 11 de noviembre de 2021

PRESUPUESTO Nº 13-434/2021

Señores:
Hospital de Policía Rigoberto Caballero
Presente

De acuerdo con el Informe Técnico correspondiente,

Se presupuesta los siguientes repuestos para mantenimiento Correctivo, según Contrato Nº 343/2019. LPN Nº 43/2019 "Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos Médicos del Hospital de Policía – Plurianual" ID Nº: 369.654

Lote Nº 86 Servicio de Reparación y mantenimiento de equipos biomédicos – Monitor Multiparamétrico Marca Advanced, Modelo: PM2000XL Pro Serie nº: 332273-M16C07230002-02.

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario. IVA incluido	Precio Total. IVA incluido
12	Mantenimiento Correctivo con provisión de repuestos Provisión e instalación de módulo NIBP/Sp02	1	4.012.800	4.012.800
			Precio Total según Contrato Nº 343/2019	**4.012.800**

Saludamos Respetuosamente.

ALBATROS S.A.C.
Abog. Santiago Ojeda
C.I. 4.308.825
Tel: 021 441 497
Dr. Narciso Méndez B. 40

Presupuesto Aprobado:

Fecha

Actividad 07 Asistencia Integral al Pers. Policial
TESORERIA

MARCIAL TORRES RUIZ DÍAZ
Comisario Principal MCP
Tesorero Habilitado Pagador

ALBATROS S.A.C.I.

IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES Casilla de Correo 551 - Asunción - Paraguay

Dr. N. Benítez Nº 404 E-mail: aperalta@albatros.com.py Teléf. / fax: (595-21) 441 407 / 493 585 Web:www.albatros.com.py

INFORME DE SERVICIO NRO 041

Cliente: Hospital de Policía Rigoberto Caballero
Fecha: 12/11/2021

Se procedió a revisar el monitor marca ADVANCED con modelo PM2000XL-Pro y número de serie SN: 332273-M16C07230002-02, y se detectaron problemas en las lecturas de NIBP.

Se instalaron los siguientes repuestos en el equipo:

Ítem de contrato	Lote Nro	Descripción	Cantidad
12	86	Mantenimiento Correctivo con provisión de repuestos Provisión e instalación de módulo NIBP ENTRE SpO2	1

Se realizaron pruebas de funcionamiento, así como limpieza interna y externa de los componentes del equipo.

El equipo se encuentra operativo.

Ing. Axiel Peralta
Asistencia Técnica
Albatros SACI

Empresa
Firma y sello

S/O 1° Lic. David Portillo
Enfermero Emergentólogo
Reg. Prof. N° 28.568
Jefe de Serv. Enf. Clínica Médica

Servicio
Firma y sello