INFORME TÉCNICO

Nº 0001026

Fecha: 09 / 05 / 2025

cateteres & afines S.A.
Matriz: Carmen Soler Nº 3894
esq. Radio Operadores del Chaco
Teléfono: (595-21) 228 620/1
Sucursal: Bernardino Caballero
Nº 473 c/ Cerro Corá
Teléfono: (595-21) 227 235
Asunción - Paraguay

Equipo: Ultra congeladores (Dometic Bluedical)
Cliente: UNA / FCM - HOSP. Clínicas.
Dirección: Dr. Montero y la Gerenza
Nº de serie: UU 20020 / UU00021 / UU21054
Técnico: Jorge Ferreira.

HORAS

Día	Lunes		Martes		Miércoles		Jueves		Viernes		Sábado		Domingo	
	De:	A:	De:	A:	De:	A:	De:	A:	De:	A:	De:	A:	De:	A:
Trabajo														
Total de Horas														

DESCRIPCIÓN

Servicio de reparación y mantenimiento de equipos de laboratorio provisión de repuestos - ventiladores cantidad (1) uno (1 equipo marca Bluedical) Item 7
Mano de obra - reemplazo de ventiladores cantidad (1) uno Item 8.
Servicio de reparación y mantenimiento de equipos de laboratorio provisión de repuestos - fuelles (gomas) cantidad (1) uno (3 equipos marca Dometic) Item 9
Mano de obra (cantidad: 1 (uno) Item 10
2 equipos modelo UF 45566, 1 equipo modelo UF 75566

NUC Nº 01 / 2025
OC Nº 74.

Juan R. Barrios
Coordinador - Mantenimiento
Sede Sajonia

Nadia Ocampo

DEPARTAMENTO BANCO DE TEJIDOS
HOSPITAL DE CLÍNICAS F.C.M. U.N.A.

JORGE FERREIRA
Servicio Técnico
Catéteres y Afines S.A.

Recibido por: _____ Aclaración de firma: _____

GAFER impresiones - Tel. 943 805 (3 Tal. 50 x 4 - Del 901 al 1.050 - 09/2022)