ALBATROS S.A.C.I
Importaciones y Exportaciones

STORZ
KARL STORZ — ENDOSKOPE

INFORME TECNICO N° 002

CONTRATO N° 335/2024

LPN Nº 51/2024 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS – PLURIANUAL" ID N° 445.026

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		PÁGINA 1 de 1
Equipo: Equipo Láser – Lote N°: 16	Marca: Karl Storz	Modelo: UL300

Contrato N°	335/2024	Orden de Servicio Nº	325/2024
Patrimonio	12003.02.07.1619 18	Fecha	06/01/2025

ITEM 1 – MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
DESCRIPCION	OK	No OK	NA
Equipo láser S/Nº: RP0298			
1. Mantenimiento general	✓		
2. Verificación de cables y conectores	✓		
3. Verificación de filtros y accesorios	✓		
4. Verificación general de funcionamiento de comandos y pantalla táctil	✓		
5. Control y ajuste de sensores y pedales	✓		
6. Vaciado y llenado del sistema de refrigeración con líquido refrigerante	✓		
7. Verificación de instrumentos para cistoscopias	✓		
8. Verificación de instrumentos para RTU.	✓		
9. Verificación del estado de fibras y cortador de fibras	✓		
10. Control de cristal protector	✓		
11. Test de funcionamiento final.	✓		

Observaciones

Situación del Equipo	Operativo	✓	No Operativo

Nombre del técnico asignado	Ing. Ariel Peralta

Natalia [illegible]
Subc[illegible]
Jefa de Adquisiciones

Albatros SACI
Ariel Peralta
Asistencia Técnica
Técnico Responsable
Firma y Sello

Lic. Sonia Britez
Jefa de Servicio Instr.Qx
Reg. N° 133-H.P.R.C
Servicio
Firma y Sello

Mantenimiento - Hospital
Firma y Sello