ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00912

# INFORME TECNICO

## DATOS DE LA INSTITUCIÓN

| | |
|---|---|
| INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA | |
| DIRECCIÓN: Avda Mcal. Lopez y Cnel. Cazal S.L. | TELEFONO: |
| SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilización | |
| SERVICIO SOLICITADO POR: | CARGO: |
| FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO: | |

## DATOS DEL EQUIPO

| | |
|---|---|
| EQUIPO: Autoclave a vapor | MARCA: SATURA |
| MODELO: A111S-B09E | SERIE Nº: 07099930 |

## TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 16 / 12 / 22

| | |
|---|---|
| PREVENTIVO PROGRAMADO | ☐ |
| PREVENTIVO POR CONTRATO | ☑ |
| CORRECTIVO | ☐ |

FALLA DENUNCIADA:

## DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza general del equipo; limpieza de la sala de máquinas; limpieza de la cámara interna; limpieza de la línea hidráulica; limpieza de la línea de vacío; limpieza de la línea de vapor; limpieza de la caldera. Mantenimiento de la bomba de agua; mantenimiento de la bomba de vacío; limpieza ajuste y calibraciones de válvula rotativa de entrada de agua; limpieza ajuste y calibraciones de válvula rotativa de vapor; limpieza ajuste y calibraciones de válvulas rotativas de secado. Limpieza y verificación de válvula de alivio. Asignación de personal técnico

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

| Responsable de los trabajos técnicos | Responsable del Servicio/Departamento |
|---|---|
| Firma: | Firma: MS. Carlos Yegros |
| Aclaración: | Aclaración: Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. - U.N.A. |
| Fecha: 16-DIC-22 | Fecha: |

Luis Alberto Díaz Olmedo
Bioingeniero
Reg. Prof. MSPyBS 017

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00913

# INFORME TECNICO

## DATOS DE LA INSTITUCIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| INSTITUCIÓN: | Facultad de Ciencias Médicas-UNA | | |
| DIRECCIÓN: | Avda Mcal. Lopez e/ Cnel. Cazal S.L. | TELEFONO: | |
| SERVICIO/DEPARTAMENTO: | Esterilización | | |
| SERVICIO SOLICITADO POR: | | CARGO: | |
| FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO: | | | |

## DATOS DEL EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| EQUIPO: | Autoclave a vapor | MARCA: | Sercon IHM |
| MODELO: | | SERIE Nº: | 125451 |

## TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 16 / 12 / 22

| | |
|---|---|
| PREVENTIVO PROGRAMADO | ☐ |
| PREVENTIVO POR CONTRATO | ☑ |
| CORRECTIVO | ☐ |

FALLA DENUNCIADA:

## DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza general del equipo; Limpieza exterior del equipo; Limpieza de sala de maquinas; Limpieza de la marco interno; Limpieza de linea hidraulica; Limpieza de linea de vapor; Limpieza de linea de vacio; Limpieza de caldera. Mantenimiento de bomba de agua; mantenimiento de bomba de vacio. Limpieza, Ajuste y calibraciones de valvula motorizada de entrada de agua; Limpieza, ajuste y calibraciones de valvula motorizada de vapor; Limpieza, ajuste y calibraciones de valvula motorizada de secado. Limpieza y verificacion de valvula de alivio. Asistencia de personal tecnico.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

| Responsable de los trabajos realizados | Responsable del Servicio/Departamento |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo, Bioingeniero, Reg. Prof. MSPyBS 017 | Aclaración: |
| Fecha: 16-DIC-22 | Fecha: |

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00914

# INFORME TECNICO

## DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez e/ Cnel Cazal S.L. TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilización
SERVICIO SOLICITADO POR: CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:

## DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor MARCA: SAKURA
MODELO: A III S. SERIE Nº: 99096494

FECHA DEL SERVICIO: 16/12/22

## TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PROGRAMADO ☐
PREVENTIVO POR CONTRATO ☑
CORRECTIVO ☐

FALLA DENUNCIADA:

## DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza general del equipo. Limpieza de la cámara y maquinas; Limpieza de cámara interna; Limpieza de línea hidráulica; Limpieza de la línea de vapor; Limpieza de la línea de secado; Limpieza de caldera; mantenimiento de bomba de agua; mantenimiento de bomba de vacío; Limpieza, ajuste y calibraciones de valvula rotativa de entrada de agua; Limpieza ajustes y calibraciones de valvula rotativa de vapor; Limpieza secado. Limpieza y verificación de valvula de alivio. Asignación de personal técnico.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos
Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017
Fecha: 16-DIC-22

Responsable del Servicio/Departamento
Firma:
Aclaración:
Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00915

# INFORME TECNICO

## DATOS DE LA INSTITUCIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| INSTITUCIÓN: | Facultad de Ciencias Médicas - UNA | | |
| DIRECCIÓN: | Avda Mcal. Lopez e/ Cnel Cazal. | TELEFONO: | |
| SERVICIO/DEPARTAMENTO: | Esterilización | | |
| SERVICIO SOLICITADO POR: | | CARGO: | |
| FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO: | | | |

## DATOS DEL EQUIPO

| | | | |
|---|---|---|---|
| EQUIPO: | Autoclave a vapor | MARCA: | SAKURA |
| MODELO: | AMS-B09E1 | SERIE Nº: | 07099932 |

## TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 16, 12, 22

| | |
|---|---|
| PREVENTIVO PROGRAMADO | ☐ |
| PREVENTIVO POR CONTRATO | ☑ |
| CORRECTIVO | ☐ |

FALLA DENUNCIADA:

## DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza general del equipo. Limpieza de la sala de máquinas; limpieza de la cámara interna. Limpieza de la línea hidráulica; limpieza de la línea de secado; limpieza de la línea de vapor; limpieza de caldera. Mantenimiento de bomba de agua; mantenimiento de bomba de vacío; limpieza ajuste, calibraciones de válvula motorizada de entrada de agua; limpieza ajuste y calibraciones de válvula rotativa de vapor; limpieza, ajuste y calibraciones de válvula rotativa de secado; limpieza y verificación de válvula de alivio. Designación de personal técnico.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

| Responsable de los trabajos técnicos | Responsable del Servicio/Departamento |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Aclaración: | Aclaración: |
| Fecha: 16-DIC-22 | Fecha: |

Luis Alberto Díaz Olmedo
Bioingeniero
Reg. Prof. MSPyBS 017

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-