INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
DE CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ
Electrónica Especializada - Trabajos Eléctricos
Electromedicina - Reparación - Refrigeración
Héroes de la Patria N°70 c/ Quebec
Tel.: 021 327 5757 - LUQUE - PARAGUAY
Email: iea_py@outlook.com
IEA
Seguinos en @ieapy
ieapy.principalwebside.com

SERVICIO TECNICO

0000557

INFORME DE SERVICIO TECNICO

DIA	MES	AÑO
10	2	23

Cliente: Policia Nacional
Equipo: Estufa de cultivo Lote 3
Marca: San Jor **Modelo:** **S/N:** SLDB
Servicio: Laboratorio **Dirección:** H.R. de Policia Rigoberto Caballero

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	CODIGO	DESCRIPCIÓN

Hora entrada de servicio:
Hora salida de servicio:

DESCRIPCION DE LA MANO DE OBRA

Se realizó mantenimiento del equipo, ajuste, limpieza, prueba de funcionamiento. Ajuste de temperatura de trabajo, revision de resistencia electricas ajuste de circuito interno con cable amontado, cambio llave encendido, cambio circuito interno con cable, reparación integral de cerradura. Prueba de funcionamiento ok. Se entrega funcionando ok.

VIVIANA BRITEZ BRITEZ
Suboficial Superior P.S.
Jefa de Adquisiciones

DRA. NELLY B. PERALTA DE PINTOS
COMISARIO SANIDAD
JEFE DE SERVICIO - LABORATORIO

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS
IEA
Tel.: 021 327 5757
Ing. Christopher Arevalo
Electromedicina
Reg. Prof. N° 24

FACTURA N°

V° B° CLIENTE

V° B° TECNICO
Firma y Sello

OBS.:

50X3 - 451 al 600