ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

182
09/04

Nº: 00618

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Hospital de Policía Rigoberto Caballero	
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez e/ Rubistchek	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Quirofanos.	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: ESTUFA MICROPROCESADA	MARCA: QUIMIS
MODELO: Q317M	SERIE Nº:

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 13, 04, 21

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mant. Preventivo, limpieza del equipo (Item 1); ajuste sin cambio de repuestos (Item 2); Ajuste de temperatura de trabajo (Item 5); Mant. correctivo c/cambio de resistencia (Item 6) / mat. correctivo provisorio, cambio de llave de ON/OFF.
Prueba de funcionamiento sin que el equipo esté fuera de servicio (Item 3)

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación: LOTE 79

POLICIA NACIONAL
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD POLICIAL
Actividad 07 Asistencia Integral al Pers. Policial
ADQUISICIONES

ARIEL NÚÑEZ SILVERO
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:
Fecha: 13-abril-2021	Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-