ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00988

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. Lopez c/ Cnel Cazal - S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilización. TOCOQUIRURGICO		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	SAKURA
MODELO:	AMS - BOPE	SERIE Nº:	090991932

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 06 / 10 / 2023

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior de equipo y sala de maquinas; Limpieza de linea hidraulica; limpieza de linea de vacio. Limpieza de linea de vapor; Limpieza de caldera; Limpieza de cámara de esterilización. Mantenimiento de bomba de agua; Mantenimiento de bomba de vacio. Limpieza, ajuste y calibración de válvula motorizada de vacio; Limpieza ajuste y calibración de válvula motorizada de ingreso de agua; Limpieza ajuste y calibración de válvula motorizada de secado; Limpieza y verificación de válvula de seguridad. Personal técnico efectuado.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:	Ing. Luis Alberto Díaz Olmedo Ingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Firma:	MS. Carlos Tagros Jefe Dpto. de Esterilización Medicina F.C.M. - U.N.A.
Aclaración:		Aclaración:	
Fecha:	06-oct-2023	Fecha:	

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00987

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas UNA		
DIRECCIÓN:	Avda Mcal Lopez / Ciud. Cazal S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilización - Tocoquirurgico		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	FHM
MODELO:	IHM	SERIE Nº:	12545/

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 06 / 10 / 2023

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐	FALLA DENUNCIADA:
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑	
CORRECTIVO	☐	

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas; Limpieza de linea hydraulica; Limpieza de linea de vapor; Limpieza de caldera; Limpieza de cámara de esterilización Mantenimiento de bomba de vacio; mantenimiento de bomba de agua; Limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de entrada de agua; Limpieza ajuste y calibraciones de valvula motorizada de vapor; Limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de secado; Limpieza y reparación de valvula de seguridad. Designación de personal tecnico.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo Ingeniero Reg. Ent. Mat. 017	Aclaración: MS. César Negros Dpto. de Biomedicina F.C.M. U.N.A.
Fecha: 06-OCT-2023	Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00986

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. Lopez c/ Cnel Cazal. S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilización Foco Quirurgico		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	SAKURA
MODELO:	ASIII - BOPE	SERIE Nº:	07099930

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 06 / 10 / 2023

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐	FALLA DENUNCIADA:
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑	
CORRECTIVO	☐	

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas; limpieza de linea hidraulica; limpieza de linea de vacio; limpieza de linea de vapor; limpieza de caldera; limpieza de camara de esterilización. Mantenimiento de bomba de vacio. Mantenimiento de bomba de vacio; mantenimiento de bomba de agua; limpieza ajuste y calibraciones de valvula motorizada de entrada de agua. Limpieza, ajuste y calibraciones de valvula motorizada de vapor. Limpieza ajuste y calibraciones de valvula motorizada de secado. Limpieza y verificación de valvula de seguridad. Personal tecnico asignado.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma: Ing. Luis Alberto Díaz Olmedo Ingeniero Reg. Ind. Mil. 017	Firma: MS. C. [illegible] Negros Jefe Dpto. de Medicina F.C.M. - U.N.A.
Aclaración:	Aclaración:
Fecha: 06-OCT-2023	Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Celf: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00989

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. Lopez c/ Cnel Cazal - SL.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilización - TOCOQUIRURGICO		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	SAKURA
MODELO:	AMS B09E	SERIE Nº:	09099932

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 06 / 10 / 2023

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior del equipo; Limpieza de sala de máquinas; Limpieza de línea hidráulica; Limpieza de línea de vapor; Limpieza de caldera; Limpieza de cámara de esterilización; Limpieza de caldera; Mantenimiento de bomba de agua; mantenimiento de bomba de vacío; Limpieza, ajuste y calibración de válvula motorizada de entrada de agua; Limpieza, ajuste y calibración de válvula motorizada de vapor; Limpieza, ajuste y calibraciones de válvula motorizada del secado; Limpieza y verificación de válvula de alivio. Personal técnico asignado.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Ing. Luis Alberto Díaz Olmedo Ingeniero Reg. Ent. MSP y BS 017	Aclaración: MS. César Negros Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. - U.N.A.
Fecha: 06-OCT-2023	Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-