ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 -Cel: +595-971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 0001050

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA	
DIRECCIÓN:	Avda Mcal Lopez e/ Cnel Cazal S/L	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilizacion - Todo Quirurgico	
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:		

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	Sakura
MODELO:	AIII S - B09E	SERIE Nº:	0F0099932

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 8 , 03 , 2024

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas; Limpieza de hidraulica; Limpieza de filtro de aire; Limpieza de filtro de secado; Limpieza de tubo de vapor; Limpieza de caldera; Limpieza de camara de esterilizacion Mantenimiento de bomba de agua, mantenimiento bomba de vacio; Limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de entrada de aire; Limpieza ajuste y calibracion de valvula motorizada de vapor; Limpieza

REPUESTOS UTILIZADOS: Ajuste y calibracion de valvula motorizada de secado; Limpieza y Verificacion de valvula de alivio. Personal Tecnico

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:		Firma:	
Aclaración:	Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:	MS. Cesar Iegros Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. - U.N.A.
Fecha:	08 - marzo - 2024	Fecha:	

4 TAL. 50 X 3 - Del 0001001 al 0001200 - IX - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL: BLANCO *DUPLICADO: CELESTE
TRIPLICADO: VERDE