ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00923

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA.		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. Lopez e/ Cnel. Cazal. S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	ESTERILIZACION - TOCO QUIRURGICO		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA	MARCA:	
MODELO:		SERIE Nº:	

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 10 / 02 / 2023

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento de planta de tratamiento de agua, modulo osmosis; lavado y contralavado de membrana de ultrafiltración y agua filtrada y removedoras.; enjuague con filtrada limpieza y verificación de bombas de agua cruda; limpieza y verificación de bomba de agua tratada. Monitoreo y ajuste de presiones hidraulicas de trabajo y de stand-by. Ajuste de controlador automatico de presión. Mano de obra calificada.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:		Firma:	
Aclaración:	Luis Alberto Diaz Olmedo - Bioingeniero - Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:	Cesar Yegros
Fecha:	10 - Febrero - 2023	Fecha:	

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-