ACQUA SERVICE

de Oscar Rubén Portillo Ortellado
Representante de Ecodas en Paraguay
Importación de Equipos Máquinas para el Tratamiento de Agua
Máquinas Esterilizadores de Residuos Hospitalarios
Felipe Molas López 1958 c/ Sacramento - Tel: (021) 281 082
Asunción - Paraguay

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

Nº 0000403

Señor(es): DIRECCION GENERAL DE SANIDAD POLICIAL RUC: 80016197-1
Dirección: HOSPITAL RIGOBERTO CABALLERO Tel.:
Ciudad: SERVICIO DE HEMODIALISIS Barrio:

Descripción del trabajo

SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS
MAQUINA FRESENIUS 4008 B UBICACION: SALA DE DIALISIS
CONTROL DE CONDUCTIVIDAD Y TEMPERATURA
VERIFICACION DE PARAMETROS OPERATIVOS
CHEQUEO Y CONTROL DE FUNCIONAMIENTO
LIMPIEZA DE MICROFILTROS INTERNOS DEL CIRCUITO HIDRAULICO
CHEQUEO FUNCIONAL DE BOMBAS DE SANGRE, DETECTOR DE BURBUJA, PRESION ARTERIAL Y VENOSA PRESION TRANSMEMBRANA Y FLUJO DE BAÑO DE DIALISIS
DESINFECCION PROGRAMA V
LIMPIEZA DE BOMBA DE ACIDO BICARBONATO Y DE ULTRAFILTRACION
VERIFICACION DE PRESIONES DE TRABAJO EN EL CIRCUITO HIDRAULICO
CAMBIO DE CABEZAL DE BOMBA DE FLUJO

CÉSAR A. HERMOSILLA ÁLVAREZ
Subcomisario MGAP
Jefe de Adquisiciones Act. 07

Observaciones: ORDEN DE SERVICIOS Nº 154/2023

Fecha: 04/05/2023
Hora Fin:

Nombre del Técnico Encargado: OSCAR PORTILLO Firma:
Obs.: Esta conformidad de trabajo genera una factura por servicios prestados.

Firma del Cliente
Lic. Karen Esquivel
Enfermería
Reg. Nº 14395
Aclaración C.I. Nº: 3375176

Trapelgraf de Dean César Rios - RUC: 804500 - 3 1º de Agosto 1.205 - Tel: (021) 327 6478 - (021) 293 652 - (0982) 512 916
Ced de Hab Nº 1316 - E-mail: trapelgraf@hotmail.com - 05 Tal de 50x2 del 0351 al 0600 - 07/2022