JR INGENIERIA

INGENIERIA

Provision, Instalacion de Planta Generadora de Oxigeno
Reparación y Mantenimiento de Compresores de aire
Instalacion de redes de Gases Medicinales
Asistencia tecnica y mantenimiento de Planta de Oxigeno PSA

Habana 185 c/Lima, M.R. Alonso - Tel. (0994) 730 040 - E-mail: asistencia@jringenieria.com.py

INFORME DE ASISTENCIA TECNICA

N° 0000429

DATOS DEL CLIENTE

Nombre /Razón Social: Policia Nacional.- Fecha: 08/08/2022.-

Dirección: Hospital Rigoberto Caballero.- Teléfono:

DATOS DEL EQUIPO

Tipo de Maquina: Planta Generadora de Oxigeno.-

Marca: Oxymat.- Hora:

Serie/Patrimonio N°: 2019117.- Modelo: 0640.-

Descripción del Servicio: Asistencia tecnica para el mantenimiento Correctivo del equipo según Orden de Servicio Nº 567/2022.-

✓ Provisión de Kit reparo valvula DN10 con mano de obra - Generador de Oxigeno.-
✓ Provisión de Kit reparo valvula DN25 con mano de obra - Generador de Oxigeno.-
✓ Provisión de Kit reparo valvula DN32 con mano de obra - Generador de Oxigeno.-
✓ Provisión de Kit reparo valvula DN40 con mano de obra - Generador de Oxigeno.-
✓ Provisión de valvula anti retorno 1,5" con mano de obra - Generador de Oxigeno.-
✓ Provisión de filtro para neblina con mano de obra - Bomba de vacio NOVAIR.-
✓ Provisión de liquido refrigerante con mano de obra - Bomba de vacio NOVAIR.-
✓ Provisión de filtro de aceite con mano de obra - Bomba de vacio NOVAIR.-
✓ Provisión de Kit de sellos con mano de obra - Bomba de vacio NOVAIR.-
✓ Provisión de Kit de rodamientos con mano de obra - Bomba de vacio NOVAIR.-

Cant.	Repuesto	Cant.	Repuesto	Cant.	Repuesto
01	Item 2,211 + Item 2,212.-	02	Item 2,237 + Item 2,238.-		
01	Item 2,213 + Item 2,214.-	01	Item 2,239 + Item 2,240.-		
01	Item 2,215 + Item 2,216.-				
01	Item 2,217 + Item 2,218.-				
01	Item 2,223 + Item 2,224.-				
01	Item 2,231 + Item 2,232.-				
01	Item 2,233 + Item 2,234.-				
01	Item 2,235 + Item 2,236.-				

Viviana Britez Britez
Suboficial Superior P.S.
Jefa Adquisiciones

Observaciones: Se ha realizado el cambio y la instalación de los repuestos indicado según corresponde a cada items, con prueba de funcionamiento.

Firma: Ing. Javier Recalde
J.R. Ingenieria
RUC: 3.729.322 - 0

Técnico Responsable:

Firma: Eder Godoy
Coordinador
Serv. Control de Oxigeno
Técnico en PSA

Conformidad del Cliente:

06T. (50X3) 0000301/0000600 04/2021 blanco/amarillo/celeste quim.

De Javier Recalde Encima

INGENIERIA

Comercio al por mayor de otras maquinarias y equipos n.c.p.
Otros tipos de reparaciones de vehículos automotores n.c.p.
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Reparación de otros bienes personales y domésticos n.c.p.
Comercio al por mayor de productos n.c.p.
Comercio al por menor de productos en comercios no especializados
Actividades de programación informática
Otras actividades especializadas en construcción n.c.p

La Habana 185 c/ Lima y San Francisco, Barrio Universo – Tel.: (021) 754 058 - (0981) 296 090 / (021) 3268766
e-mail: asistencia@jringenieria.com.py M.R. Alonso, Paraguay

Timbrado Nro.: 15337346
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
RUC: 3723322-0
NOTA DE REMISION
Nº 001-001-0000795

Fecha de Emisión: 08/08/2022

DESTINATARIO DE LA MATERIA

Nombre o Razón Social: P. N. - GASTOS - SANIDAD POLICIAL — RUC O C.I.: 80016197-1
Domicilio: HOSPITAL RIGOBERTO CABALLERO

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado: Ventas — Comprobante de Venta: Factura
Comprobante de Venta Nº: — Nº de Timbrado:
fecha de Expedición: 08/08/2022
Fecha Inicio del Traslado: 08/08/2022 — Fecha estimada de término del Traslado: 08/08/2022

Dirección del punto de partida: Habana 185 c/Lima
Ciudad: M.R. Alonso — Departamento: Central

Dirección del punto de llegada: Hospital Rigoberto Caballero
Ciudad: Asunción — Departamento: Central
Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehiculo: FORD
Número de Registro Único del Automotor(RUA): JRJR537
Número de Registro Único del Automotor(RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre o Razón Social: Agustín Velázquez — RUC O C.I.: 4.054.754
Domicilio:

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción Detallada
1	Unidad	M.C: P/BOMBA DE VACÍO NOVAIR CON PROVISIÓN DE LIQUIDO REFRIGERANTE - ITEM 2.233
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO BOMBA DE VACÍO NOVAIR CON PROVISIÓN DE LIQUIDO REFRIGERANTE - ITEM 2.234
1	Unidad	M.C: P/BOMBA DE VACÍO NOVAIR CON PROVISIÓN DE FILTRO DE ACEITE - ITEM 2.235
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO BOMBA DE VACÍO NOVAIR CON PROVISIÓN DE FILTRO DE ACEITE - ITEM 2.236
1	Unidad	M.C: P/BOMBA DE VACÍO NOVAIR CON PROVISIÓN DE KIT DE SELLOS - ITEM 2.237
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO BOMBA DE VACÍO NOVAIR CON PROVISIÓN DE KIT DE SELLOS - ITEM 2.238
1	Unidad	M.C: P/BOMBA DE VACÍO NOVAIR CON PROVISIÓN DE KIT DE RODAMIENTOS - ITEM 2.239
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO BOMBA DE VACÍO NOVAIR CON PROVISIÓN DE KIT DE RODAMIENTOS - ITEM 2.240

Viviana Britez Britez
Suboficial Superior P.S.
Jefa Adquisiciones

Recepción de la Mercadería:

Firma: — Aclaración: Eder Godoy, Coordinador, Control de Oxígeno, Serv. Médico en PSA — RUC o cédula:

Poly Imprenta de Renato Raúl Agüero Leguizamón - RUC:3.511.594-1 4ta. Pytda N°184 c/ NSA -Cel:(0981)405127 Hab. 2218-100 hojas x3 del 0000751 al 0000850

De Javier Recalde Encima

Comercio al por mayor de otras maquinarias y equipos n.c.p.
Otros tipos de reparaciones de vehículos automotores n.c.p.
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Reparación de otros bienes personales y domésticos n.c.p.
Comercio al por mayor de productos n.c.p.
Comercio al por menor de productos en comercios no especializados
Actividades de programación informática
Otras actividades especializadas en construcción n.c.p

La Habana 185 c/ Lima y San Francisco, Barrio Universo – Tel.: (021) 754 058 - (0981) 296 090 / (021) 3268766
e-mail: asistencia@jringenieria.com.py M.R. Alonso, Paraguay

Timbrado Nro.: 15337346
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
RUC: 3723322-0
NOTA DE REMISION
Nº 001-001-0000794

Fecha de Emisión: 08/08/2022

DESTINATARIO DE LA MATERIA

Nombre o Razón Social: P. N. - GASTOS - SANIDAD POLICIAL — RUC O C.I.: 80016197-1
Domicilio: HOSPITAL RIGOBERTO CABALLERO

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado: Ventas — Comprobante de Venta: Factura
Comprobante de Venta Nº: — Nº de Timbrado:
fecha de Expedición: 08/08/2022
Fecha Inicio del Traslado: 08/08/2022 — Fecha estimada de término del Traslado: 08/08/2022

Dirección del punto de partida: Habana 185 c/Lima
Ciudad: M.R. Alonso — Departamento: Central

Dirección del punto de llegada: Hospital Rigoberto Caballero
Ciudad: Asunción — Departamento: Central
Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehiculo: FORD
Número de Registro Único del Automotor(RUA): JRJR537
Número de Registro Único del Automotor(RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre o Razón Social: Agustín Velázquez — RUC O C.I.: 4.054.754
Domicilio:

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción Detallada
1	Unidad	M.C: P/GENERADOR DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE KIT REPARO VALVULA DN 10 - ITEM 2.211
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO GENERADOR DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE KIT REPARO VALVULA DN 11 - ITEM 2.212
1	Unidad	M.C: P/GENERADOR DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE KIT REPARO VALVULA DN 25 - ITEM 2.213
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO GENERADOR DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE KIT REPARO VALVULA DN26 - ITEM 2.214
1	Unidad	M.C: P/GENERADOR DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE KIT REPARO VALVULA DN32 - ITEM 2.215
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO GENERADOR DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE KIT REPARO VALVULA DN 33 - ITEM 2.216
1	Unidad	M.C: P/GENERADOR DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE KIT REPARO VALVULA DN40 - ITEM 2.217
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO GENERADOR DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE KIT REPARO VALVULA DN41 - ITEM 2.218
1	Unidad	M.C: P/GENERADOR DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE VALVULA ANTI RETORNO 1.5" - ITEM 2.223
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO GENERADOR DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE VALVULA ANTI RETORNO 1.5" - ITEM 2.224
1	Unidad	M.C: P/BOMBA DE VACÍO NOVAIR CON PROVISIÓN DE FILTROS PARA NEBLINA - ITEM 2.231
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO BOMBA DE VACÍO NOVAIR CON PROVISIÓN DE FILTROS PARA NEBLINA - ITEM 2.232

Recepción de la Mercadería:

Firma: — Aclaración: Eder Godoy, Coordinador, Control de Oxigeno, Serv. Técnico en PSA — RUC o cédula: Viviana Britez Britez, Suboficial Superior P.S., Jefa Adquisiciones

Poly Imprenta de Renato Raúl Agüero Leguizamón - RUC:5.512.[illegible] Tacuari 1 4ta. Pytda N°184 c/ NSA -Cel:(0981)405127 Hab. 2218-100 hojas x3 del 0000751 al 0000850