DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

INFORME TECNICO N° 12

FECHA: 16/02/2024
EMPRESA MARE PARAGUAY S.A.
ID N° 395.378
DESCRIPCION: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINAS DE ANESTESIA. MARCA GENERAL ELECTRIC - PLURIANUAL"
LCO N°: 03/2021
CONTRATO N°: 28/2021
LOTE 1
ORDEN DE SERVICIO N° 01-01-12

MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL SEGÚN PROTOCOLO DEL FABRICANTE DE LAS MÁQUINAS DE ANESTESIA MARCA G.E.

ITEN	ESPECIFIFICACIONES TECNICAS	U. M.	CANTIDAD
1	MARCA G.E. Modelo 9100, con monitor multiparamétrico G.E. B40. Cód. Patrimonial N° 011.456.05.1248	Unidad	1

ES MI INFORME.
ANEXO INFORME TECNICO MARE PARAGUAY S.A. N° 0003758.

TSB. MARCELO MANZUR
JEFE DPTO. DE MANTENIMIENTO
HOSPITAL DE TRAUMA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI" DPTO. DE MANTENIMIENTO

MARE Paraguay S.A.
Plaza Center Santa Teresa 7° Piso.
Av. Aviadores del Chaco N° 2351
Asunción, Paraguay 1610
Tel.: 021 608 786/8
E-mail: marepy@themaregroup.com
www.themaregroup.com

INFORME DE SERVICIO

0003758

GE Healthcare

INSTITUCION/CLIENTE: Hospital del Trauma	SECCION: Quirofano	CIUDAD: Asunción	FECHA: 16/02/24
EQUIPO/MODELO: Mag. de Anestesia 9100c	PATRIMONIO N°: 011-456-05-1248	N° SERIE: M6150100448	SID:

Actividad ☐ Garantía ☐ Contrato ☐ A Facturar ☐ Varios

Tipo de Informe ☐ Instalación ☐ Reparación ☐ M.P. ☐ Update ☐ Aplicaciones ☐ Otros

ETIQUETA ☐

Diagnóstico Orden N° 01-01-12

Trabajos Realizados

Se realizo
- Mantenimiento preventivo
- Limpieza y lubricacion
- calibracion del equipo
- Prueba de funcionamiento con simulador
- Se cambia el sensor de flujo

Se recomienda el uso de filtros ya que el equipo se encontraba con mucho liquido en el modulo ventilatorio

Resumen		
	Inicio	Fin
Labor.....Hrs.		
Viajes.....Hrs.		
Repuestos	SI	NO
Otros		

Sus comentarios son bienvenidos

Equipo Operativo

Firma Cliente

Aclaración /Sello

Lic. Gustavo Resquin
Enfermería
Reg. Prof. N° 21.520

Mirna López
TSB - R.P. 32
Dpto. Mantenimiento
Hospital de Trauma

Firma Técnico

MARE PARAGUAY S.A.
Pedro Matias Gómez