ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00671

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Hospital de Policía Rigoberto Caballero.		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. Lopez y Kubistchek	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	QUIROFANO.		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	BAUMER.
MODELO:	B100.	SERIE Nº:	

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 28/01/2021

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐	FALLA DENUNCIADA:
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑	
CORRECTIVO	☑	

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza del equipo. Revisión y sold del equipo. Verificación y reparación de mandos de control. Ajuste de temperatura y presión de trabajo. Test de alarmas. Limpieza y reajuste de conectores eléctricos. Cambio de resistencia eléctrica. Cambio de algunos cables aislantes eléctricos. Limpieza de línea de vacío y de vapor. Revisión y cambio de caño de alta presión flexible. Ajuste de flotador de nivel de agua de caldera. Limpieza de caldera. Verificación de funcionamiento de planta de agua tratada. Verificación total de funcionamiento. Puesta en servicio.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación: LOTE 78

ARIEL NÚÑEZ SILVERO
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración:	Aclaración:
Fecha: 28-ENE-2021	Fecha:

Luis Alberto Díaz Olmedo
Bioingeniero
Reg. Prof. MSPyBS 017

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00672

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Hospital de Policía Rigoberto Caballero		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. LOPEZ & Kubistchek.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	QUIROFANOS.		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Estufa micro procesada.	MARCA:	QUIMIS
MODELO:	Q317M.	SERIE Nº:	

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 29 / 01 / 2021

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☑

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza gral. del equipo. Ajustes de parametros de esterilización (temperatura y tiempo) Provisión y cambio de ~~proto~~ termostato de trabajo. Reajuste de temperatura y tiempo de operacion. Test de funcionamiento.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación: LOTE-79

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:
Fecha: 29-ENE-2021	Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-