INGELECT
INGENIERIA ELECTROMECANICA
Electricidad, Mecánica y Refrigeración
Cel.: (0981) 523 896
E-mail: ms.ingelect@hotmail.com
Mcal. López 111 c/ SaturioRíos M. R. Alonso

Asunción, 26 de enero de 2024

Conformidad de recepción Servicio de reparación y mantenimiento de equipos de laboratorio – Maquina de ensayo de Presión. INTN - Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología.

- Provisión y Colocación de 6 mangueras de presión de 250 kg/cm2 con sus conexiones y adaptadores tipo niples.
- Provisión y Colocación de mangueras de aire comprimido de 8 y 10 mm.
- Provisión y Colocación de 6 mangueras de llenado de probetas.
- Provisión y Colocación de 2 manómetros de 250 kg/cm2.
- Provisión y Colocación de válvula antirretorno 250 kg/cm2.
- Provisión y Colocación de llave de paso de 250 kg/cm2.
- Provisión y Colocación de soporte y sujeciones para barra de seguridad.
- Provisión y Colocación de batea de acero de 0.60 x 5.00 x 0.4 mts y desagüe de restos hidráulico de las muestras.
- Provisión y Colocación de insumos para el mantenimiento de la bomba hidráulica de presión.
- Provisión y Colocación de insumos para el mantenimiento del compresor de aire.
- Provisión y Colocación de insumos para el mantenimiento y puesta en funcionamiento del sistema giratorio de drenaje de muestras.
- Verificación y cambio de cableado eléctrico.
- Mano de obra profesional.

Ing. Jorge M. Muller G.
Gerente.

Ing. Jorge Muller
RUC: 3.388.238-0
INGELECT

Recibí:.....

Nombre: Hernán Díaz

Ing. Hernán Díaz
Dpto. Seguridad Industrial
INTN

Scanned with CamScanner