JR INGENIERIA

INGENIERIA

Provision, Instalacion de Planta Generadora de Oxigeno
Reparación y Mantenimiento de Compresores de aire
Instalacion de redes de Gases Medicinales
Asistencia tecnica y mantenimiento de Planta de Oxigeno PSA

Habana 185 c/Lima, M.R. Alonso - Tel. (0994) 730 040 - E-mail: asistencia@jringenieria.com.py

INFORME DE ASISTENCIA TECNICA

N° 0000427

DATOS DEL CLIENTE

Nombre /Razón Social: Policia Nacional. Fecha: 08/08/2022.-

Dirección: Hospital Rigoberto Caballero.- Teléfono:

DATOS DEL EQUIPO

Tipo de Maquina: Planta Generadora de Oxigeno.-

Marca: Oxymat.- Hora:

Serie/Patrimonio N°: 2019117.— Modelo: 0640.-

Descripción del Servicio: Asistencia tecnica para el mantenimiento Correctivo del equipo según Orden de Servicio Nº 566/2022:

- Provisión de regulador de presión con filtros FR- Sistema con mano de obra - Secador de aire.-
- Provisión de valvula de seguridad - 1,5" con mano de obra - Secador de aire.-
- Provisión de sensor punto de rocio con mano de obra - Secador de aire.-
- Provisión de presostato de comando con mano de obra - Secador de aire.-
- Provisión de kit de repuso valvula angular cíclica de 2,5" con mano de obra - Generador de Oxigeno.-
- Provisión de regulador de presión con filtro FR Sistema con mano de obra - Generador de Oxigeno.-
- Provisión de manometro de presion con mano de obra - Generador de Oxigeno.-
- Provisión de valvula de seguridad - 3,5" con mano de obra - Generador de Oxigeno.-
- Provisión de regulador de Presión - Salida de Producto Oxigeno con mano de obra - Generador de Oxigeno
- Provisión de elemento filtro de bacteria A3102 con mano de obra - Generador de oxigeno.-

Cant.	Repuesto	Cant.	Repuesto	Cant.	Repuesto
01	Item 2,151 + Item 2, 152.	01	Item 2, 195 + Item 2, 196.-		
01	Item 2,155 + Item 2, 156.	01	Item 2, 201 + Item 2, 202.-		
01	Item 2, 159 + Item 2, 160.-				
01	Item 2, 165.				
01	Item 2, 183 + Item 2, 182				
01	Item 2, 185 + Item 2, 186.-				
01	Item 2, 187 + Item 2, 188.-				
01	Item 2, 189 + Item 2, 190.-				

Viviana Britez Britez
Suboficial Superior P.S.
Jefa Adquisiciones

Observaciones: Se ha realizado el cambio y la instalación de los repuestos indicado según corresponde a cada items con prueba de funcionamiento.-

Firma: **Firma:**

Técnico Responsable: Ing. Javier Recalde
JR Ingenieria
RUC: 3.723.322 - 0

Conformidad del Cliente:

Eder Godoy
Coordinador
Serv. Control de Oxigeno
Técnico en PSA

06T. (50X3) 0000301/0000600 04/2021 blanco/amarillo/rosado palm.

De Javier Recalde Encima

INGENIERIA

Comercio al por mayor de otras maquinarias y equipos n.c.p.
Otros tipos de reparaciones de vehículos automotores n.c.p.
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Reparación de otros bienes personales y domésticos n.c.p.
Comercio al por mayor de productos n.c.p.
Comercio al por menor de productos en comercios no especializados
Actividades de programación informática
Otras actividades especializadas en construcción n.c.p.

La Habana 185 c/ Lima y San Francisco, Barrio Universo – Tel.: (021) 754 058 - (0981) 296 090 / (021) 3268766
e-mail: asistencia@jringenieria.com.py M.R. Alonso, Paraguay

Timbrado Nro.: 15337346
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
RUC: 3723322-0
NOTA DE REMISION
Nº 001-001-0000792

Fecha de Emisión: 08/08/2022

DESTINATARIO DE LA MATERIA

Nombre o Razón Social: P. N. - GASTOS - SANIDAD POLICIAL — RUC O C.I.: 80016197-1
Domicilio: HOSPITAL RIGOBERTO CABALLERO

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado: Ventas — Comprobante de Venta: Factura
Comprobante de Venta Nº: — Nº de Timbrado:
fecha de Expedición: 08/08/2022
Fecha Inicio del Traslado: 08/08/2022 — Fecha estimada de término del Traslado: 08/08/2022

Dirección del punto de partida: Habana 185 c/Lima
Ciudad: M.R. Alonso — Departamento: Central

Dirección del punto de llegada: Hospital Rigoberto Caballero
Ciudad: Asunción — Departamento: Central
Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehiculo: FORD
Número de Registro Único del Automotor(RUA): JRJR537
Número de Registro Único del Automotor(RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre o Razón Social: Agustín Velázquez — RUC O C.I.: 4.054.754
Domicilio:

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción Detallada
1	Unidad	M.C: P/ SECADOR DE AIRE CON PROVISIÓN DE REGULADOR DE PRESIÓN CON FILTROS FR-SISTEMA - ITEM 2.151
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO SECADOR DE AIRE CON PROVISIÓN DE REGULADOR DE PRESIÓN CON FILTROS FR - SISTEMA - ITEM 2.152
1	Unidad	M.C: P/SECADOR DE AIRE CON PROVISIÓN DE VALVULA DE SEGURIDAD - 1,5" - ITEM 2.155
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO SECADOR DE AIRE CON PROVISIÓN DE VALVULA DE SEGURIDAD - 1,5" - ITEM 2.156
1	Unidad	M.C: P/SECADOR DE AIRE CON PROVISIÓN DE SENSOR PUNTO DE ROCÍO - ITEM 2.159
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO SECADOR DE AIRE CON PROVISIÓN DE SENSOR PUNTO DE ROCÍO - ITEM 2.160
1	Unidad	M.C: P/SECADOR DE AIRE CON PROVISIÓN PRESOSTATO DE COMANDO - ITEM 2.165
1	Unidad	M.C: P/GENERADOR DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE KIT REPARO VALVULA ANGULAR CICLICA DE 2,5" - ITEM 2.181
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO GENERADOR DE OXÍGENO CON PROVISION DE KIT REPARO VALVULA ANGULAR CÍCLICA DE 2,5" - ITEM 2.182
1	Unidad	M.C: P/GENERADOR DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE REGULADOR DE PRESIÓN CON FILTROS FR - SISTEMA - ITEM 2.185
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO GENERADOR DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE REGULADOR DE PRESIÓN CON FILTROS FR - SISTEMA - ITEM 2.186

Viviana Britez Britez
Suboficial Superior P.S.
Jefa Adquisiciones

Recepción de la Mercadería:

Firma: — Aclaración: — RUC o cédula:

Eder Godoy
Coordinador
Serv. Control de Oxigeno
Técnico en PSA

Poly Imprenta de Renato Raúl Agüero Leguizamón - RUC:5.512.544-8 - 1ra. Pytda N°184 c/ NSA -Cel:(0981)405127 Hab. 2218-100 hojas x3 del 0000751 al 0000850

De Javier Recalde Encima

INGENIERIA

Comercio al por mayor de otras maquinarias y equipos n.c.p.
Otros tipos de reparaciones de vehículos automotores n.c.p.
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y veterinarios
Reparación de otros bienes personales y domésticos n.c.p.
Comercio al por mayor de productos n.c.p.
Comercio al por menor de productos en comercios no especializados
Actividades de programación informática
Otras actividades especializadas en construcción n.c.p.

La Habana 185 c/ Lima y San Francisco, Barrio Universo – Tel.: (021) 754 058 - (0981) 296 090 / (021) 3268766
e-mail: asistencia@jringenieria.com.py M.R. Alonso, Paraguay

Timbrado Nro.: 15337346
Fecha Inicio Vigencia: 03/01/2022
Fecha Fin Vigencia: 31/01/2023
RUC: 3723322-0
NOTA DE REMISION
Nº 001-001-0000793

Fecha de Emisión: 08/08/2022

DESTINATARIO DE LA MATERIA

Nombre o Razón Social: P. N. - GASTOS - SANIDAD POLICIAL — RUC O C.I.: 80016197-1
Domicilio: HOSPITAL RIGOBERTO CABALLERO

DATOS DEL TRASLADO

Motivo del Traslado: Ventas — Comprobante de Venta: Factura
Comprobante de Venta Nº: — Nº de Timbrado:
fecha de Expedición: 08/08/2022
Fecha Inicio del Traslado: 08/08/2022 — Fecha estimada de término del Traslado: 08/08/2022

Dirección del punto de partida: Habana 185 c/Lima
Ciudad: M.R. Alonso — Departamento: Central

Dirección del punto de llegada: Hospital Rigoberto Caballero
Ciudad: Asuncción — Departamento: Central
Kilómetros estimados de recorrido:

Cambio de fecha de término de traslado y/o punto de llegada:
Motivo:

DATOS DEL VEHICULO DE TRANSPORTE

Marca del Vehiculo: FORD
Número de Registro Único del Automotor(RUA): JRJR537
Número de Registro Único del Automotor(RUA) de Remolque/tracto/semiremolque:

DATOS DEL CONDUCTOR DEL VEHICULO

Nombre o Razón Social: Agustín Velázquez — RUC O C.I.: 4.054.754
Domicilio:

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción Detallada
1	Unidad	M.C: P/GENERADOR DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE MANOMETRO DE PRESION - ITEM 2.187
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO GENERADOR DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE MANOMETRO DE PRESION - ITEM 2.188
1	Unidad	M.C: P/GENERADOR DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE VALVULA DE SEGURIDAD - 1,5" - ITEM 2.189
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO GENERADOR DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE VALVULA DE SEGURIDAD - 1,5" - ITEM 2.190
1	Unidad	M.C: P/GENERADOR DE OXÍGENO CON PROVISION DE REGULADOR DE PRESION - SALIDA DE PRODUCTOS, OXIGENO - ITEM 2.195
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO GENERADOR DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE REGULADOR DE PRESIÓN - SALIDA DE PRODUCTOS, OXIGENO - ITEM 2.196
1	Unidad	M.C: P/GENERADOR DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE ELEMENTO FILTRO DE BACTERIA A3102 - ITEM 2.201
1	Unidad	M.O: P/MANT. CORRECTIVO GENERADOR DE OXÍGENO CON PROVISIÓN DE ELEMENTO FILTRO DE BACTERIA A3103 - ITEM 2.202

Viviana Britez Britez
Suboficial Superior P.S.
Jefa Adquisiciones

Recepción de la Mercadería:

Firma: — Aclaración: — RUC o cédula:

Eder Godoy
Coordinador
Serv. Control de Oxígeno
Técnico en PSA

Poly Imprenta de Renato Raúl Agüero Leguizamón - RUC:5.512.544-1 4ta. Pytda N°184 c/ NSA -Cel:(0981)405127 Hab. 2218-100 hojas x3 del 0000751 al 0000850