MARCAR S.R.L.
INGENIERÍA

Departamento Técnico
Tel.: (021)3286850
E-mail: serviciotecnico@marcar.com.py
Mainumby esq. Tatare ex (Bejarano) - Zona Norte - Fernando de la Mora - Paraguay

INFORME TÉCNICO

N° 0000603

FECHA: 15 / 03 / 24 **HORA:** ___ : ___

☐ Instalación ☐ Retiro de Equipo ☐ Servicio ☐ Demostración ☐ Recepción del equipo

Cliente: Facultad de Ciencias Médicas - U.N.A. **RUC:** 80001180-5
Encargado del Área: **Teléfono:**
Dirección:

DATOS GENERALES

Equipo: Planta de agua **Marca:**
Modelo: **Serie:**
Accesorios:
Problema indicado: Mantenimiento de planta de tratamiento de agua para soporte operacional de Equipos Biomédicos para los departamentos de Toco Quirurgico, PQC y Laboratorio Central, Nutrición Parenteral del Hospital de Clínicas Año 2023-2024 con ID: 425332.-

Trabajos realizados: Lote 5; Item 12: Verificación y ajustes de presiones hidráulica del sistema. Item 13: Verificación de conductividad de agua producto. Item 14: Mantenimiento mensual del módulo del sistema de osmosis inversa. Item 15: Mantenimiento preventivo del controlador electrico de la osmosis inversa. Item Limpieza de la sala de maquinas. Item 17: Desinfección mensual del sistema Item 18: Mano de obra técnica.-

Tiempo Empleado:

Observaciones: "Corresponde a la L.C.O. N°23/2023". "Lote N°5: Mantenimien preventivo con provisión de repuestos del sistema de tratamiento de Agua perteneciente a la unidad de Nutrición Parenteral".

1. Responsable Técnico	2. Cliente
Firma:	Firma:
Aclaración: Juan Hellman	Aclaración:

MARCAR S.R.L. INGENIERIA

Ms. César Vargas
Jefe
Dpto. de Electromedicina
F.C.M. - U.N.A.

Trabajo Verificado por:	Aclaración:	Firma:

Este documento no es válido como comprobante de venta ni recibo de dinero.