ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00638

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Hospital de Policía RUBEN BENITEZ CABALLERO
DIRECCIÓN:	Avda Mcal LOPEZ c/ Kubistchek — **TELEFONO:**
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	LABORATORIO
SERVICIO SOLICITADO POR:	**CARGO:**
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Estufa de Secado y Esterilización	**MARCA:** FANEM
MODELO: 315SE	**SERIE Nº:**

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 28 / 05 / 2021

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Item 4, Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuesto Ajuste de temperatura de operación.
Item 7, mantenimto correctivo c/provision de repuestos. Provision y cambio de circuito integrado c/cable aislado.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación: LOTE # 06

POLICIA NACIONAL
Actividad 07 Asistencia Integral al Pers. Policial
ADQUISICIONES
ARIEL NÚÑEZ SILVERO
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	**Firma:**
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	**Aclaración:**
Fecha: 28-mayo-2021	**Fecha:**

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-