ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00695

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Hospital de Clínicas - Facultad de Ciencias Médicas - UNA	
DIRECCIÓN: Avda Mcal Lopez e/ Cnel Cazal.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: ESTERILIZACION	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor	MARCA: SAKURA
MODELO: AMS	SERIE Nº:

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 08/03/21

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: LOTE 4 Item 1,6 Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas, Limpieza de camara de Esterilizacion Item (2,3,4,5,7,8) Limpieza de linea hidraulica, Limpieza de linea de vacio, Limpieza de linea de vapor, Limpieza de caldera, mantenimiento de bomba de vacio, mant. de bomba de agua. Item 9,10,11,12 Limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de entrada de agua, Limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de vapor, Limpieza, ajuste y calibracion de valvula de seguridad. Limpieza y prueba de valvula de seguridad. Item 13, asignacion de personal de mano de obra calificada.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Prof. MSP y BS 017	Aclaración: MS Cesar Negros Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. - H.C
Fecha: 08-marzo-21	Fecha:

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-