ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00691

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Hospital de Clínicas Facultad de Ciencias Médicas - UNA	
DIRECCIÓN: Avda Mcal. Lopez e/ Cnel Cazal.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilización	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a Vapor	MARCA: SAKURA
MODELO: AMS	SERIE Nº:

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 04 / 02 / 2021

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: LOTE 4. Item 1,6 Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas, limpieza de cámara de esterilización Item (2,3,4,5,7,8) limpieza de línea hidráulica; limpieza de línea de vacío; limpieza de línea de vapor; limpieza de caldera; mantenimiento de bomba de vacío; mantenimiento de bomba de agua Item (9,10,11,12) limpieza, ajuste y calibración de válvula motorizada de entrada de agua; limpieza ajuste y calibración de válvula motorizada de secado. Limpieza y prueba de válvula de seguridad, Item 13; mano de obra calificada c/ asignación de personal técnica.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo Dialoganiero	Aclaración: MS. César Yegros Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. - H.C
Fecha: 04-FEB-21	Fecha: