ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00804

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNA / HOSPITAL DE CLINICAS		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. Lopez y Prof. Carol	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilización		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	AUTOCLAVE A VAPOR	MARCA:	SAKURA
MODELO:	AMS-BOPE	SERIE Nº:	07099932

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 08 / SET / 21

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐	FALLA DENUNCIADA:
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑	
CORRECTIVO	☐	

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: LOTE#1 Item 1,6 Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas; Limpieza de cámara de esterilización Item 2,3,4,5,7,8 Limpieza de línea hidraulica; Limpieza de línea de vapor; Limpieza de línea de vacío; Limpieza de caldera; mantenimiento de bomba de vacío; mantenimiento de bomba de agua Item 9,10,11,12 Limpieza, ajustes y calibraciones de valvula motorizada de vapor; Limpieza ajuste y calibraciones de valvula motorizada de entrada de agua

REPUESTOS UTILIZADOS: Limpieza ajustes y calibraciones de valvula motorizada de secado. Limpieza y prueba de valvula de seguridad Item 13 asignación de personal tecnico calificado.

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:		Firma:	
Aclaración:	Ing. Luis Alberto Díaz Olmedo, Bioingeniero, Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:	MSc. César Yegros, Jefe, Dpto. de Electromedicina, F.C.M. - H.C
Fecha:	08-SET-2021	Fecha:	

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00805

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA / HOSPITAL DE CLINICAS		
DIRECCIÓN:	Avda Mcal. Lopez c/ Cnel Cazal	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilización		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	AUTOCLAVE A VAPOR	MARCA:	SAKURA
MODELO:	AMS-B09E	SERIE Nº:	07099930

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 08, SET, 21

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: LOTE 2 Item 1.6 Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas; Limpieza de autoclaves esterilización Item 2,3,4,5,7,8 Limpieza de línea hidraulica; Limpieza de línea de vacio; Limpieza de línea de vapor; Limpieza de caldera; Mantenimiento de bomba de agua, mantenimiento de bomba de vacio Item 9,10,11,12 Limpieza ajuste y calibraciones de válvula motorizada de entrada de agua limpieza ajuste y calibraciones de válvula motorizada de vapor; limpieza ajustes y calibraciones de válvula motorizada de secado limpieza y prueba de válvula de seguridad. Item 13 asignación de personal técnico calificado

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:	Luis Alberto Díaz Olmedo Ingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Firma:	MS. Cesar Negros Jefe
Aclaración:		Aclaración:	Dpto. de Electromedicina F.C.M. - H.C
Fecha:	08-SET-2021	Fecha:	

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00806

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA / Hospital de Clínicas		
DIRECCIÓN:	Avda Mcal. Lopez y Cnel. Cazal S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilización		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	SERCOM
MODELO:	IHM	SERIE Nº:	

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 08 / SET / 2021

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐	FALLA DENUNCIADA:
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑	
CORRECTIVO	☐	

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: LOTE 3 Item 1,6 Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas; Limpieza de cámara de esterilización Item 2,3,4,5,7,8 Limpieza de línea hidráulica; Limpieza de línea de vapor; Limpieza de línea de vacío; Limpieza de caldera; mantenimiento de bomba de vacío; mantenimiento de bomba de agua Item 9,10,11,12 Limpieza ajuste y calibraciones de válvula motorizada de entrada de agua; Limpieza ajuste y calibraciones de válvula motorizada de vacío

REPUESTOS UTILIZADOS: Limpieza ajuste y calibraciones de válvula motorizada de secado; Limpieza y prueba de válvula de seguridad. Item #13 asignación de personal: Técnico calificado.

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:	Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Firma:	MS. Cesar Yegros Jefe
Aclaración:		Aclaración:	Dpto. de Electromedicina F.C.M. - H.C
Fecha:	08-SET-2021	Fecha:	

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-