LCM Sociedad Anónima
Equipamiento Clínico, Sanatorial y Hospitalario

**Departamento Técnico**
Eligio Ayala 878 - Tel/Fax: (595-21) 440 657 (R.A)
E-mail: ventas@lcm.com.py
www.lacasadelmedico.com.py

# VISITA TÉCNICA

Nº 0012073

FECHA: 21 / 11 / 2023 HORA: 10 : 20

☐ Instalación ☐ Retiro de Equipo ☑ Servicio ☐ Demostración ☐ Visita sin Cargo

Cliente: Hospital de Trauma RUC:
Encargado del Área: Teléfono:
Dirección: Traumatología

## DATOS GENERALES

Equipo: Monitor desfibrilador. Marca: NIHON KOHDEN
Modelo: TEC-5521 Serie: 1720
Accesorios: Patrimonio: 011-22.107.1272
Problema indicado: Orden de servicio Nº: 01.01-08

Trabajos realizados: Mantenimiento Preventivo Trimestral segun protocolo recomendado por el fabricante.

T.S.B. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Tiempo Empleado:

Observaciones: CD Nº: 03/2021 contrato: 12/2021
Protocolo Nº: 939

| 1. Responsable Técnico | 2. Cliente |
|---|---|
| Firma: LCM. Pedro Ojeda Dpto. Técnico | Firma: Lic. Omar Ojeda Reg. 3323 Jefe de Traumatología Int. |
| Aclaración: | Aclaración: |

Trabajo Verificado por: Aclaración: Mirna López TSB - R.P. 32 Dpto. Mantenimiento Hospital de Trauma Firma:

Este documento no es válido como comprobante de venta, ni recibo de dinero.

ORIGINAL: Cliente (blanco)
DUPLICADO: Contabilidad (celeste)
TRIPLICADO: (celeste)
CUADRUPLICADO: Archivo (amarillo)

Imprenta TECNOLOGIC de Graciela Escobar Benitez - Karandayty Nº 773 casi Rodríguez de Francia - Villa Elisa - Tel.: (0971) 394 273 - Habilitación Nº 1221- RUC: 913196-5 - 10 Tal. 50x4- del 12001 al 12500 - Ocubre 2023

LCM Sociedad Anónima
Equipamiento Clínico, Sanatorial y Hospitalario

**Departamento Técnico**
Eligio Ayala 878 - Tel/Fax: (595-21) 440 657 (R.A)
E-mail: ventas@lcm.com.py
www.lacasadelmedico.com.py

# VISITA TÉCNICA

Nº 0012071

FECHA: 21/11/2023 HORA: 09:45

☐ Instalación ☐ Retiro de Equipo ☒ Servicio ☐ Demostración ☐ Visita sin Cargo

Cliente: Hospital de Trauma RUC:
Encargado del Área: Teléfono:
Dirección: Internados

## DATOS GENERALES

Equipo: Cocho desfibrilador. Marca: UNION KONDEN
Modelo: TEC-5581 Serie: 9101
Accesorios: Inventario: 011.22.03.0732
Problema indicado: orden de servicio Nº: 01-01-08

Trabajos realizados: Mantenimiento Preventivo Trimestral según Protocolo recomendado por el fabricante

Tiempo Empleado:

Observaciones: OS Nº: 03/2021 entrada: 12/2021
Protocolo Nº: 940

T.S.B. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

| 1. Responsable Técnico | 2. Cliente |
|---|---|
| Firma: LCM | Firma: |
| Aclaración: Pedro Ojeda, Dpto. Técnico | Aclaración: Lic. Enrique Martínez, Enfermero, Reg. Prof. Nº 9392 |

Trabajo Verificado por: Aclaración: Mirna López, TSB - R.P. 32, Dpto. Mantenimiento, Hospital de Trauma Firma:

Este documento no es válido como comprobante de venta, ni recibo de dinero.

ORIGINAL: Cliente (blanco)
DUPLICADO: Contabilidad (celeste)
TRIPLICADO: (celeste)
CUADRUPLICADO: Archivo (amarillo)

Imprenta TECNOLOGIC de Graciela Escobar Benitez - Karandayty Nº 773 casi Rodríguez de Francia - Villa Elisa - Tel.: (0971) 394 273 - Habilitación Nº 1221- RUC: 913196-5 - 10 Tal. 50x4- del 12001 al 12500 - Octubre 2023

LCM Sociedad Anónima
Equipamiento Clínico, Sanatorial y Hospitalario

**Departamento Técnico**
Eligio Ayala 878 - Tel/Fax: (595-21) 440 657 (R.A)
E-mail: ventas@lcm.com.py
www.lacasadelmedico.com.py

# VISITA TÉCNICA

Nº 0012070

FECHA: 20/11/2023 HORA: 11:00

☐ Instalación ☑ Retiro de Equipo ☑ Servicio ☐ Demostración ☐ Visita sin Cargo

Cliente: Hospital de Trauma RUC:
Encargado del Área: Teléfono:
Dirección: Reanimación

## DATOS GENERALES

Equipo: Cardio desfibrilador. Marca: NIHON KOHDEN
Modelo: Tec-5521E Serie: 1025
Accesorios: Patrimonio: 011.22.107.0561
Problema indicado: Orden de servicio nº: 01-01-08.

Trabajos realizados: Mantenimiento preventivo trimestral según protocolo consensuado por el fabricante

Tiempo Empleado:

Observaciones: OS nº: 03/2021 contrato: 12/2021
Protocolo Nº: 937

T.S.B. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

| 1. Responsable Técnico | 2. Cliente |
|---|---|
| Firma: LCM | Firma: Lic. Maurice Sosa L. Enfermería Reg. 4586 |
| Aclaración: Pedro Ojeda Dpto. Técnico | Aclaración: Fanny Sosa |

Trabajo Verificado por: Aclaración: Mirna López TSB - R.P. 32 Dpto. Mantenimiento Hospital de Trauma Firma:

Este documento no es válido como comprobante de venta, ni recibo de dinero.

ORIGINAL: Cliente (blanco)
DUPLICADO: Contabilidad (celeste)
TRIPLICADO: (celeste)
CUADRUPLICADO: Archivo (amarillo)

Imprenta TECNOLOGIC de Graciela Escobar benitez - Naranjaty

LCM Sociedad Anónima
Equipamiento Clínico, Sanatorial y Hospitalario

# Departamento Técnico

Eligio Ayala 878 - Tel/Fax: (595-21) 440 657 (R.A)
E-mail: ventas@lcm.com.py
www.lacasadelmedico.com.py

## VISITA TÉCNICA

Nº 0012167

FECHA: 20/11/23 HORA: 12:00

☐ Instalación ☐ Retiro de Equipo ☑ Servicio ☐ Demostración ☐ Visita sin Cargo

Cliente: Hospital de Trauma RUC:
Encargado del Área: Teléfono:
Dirección:

### DATOS GENERALES

Equipo: Cardio Desfibrilador Marca: Nihon Kohden
Modelo: TEC 5531 Serie: 2102
Accesorios: Pat. Nº 011.22.107.0981
Problema indicado: Orden de Servicio Nº 01.01-08

Trabajos realizados: Mantenimiento preventivo trimestral según protocolo recomendado por el fabricante.

T.S.B. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Tiempo Empleado:

Observaciones: Según CD Nº 03/2021 y Contrato Nº 12/2021
Protocolo e Informe Nº 936

| 1. Responsable Técnico | 2. Cliente |
|---|---|
| Firma: | Firma: Héctor D. Aguilar Lic. en Enfermería Reg. Prof. Nº 13.981 |
| Aclaración: LCM Juan Martínez Dpto Técnico | Aclaración: |

Trabajo Verificado por: Aclaración: Mirna López TSB - R.P. 32 Dpto. Mantenimiento Hospital de Trauma Firma:

Este documento no es válido como comprobante de venta, ni recibo de dinero.

ORIGINAL: Cliente (blanco)
DUPLICADO: Contabilidad (celeste)
TRIPLICADO: (celeste)
CUADRUPLICADO: Archivo (amarillo)

Imprenta TECNOLOGIC de Graciela Escobar Benítez - Karandayty Nº 773 casi Rodríguez de Francia - Villa Elisa - Tel.: (0971) 394 273 - Habilit. Nº 1221- RUC: 913196-5 - 10 Tal. 50x4 del 12001 al 12500 - Octubre 2023

LCM Sociedad Anónima
Equipamiento Clínico, Sanatorial y Hospitalario

**Departamento Técnico**
Eligio Ayala 878 - Tel/Fax: (595-21) 440 657 (R.A)
E-mail: ventas@lcm.com.py
www.lacasadelmedico.com.py

# VISITA TÉCNICA

Nº 0012166

FECHA: 20/11/23 HORA: 10:30

☐ Instalación ☐ Retiro de Equipo ☑ Servicio ☐ Demostración ☐ Visita sin Cargo

Cliente: Hospital de Trauma RUC:
Encargado del Área: Teléfono:
Dirección:

## DATOS GENERALES

Equipo: Cardio Desfibrilador Marca: Nihon Kohden
Modelo: TEC 5521 Serie: 1716
Accesorios: Pat. Nº 011.29.107 12.73
Problema indicado: Orden de Servicio Nº 01.01.08

Trabajos realizados: Mantenimiento preventivo trimestral segun protocolo recomendado por el fabricante.

T.S.B. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Tiempo Empleado:

Observaciones: Segun CD Nº 03/2021 y Contrato Nº 12/2021 Protocolo e Informe Nº 935

| 1. Responsable Técnico | 2. Cliente |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Aclaración: Juan Martínez, Dpto. Técnico (LCM) | Aclaración: Lic. Felicia Villar, Enfermera Jefe de Qx. Urgencias, Hospital de Trauma "Manuel Giagni" |

Trabajo Verificado por: Aclaración: Mirna López, TSB - R.P. 32, Dpto. Mantenimiento, Hospital de Trauma Firma:

Este documento no es válido como comprobante de venta, ni recibo de dinero.

ORIGINAL: Cliente (blanco)
DUPLICADO: Contabilidad (celeste)
TRIPLICADO: (celeste)
CUADRUPLICADO: Archivo (amarillo)

Imprenta TECNOLOGIC de Graciela Escobar Benítez - Naraduguy N° 110 Asunción

LCM Sociedad Anónima
Equipamiento Clínico, Sanatorial y Hospitalario

**Departamento Técnico**
Eligio Ayala 878 - Tel/Fax: (595-21) 440 657 (R.A)
E-mail: ventas@lcm.com.py
www.lacasadelmedico.com.py

# VISITA TÉCNICA

Nº 0012164

FECHA: 20/11/23 HORA: 11:00

☐ Instalación ☐ Retiro de Equipo ☑ Servicio ☐ Demostración ☐ Visita sin Cargo

Cliente: HOSPITAL de TRAUMA RUC:
Encargado del Área: Teléfono:
Dirección:

## DATOS GENERALES

Equipo: CARDIODESFIBRILADOR Marca: Nihon Kohden
Modelo: TEC 5521 Serie: 1714
Accesorios: P. Nº: 011.22.107.1275
Problema indicado: Orden de Servicio Nº 01-01-08

Trabajos realizados: Mantenimiento preventivo trimestral según protocolo recomendado por el fabricante.

T.S.B. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Tiempo Empleado:

Observaciones: Según CD Nº 03/2021 y Contrato Nº 12/2021 protocolo e informe Nº 934

| 1. Responsable Técnico | 2. Cliente |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Aclaración: LCM Juan Martínez Dpto. Técnico | Aclaración: Lic. Fabiola Villar Enfermera Jefe de Ex. Urgencias Hospital de Trauma "Manuel Giagni" |

Trabajo Verificado por: Aclaración: Mirna López TSB - R.P. 32 Dpto. Mantenimiento Hospital de Trauma Firma:

Este documento no es válido como comprobante de venta, ni recibo de dinero.

ORIGINAL: Cliente (blanco)
DUPLICADO: Contabilidad (celeste)
TRIPLICADO: (celeste)
CUADRUPLICADO: Archivo (amarillo)