Rescorp S.A.
Plaza Center Santa Teresa 7° Piso.
Av. Aviadores del Chaco N° 2351
Asunción, Paraguay 1610
Tel.: 021 608 786/8
0983 - 449 456
E mail: marepy@maregroup.us
www.maregroup.us

mare

INFORME DE SERVICIO

Nº 0002437

GE Healthc

INSTITUCION/CLIENTE: Facultad de Ciencias Médicas - H. Clínicos	SECCION:	CIUDAD:	FECHA: 24/08/2022
EQUIPO/MODELO: Maquina de Anestesia Ansys	PATRIMONIO N°:	N° SERIE: ANAS00560	SID:

Actividad ☐ Garantía ☐ Contrato ☐ A Facturar ☐ Varios

Tipo de Informe ☐ Instalación ☐ Reparación ☐ M.P. ☐ Update ☐ Aplicaciones ☐ Otros

ETIQUETA ☐

Diagnóstico

Mantenimiento y Reparación.

Trabajos Realizados

Mantenimiento Preventivo y correctivo según protocolo del fabricante General Electric. Desmontaje, limpieza interna y externa del equipo. Calibración de Sensores de flujo Calibración de Celda de Oxígeno; Verificación con simuladores de; Comprobación de funcionamiento de los siguientes repuestos: Ø2 (dos) Sensores de flujo; Ø1 (Una) perilla de flujómetro de Oxígeno Auxiliar; Ø1 (Una) Manguera de PAWI; Ø1 (Uno) Brazal de PAWI Adulto; Ø1 (Un) brazal de PAWI Adulto grande; Ø1 (Uno) Cable interface de SpO2; Ø1 (Un) Sensor de SpO2; Ø2 (dos) D-fend Ø2 línea de muestra; Ø1 Celda de Oxígeno MAX-D; Ø1 Kit de batería de Respaldo; Ø2 (dos) línea de espiromtría Ø1 Sensor D-lite; Provisión e Instalación de Ø1 (Un) Vaporizador Aladdin de Sevoflurano serie= BGBB00684.
Calibración de medición de gases del monitor.

Resumen	Inicio	Fin
Labor.....Hrs.		
Viajes.....Hrs.		
Repuestos	SI	NO
Otros		

Sus comentarios son bienvenidos

Equipo Operativo.

Copia Fiel del original

Firma Cliente

Aclaración /Sello Albert Rodríguez Central Director Quirúrgico Hospital de Clínicas S.L.

MARE PARAGUAY S.A. Lic. Arturo Acevedo

MARE PARAGUAY S.A. Milton Gómez

Firma Técnico

Original: Blanco. Copia amarillo, tercera celeste y ultima rosa

ICA - Ideas con arte - RUC: 4258867-7 Montevideo 1121 - Cel.: 0982 950 950 - 20 Tal. de 50x4 de 1501 al 2500