ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO

Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial

Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00938

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas. UNA		
DIRECCIÓN:	Avda Mcal. Lopez e/ Cnel. Cazal - S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilización - TOCO		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a Vapor	MARCA:	SAKURA
MODELO:	A III S BOQE	SERIE Nº:	070999030

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 10, 04, 23

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior del equipo y de sala de máquinas. Limpieza de línea hidraulica; Limpieza de línea de vacío; Limpieza de línea de vapor; Limpieza de caldera; Limpieza de cámara de esterilización. Mantenimiento de bomba de vacío; mant. de bomba de agua. Limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de entrada de agua. Limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de vapor. Limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de secado. Limpieza y verificación de valvula de seguridad. Personal técnico calificado.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:		Firma:	
Aclaración:	Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:	MS. Cesar Vegros Jefe Dpto. de electromedicina F.C.M. - H.C
Fecha:	10-abril-2023	Fecha:	

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00939

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas. UNA		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. Lopez. c/ Cnel Cazal S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilización TOCO QUO.		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	IHM
MODELO:	IHM	SERIE Nº:	125451

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 10, 04, 2023

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas. Limpieza de linea hidraulica; Limpieza de linea de vacio; Limpieza de linea de vapor.; Limpieza de caldera; Limpieza de caldera de esterilización. Mantenimiento de bomba de vacio. Mantenimiento de bomba de agua. Limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de entrada de agua. Limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de vapor. Limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada, desecado. Limpieza y verificación de valvula de seguridad. Mano de obra calificada.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:		Firma:	
Aclaración:	Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:	M.S. Casal Yegros Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. - H.C
Fecha:	10-abril-2023	Fecha:	

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00940

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Facultad de Ciencias Médicas - UNA		
DIRECCIÓN:	Avda. Mcal. Lopez c/ Cnel. Cazal S.L.	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Esterilizacion Pacu quirurgico		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	SAKURA
MODELO:	ATIS B06E	SERIE Nº:	99096494

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 10 / 04 / 23

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza externa del equipo y sala de maquinas, limpieza de linea hidraulica; limpieza de linea de vacio; limpieza de linea de vapor; limpieza de caldera; limpieza de camara de esterilizacion. Mantenimiento de bomba de vacio; mantenimiento de bomba de agua, limpieza, ajuste y calibracion de valvula motorizada de entrada de agua; limpieza, ajuste y calibraciones de valvula motorizada de vapor; limpieza, ajuste y calibraciones de valvula motorizada de desagote. Limpieza y verificacion de valvula de seguridad.

REPUESTOS UTILIZADOS: Personal tecnico calificado.

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos		Responsable del Servicio/Departamento	
Firma:	Luis Alberto Diaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Firma:	MS. Cesar Yegros Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. - H.C
Aclaración:		Aclaración:	
Fecha:	10-abril-2023	Fecha:	

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-

ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00941

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas. UNA
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez e/ Cnel. Cazal S.L. TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Esterilización FOCO QUIRURGICO
SERVICIO SOLICITADO POR: CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Autoclave a vapor
MODELO: AMS BOPE
MARCA: SAKURA
SERIE Nº: 07099932

TIPO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO PROGRAMADO ☐
PREVENTIVO POR CONTRATO ☑
CORRECTIVO ☐

FECHA DEL SERVICIO: 10, 04, 2023
FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior de la pompa y sala de maquinas; limpieza de linea hidraulica; limpieza de linea de vacio; limpieza de linea de vapor; limpieza de caldera; limpieza de camara de esterilización. Mantenimiento de bomba de vacio; mantenimiento de bomba de agua, limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de entrada de agua; limpieza, ajuste y calibración de valvula motorizada de vapor; limpieza ajuste y calibración de valvula motorizada de secado. Limpieza y verificación de valvula de alivio

REPUESTOS UTILIZADOS: Personal tecnico calificado.

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos
Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017
Fecha: 10-abril-2023

Responsable del Servicio/Departamento
Firma: Lic. César Medeiros Jefe Dpto. de Electromedicina F.C.M. - H.C
Aclaración:
Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-