ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA

Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 - Cel: 0971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00681

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN:	Hospital de Policia Rigoberto Caballero		
DIRECCIÓN:	Avda Mcal. Lopez c/ Kubistchek	TELEFONO:	
SERVICIO/DEPARTAMENTO:	Quirofanos		
SERVICIO SOLICITADO POR:		CARGO:	
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:			

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO:	Autoclave a vapor	MARCA:	BAUMER
MODELO:	B100	SERIE Nº:	

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 12, 02, 2021

- PREVENTIVO PROGRAMADO ☐
- PREVENTIVO POR CONTRATO ☑
- CORRECTIVO ☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza c/ remosion de oxidos y repintado de zonas afectadas. Provision y cambio de calefactores. Provision y cambio de perilla de on/off. Test de operacion total. Puesta en servicio.

REPUESTOS UTILIZADOS:

ARIEL NÚÑEZ SILVERO
Suboficial Superior P.S.
Jefe de Adquisiciones

Observación: LOTE 78

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración:	Aclaración:
Fecha: 12-FEB-21	Fecha:

Luis Alberto Díaz Olmedo
Bioingeniero
Reg. Prof. MSPyBS 017

Habilitación N° 1128 - Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10.- San Lorenzo - Central - Tel. 021 - 500 435 - Fax. 021 - 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0601 al 0800 - X - 2017.-