LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
ELECTROMEDICINA - ELECTROMECÁNICA
Tte.Cnel.Smith # 6274 e/ Cnel.Ortiz
Zona Norte, Fernando de la Mora - Paraguay
Tel/Fax: 021-682163 -Cel: +595-971-927127

RUC: 1399604 - 5

Nº: 0001058

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA	
DIRECCIÓN: Avda. Mcal Lopez e/ Cnel. Cazal S.L.	TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: ESTERILIZACION - TOCO	
SERVICIO SOLICITADO POR:	CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: AUTOCLAVE A VAPOR	MARCA: SAKURA
MODELO: AS/II - B09E	SERIE Nº: 0709930

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 05, 04, 2024

PREVENTIVO PROGRAMADO	☐
PREVENTIVO POR CONTRATO	☑
CORRECTIVO	☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Limpieza exterior del equipo y sala de maquinas Limpieza de linea hidraulica; limpieza de linea de vacio; limpieza de linea de vapor. Limpieza de caldera; limpieza de camara de esterilizacion. Mantenimiento de bomba de vacio; mantenimiento de bomba de agua. Limpieza, ajustes y lubricaciones de valvula motorizada de entrada de agua. Limpieza, ajustes y calibraciones de valvula motorizada de vapor; limpieza de ajuste y calibracion de valvula motorizada de vapor. Limpieza y verificacion de valvula de alivio. Personal tecnico correspondiente al lote, Items 1 al 13

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Diaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración:
Fecha: 05-abril-2024	Fecha:

4 TAL. 50 X 3 - Del 0001001 al 0001200 - IX - 2023 - Avda. Primer Presidente Nº 3432 e/ Tte. Giménez y M. Onieva
PISTILLI PRODUCCIONES S.R.L. - RUC: 80080875 - 4 * C.H.1929 - Tel: (021) 293 146

ORIGINAL: BLANCO *DUPLICADO: CELESTE
TRIPLICADO: VERDE

| | | |