OC 374

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS

DE CHRISTOPHER ORLANDO AREVALO MARTINEZ

Electrónica Especializada - Trabajos Eléctricos - Reparación - Refrigeración

IEA

Héroes de la Patria N°70 c/ Quebec

LUQUE - PARAGUAY

Tel.: 021 327 5757

Cel.: 0994 719 040 Email: iea_py@outlook.com

SERVICIO TECNICO

0000321

INFORME DE SERVICIO TECNICO

DIA	MES	AÑO
17	6	22

Cliente: Policia Nacional

Equipo: Electrocardiógrafo **Marca:** Edan

Modelo: SE-1201 **S/N:**

Dirección: **Teléfono:**

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	COD.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
1		Cable de ECG de 5 latiguillos		
1		cable de alimentación		

Hora entrada de servicio:

Hora salida de servicio:

DESCRIPCION DE LA MANO DE OBRA

Se realizó mantenimiento del equipo, ajuste, prueba y puesta en funcionamiento. Inspección de cables, electrodos, terminales y demas elementos electricos y electrónicos. Verificar equipo marcadora (alineación, estado y funcionamiento) Verificación con simulador de Ecg de señal de prueba. Revisar carga de baterias. Reparación panel de control, Remosión de corrosión y limpieza de placas y conectores internos. Instalación de cables de Ecg de 5 latiguillos, cambio de cable de alimentación. Se deje el equipo funcionando correctamente.

FACTURA N°

V° B° CLIENTE

INGENIEROS ELECTRONICOS ASOCIADOS Tel.: 021 327 5757

V° B° TECNICO Firma y Sello

Ing. Christopher Arévalo
Electromedicina
Reg. Prof. N° 24

Contraseña _____ N° Servicio: _____ Fecha: ___/___/___

Equipo: _____ Num. Serie: _____

OBS.: _____

LIZ L. MENDOZA R.
Oficial Inspector Intd.
Jefa de Adquisiciones