ING. LUIS ALBERTO DÍAZ OLMEDO
Actividades de servicios de ingeniería
Comercio al por mayor de otros productos
Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos de uso general y especial
Tte. Smith N° 6274 - Telefax: (021) 682 163 - Cel.: (0971) 927 127
E-mail: luisdiazpy@gmail.com
Fernando de la Mora - Paraguay

RUC: 1399604 - 5

Nº: 00921

INFORME TECNICO

DATOS DE LA INSTITUCIÓN

INSTITUCIÓN: Facultad de Ciencias Médicas - UNA
DIRECCIÓN: Avda. Mcal. Lopez e/ Cnel Cazal S.L. TELEFONO:
SERVICIO/DEPARTAMENTO: Laboratorio Central
SERVICIO SOLICITADO POR: CARGO:
FECHA DE SOLICITUD DEL SERVICIO:

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: Planta de tratamiento de agua MARCA:
MODELO: SERIE Nº:

TIPO DE MANTENIMIENTO

FECHA DEL SERVICIO: 10 , ENE , 2023

PREVENTIVO PROGRAMADO ☐
PREVENTIVO POR CONTRATO ☑
CORRECTIVO ☐

FALLA DENUNCIADA:

DIAGNÓSTICO

FALLA ENCONTRADA:

DESCRIPCION DE LAS TAREAS REALIZADAS: Mantenimiento de planta de agua; provision y cambio de regenerador de resina catiónica (ClNa fabricado) limpieza de tanque reservorio de ClNa, limpieza de tanque de agua cruda, lavado y contralavado de membrana de ultrafiltración de osmosis; proceso de desincrustación de partículas menores. Mantenimiento y revision de bomba de agua cruda. Revision de bomba de limpieza de agua tratada. Verificaciones de presiones de línea y de Stand-by. Mano de obra calificada.

REPUESTOS UTILIZADOS:

Observación:

Responsable de los trabajos técnicos	Responsable del Servicio/Departamento
Firma:	Firma:
Aclaración: Luis Alberto Díaz Olmedo Bioingeniero Reg. Prof. MSPyBS 017	Aclaración: Dra. de [illegible] Medicina F.C.M. - UNA
Fecha: 10 - ENE - 2023	Fecha:

Gráfica Mayo S.A. RUC 80000069-2. Habilitación Nº 1128
Cptán. Rivas c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 - San Lorenzo - Central
Tel. 021 500 435 - Fax. 021 573 021 - 4 Tal. 50 x 3 del 0801 al 1000 - VI - 2021.-