Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud

Dr. Manuel Dominguez N° 1147 c/ Brasil — Asunción - Paraguay

D.G.G.I.E.S.	ORDEN DE COMPRA	LPN SBE N° 104/2019 "ADQUISICION DE EQUIPOS MEDICOS PARA EL HOSPITAL DEL TRAUMA - MSPYBS" - ID N° 372.182	ORDEN Nº	B-5740

Señores: SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A. (SEMPRO S.A.)	Fecha de Emisión:	06/10/2021
R.U.C.: 80006779-7	Plazo de Entrega:	S/ CONTRATO
Sirvase proveer los elementos que se detallan a continuación,de acuerdo con las condiciones de esta orden de compra.	Fecha de Contrato:	01/10/2021

Item	Cantidad	Unidad	Descripcion	Ejecución	Precio Unitario	SubTotal
15	3	UNIDAD	CIALITICA PORTATIL // UNIDAD // UNIDAD // GETINGE/MAQUET // FRANCIA	100%	42.666.666	127.999.998

Especificaciones Tecnicas

CIALITICA PORTATIL

De un solo brazo articulado con multiplicidad de movimientos, sin deformaciones, que mantengan la calidad de iluminación de modo constante en cualquier posición. La máxima corriente de fuga no podrá exceder los 100 micro Amperes (opcional). - Sobre carro rodante con freno (freno en todas las ruedas). - De iluminación en base a lámparas LED con una vida util de 50.000 hs o mejor. La cupula de la scialitica debe tener ajuste digital del nivel de ilumicación de 5 niveles o mejor- La profundidad de iluminación al 20% dede ser de 100 cm o mayor, y la profuniddad de iluminacion al 60% debe seer de 50 cm o mayor - Iluminación a un metro de distancia del orden de los 100.000 Lux. -- La scialitica debe poseer control automatico del flujo de iluminacion para evitar la caida de la potencia de la iluminación de los LED. – La scialitica debe ser compatible con un flujo laminar. Color temperatura del orden de 3500k a 5000°K o mejor - Ajustes varios de brillo para manejo de sombras. Variación continua de intensidad de 60 a 100% - Diámetro del campo de iluminación de 19cm como minimo.- Rango de temperatura de servicio inferior a 12 °C opcional. - Potencia total de lámparas del orden minimo 80 w a 240 W (opcional y aproximado) - Alimentación a Bateria de 12 o 24 volts. - Con sistema de carga de bateria interna automático (opcional), alimentacion 220 volts -50 Hz. – La scialitica debe tener una dilucion de sombras con una mascara de 40% o mejor. una dilucion de sombras de dos mascaras de 40% o mejor, una dilucion de sombras en el fondo de un tuvo con una mascara de 35% o mejor, una dilucion de sombras en el fondo de un tuvo de dos mascaras de 45% o mejor. y una dilucion de sombras en el fondo de un tubo de 95% o mejor. Certificación de cumplir con Norma IEC 60601 y/ ISO 13485 - Controles electrónicos de encendido y ajustes. - Manguitos removibles y autoclavables para posicionamiento y ajuste del campo. Deberá entregarse con 2 Unidades de Repuesto.

TOTAL	127.999.998

Son Guaranies: *CIENTO VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.-*

Elab. Bruno Gomez	Forma de Pago: Credito.-
Plan de Entrega: 120 (ciento veinte) dias corridos a partir del cobro del Anticipo equivalente al 20% del monto total adjudicado (conforme a la Seccion IV - CGC 16.1). Los plazos de entrega seran computados en dias corridos. Las ordenes de compra seran emitidas por la Direccion General de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud (DGGIES), segun necesidad y requerimiento del HOSPITAL DEL TRAUMA.	Lugar de Entrega: HOSPITAL TRAUMA DR. MANUEL GIAGNI
Lic. Oscar Ariel Noldin Nuñez Director Administrativo	Dr: Derlis Carlos León Sanabria Director General

USO INTERNO

Dependencia Solicitante D.G.G.I.E.S.	MEMORANDUM D.B. N° 413/2021 Contrato N° 460/2.021 Simese N° 177.877/2.021	Imp. Presupuestario
Dirección Administrativa		Productos e Insumos Quimicos

SEMPRO 12-10-2021