INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Oñondivepa Tape Pyahu
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SBE N° 23/2015
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL SERVICIO DE PERINATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL"

ADENDA N° 2

Asunción, 11 de noviembre de 2015.

AL OFERENTE:

Con relación a la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS SBE N° 23/2015 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL SERVICIO DE PERINATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL"**, informamos que se realizan las siguientes modificaciones:

1. En la Sección III Suministros Requeridos. 2. Especificaciones Técnicas.

Punto 3.2 del Ítem 1
Donde dice:
"Al menos 5 (cinco) potes de al menos 500 ml de gel conductor."

Debe decir:
"Al menos 5 (cinco) potes de al menos 500 ml de gel conductor o 10 (diez) potes de gel conductor de 250 ml."

2. En la Sección III Suministros Requeridos. 2. Especificaciones Técnicas.

Punto 2.6 del Ítem 2
Donde dice:
"Despliegue numérico en pantalla de latidos/minuto fetal con rango de 30 o menor a 240 o mayor."

Debe decir:
"Despliegue numérico en pantalla de latidos/minuto fetal con rango de 50 o menor a 210 o mayor."

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abog. Jaime Caballero Ruiz Díaz
Jefe de Sección Gestión de Ofertas
DGBS

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. MANUEL ASTIGARRAGA
JEFE
Departamento de Licitaciones
DGBS - I.P.S.