UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION

Facultad de Ciencias Químicas

ADENDA Nº 1

Contratación Directa Nro. 35/2018

"Adquisición de Equipos y Materiales de Laboratorio – INV 087 – 194 – INV 15-1030"

Nro. de Expediente: 333.175 ID Nº: 342.907

Campus Universitario, San Lorenzo, 27 de noviembre de 2018.

Con relación al llamado CD. N° 35/2018 para la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO – INV 087 – 194 – INV 15-1030, se modifican los ítems 1 y 2 de las especificaciones técnicas del Anexo C y quedarán de la siguiente manera:

Ítem	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICA
1	41121701-009	TUBOS DE ENSAYO	Tubo de Mullita 61 cm. de longitud. Diámetro Externo: 1" (2,54 cm.). Diámetro Interno: 0,750" (1,90 cm.). Máxima Temperatura: 1700ºC.
2	41121701-009	TUBOS DE ENSAYO	Tubo de Alúmina 61 cm. de longitud. Diámetro Externo: 1" (2,54 cm.). Diámetro Interno: 0,750" (1,90 cm.). Máxima Temperatura: 1700ºC.

Atentamente

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS · VIRAM IMPENDERE VERO · CIUDAD UNIVERSITARIA · SAN LORENZO - PARAGUAY

C.P. Sonia Unzain
Jefe Dpto. UOC