ACLARACION N° 2 - ID 220.899

LICITACION PÚBLICA NACIONAL N° 16/2011 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER"

Aclaración de Consulta

1 – Item N° 3 CATETER INTRAVENOSOS PERIFERICO Nº24 x 19 MM que permita flujos iguales o mayores a 25ml/min, en resina de poliuretano o PTFE, con filamentos radiopacos encapsulados, flexible,con bisel biangulado y trifacetado ,estéril,biomaterial, hemocompatible, tromboresistente,termosensible,resistencia,camara de reflujo en cristal transparente,filtro bioselectivo.

LA PREGUNTA ES SI SE PUEDE OFERTAR CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PERO CON FLUJOS IGUALES O MAYORES A 15 ml/min?

REPUESTA: SI SE PODRA OFERTAR

2 – Item N° 4 CATETER INTRAVENOSOS PERIFERICO Nº22 x 25 MM que permita flujos iguales o mayores a 35ml/min, en resina de poliuretano o PTFE, con filamentos radiopacos encapsulados, flexible,con bisel biangulado y trifacetado ,estéril,biomaterial, hemocompatible, tromboresistente,termosensible,resistencia,camara de reflujo en cristal transparente,filtro bioselectivo.

LA PREGUNTA ES SI SE PUEDE OFERTAR CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PERO CON FLUJOS IGUALES O MAYORES A 15 ml/min?

REPUESTA: SI SE PODRA OFERTAR

Asunción, 19 de mayo de 2011