PAC Nº: 317.791

ADENDA Nº 14

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES UOC Nº 01 NIVEL CENTRAL DEL M.S.P. y B.S.

COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 91/2016 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA, HEMODINAMIA, CONTRASTE RADIOLOGICO E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE" – AD REFERENDUM - I.D. Nº 317.791,** SE REALIZAN LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESPECÍFICAMENTE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS, QUEDANDO REDACTADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:

SECCIÓN I. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)

	D. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: **Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social** ING. M.A.E. Sergio Barrios Heyn, Director General Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL Piso/Oficina: PLANTA BAJA - MESA DE ENTRADA Ciudad: Asunción, Paraguay **La fecha límite para presentar las ofertas es:** **Fecha:** ***17 de marzo de 2017.-*** **Hora:** ***09:50***
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Dirección: AVDA. PETTIROSSI y BRASIL Piso/Oficina: PLANTA BAJA - MESA DE ENTRADA Ciudad: **Asunción, Paraguay** **Fecha:** ***17 de marzo de 2017.-*** **Hora:** ***10:00***

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

Lote	Item	Cod. Cat.	Descripción	Especificaciones Técnicas	Presentacion de Entrega	Unidad de Medida	Cantidad Minima	Cantidad Maxima
39	1	42203503-	Introductor p/ Electrodo marcapasos definitivos	Introductor para marcapaso definitivo de 7Fr. Longitud de la vaina 16 cm +/- 2cm. Sistema Peel Away.	Envase Individual Estéril. Descartable	Unidad	200	400
39	2	42203503-	Introductor p/ Electrodo marcapasos definitivos	Introductor para marcapaso definitivo de 8Fr. Longitud de la vaina 16 cm +/- 2cm. Sistema Peel Away	Envase Individual Estéril. Descartable	Unidad	50	100

- ***LOS DEMAS LOTES PERMANECEN INVARIABLES.***

Asunción, 01 de marzo de 2017