

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 45/18**  
**“ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE**  
**OFTALMOLOGIA”**

**ADENDA N° 11**

Asunción, 9 de Agosto de 2018.

**AL OFERENTE:**

Con relación a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 45/18 “ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTRUMENTALES PARA EL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA”, informamos que se realizan los siguientes cambios en el Pliego de Bases y Condiciones:

**1. SECCIÓN II - CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN - PUNTO 2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN – MUESTRAS. QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:**

<p><b>Muestras</b></p>	<p>Las muestras deberán presentarse en el Departamento de Laboratorio de Producción dependiente de la Dirección de Logística de Suministro de Salud, sito en Dr. Peña casi Dr. Bestard desde la 07:00 Hs del día marcado para la apertura de sobres ofertas, hasta las 12:00 Hs del día hábil siguiente. Cuando los oferentes no presenten las muestras en el plazo señalado la Convocante deberá requerir su presentación, otorgando un plazo de 24 horas contados desde la recepción por el oferente del requerimiento. La no presentación de las muestras en los periodos señalados será causal de descalificación en el Ítem. Excepcionalmente la Máxima Autoridad de la Convocante podrá solicitar la presentación de las muestras aun transcurridos los plazos señalados.</p> <p>Los oferentes deberán presentar muestras de los ítems ofertados en las mismas condiciones en que el producto será entregado en caso de ser adjudicado: ítems:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,30,35 y 98.</p> <p>El envase primario deberá tener impreso en el mismo Marca - Procedencia - Fabricante - N° de lote - Vencimiento - Descripción del material (composición) - Si son productos estériles o no y de serlo deben figurar con fecha de vencimiento de la esterilidad. De no contar con detalles de EE.TT en forma externa por el envase primario, deberá tenerlos en el interior del producto a través de un catálogo interno. La MARCA deberá figurar de origen por el envase primario.</p> <p>Con las muestras se verifican si las mismas corresponden al producto solicitado, en cuanto a especificaciones técnicas detalladas (origen, marca, presentación, etc.). Deberán estar correctamente identificadas con rótulos con los siguientes datos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NOMBRE DE LA EMPRESA</li> <li>2. N° Y NOMBRE DEL LLAMADO</li> <li>3. N° DE ITEM</li> <li>4. DESCRIPCIÓN DEL ITEM QUE DEBERÁ CORRESPONDER A LO DESCRIPTO EN LA PLANILLA DE PRECIOS Y DE DATOS GARANTIZADOS.</li> </ol> <p>En el momento de presentación de las muestras el oferente deberá presentar</p>
------------------------	---

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
**Blas Roberto Nunez**  
JEFE DE SECCIÓN GESTIÓN DE OFERTAS  
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
**Abog. Jaime Joel Caballero**  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES  
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES



una lista en duplicado de lo entregado con la firma del responsable, conforme a la siguiente Planilla:

**PLANILLA DE MUESTRAS**

NOMBRE DE LA EMPRESA					
LISTA DE MUESTRAS PRESENTADAS					
ITEM	CANTIDAD DE MUESTRAS PRESENTADAS	DESCRIPCIÓN	MARCA	ORIGEN	PROCEDENCIA

En caso de detectarse discrepancia en los mismos, la oferta del ítem correspondiente será rechazada.

Toda documentación e información sobre la muestra presentada, deberá estar en idioma español.

Las muestras no adjudicadas serán devueltas al oferente una vez culminado el proceso licitatorio, para lo cual cumplidos los 15 (quince) días hábiles posteriores a la suscripción del Contrato, el Comité Evaluador, a través del integrante representante de la Dirección Operativa de Contrataciones, solicitará al oferente, por cédula de notificación, vía fax o personal, el retiro de las muestras dentro del plazo perentorio de 05 (cinco) días hábiles, caso contrario, expirado este plazo, las muestras serán remitidas a la Dirección Administradora del Contrato para que disponga a las mismas, llegado a esta situación el IPS no será responsable por el extravío o deterioro de las muestras.

En el caso de que se presentaran procesos de impugnación (protesta y/o denuncia) ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, las muestras de los ítems, objeto de protesta, deberán permanecer en las instalaciones de la Entidad Convocante hasta tanto se resuelvan los referidos procesos de impugnación, para lo cual se aplicara el procedimiento d entrega establecido en el párrafo anterior.

Las muestras de los productos adjudicados quedarán como contra muestras para la recepción del bien, siendo remitido al Departamento de Administración de Suministros Médicos receptor del bien. Para el efecto, el Comité Evaluador, a través del integrante representante de la Dirección Operativa de Contrataciones solicitara a la DOC, nota de por medio, el envío a la Dirección Administradora del Contrato, pudiendo la misma formar parte de la última entrega a realizar, por parte del adjudicatario y el DASM, según corresponda el tipo de llamado y al ítem adjudicado.

**MUESTRAS PARA CONTROL DE CALIDAD:**

El Comité Evaluador a través del integrante representante de la Dirección Operativa de Contrataciones solicitara al oferente notificación de por medio, la entrega en un plazo de 48 hs, las Muestras que deberán pasar por el Departamento de Control de Calidad de Productos Médicos para la evaluación e informe correspondiente.

Las evaluaciones se realizarán aplicando el sistema **“CUMPLE”** o **“NO CUMPLE”**

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
*Blás Roberto Niño*  
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS  
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
*Abog. Jaime Joel Caballero*  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES  
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

**2. SECCIÓN III - REQUISITOS DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS - 1.  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:**

ITEM	CODIGO	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL CATALOGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACION	UNIDAD	OBSERVACION
1	6902	51241120-004	ACEITE DE SILICÓN: ACEITE DE SILICÓN P/CIRUGÍA DE RETINA, PURIFICADO, ESTÉRIL, APIRÓGENO	De : 5000 centistokes en frasco o jeringa de 5 a 10 ml + catéter inyector. Presentación: kit. Uso oftalmológico.	Unidad	Unidad	
2	9870-1	42312005-002	CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO: CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO ESTÉRIL P/USO OFTALMOLÓGICO	Medidas: 41 x 61 cm como mínimo, Area adhesiva mínima de 6,0 x 4,0 cm, con 1 bolsillo lateral p/colecta de líquidos durante la cirugía	Unidad	Unidad	
3	9870-2	42312005-002	CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO: CAMPO ADHESIVO QUIRÚRGICO ESTÉRIL P/USO OFTALMOLÓGICO	Medidas: 41 x 61 cm como mínimo, Area adhesiva mínima de 6,0 x 4,0 cm, con 2 bolsillos laterales p/colecta de líquidos durante la cirugía	Unidad	Unidad	
4	6883-1	42142402-014	CANULA DE EXTRUSIÓN: CÁNULA DE EXTRUSIÓN DE CHARLES C/PUNTA SILICONADA	Descartable. Diámetro: 20G	Unidad	Unidad	
5	6883-2	42142402-014	CÁNULA DE EXTRUSIÓN: CÁNULA DE EXTRUSIÓN DE CHARLES C/PUNTA SILICONADA	Descartable. Diámetro: 23 G.	Unidad	Unidad	
6	7073	42142402-012	CÁNULA DOBLE VÍA: CÁNULA DOBLE VÍA DE ASPIRACIÓN E IRRIGACIÓN TIPO SIMCOE C/ TUBULADURA DE SILICÓN DE 3,5 CM DE LONGITUD	Cánula 23 G., Curva. Aspirador 0,3 mm de diámetro, Serv. De Oftamología	Unidad	Unidad	
7	3910	42311708-003	CINTA ADHESIVA: CINTA ADHESIVA QUIRÚRGICA ANTIALÉRGICA 2.5 CM	2,5 cm de ancho x 4,5 m. de largo mínimo, antialérgica, alta adherencia, impermeable	Unidad	Unidad	
8	9297	42183022-008	ESFERAP/ENUCLEACIÓN: ESFERAS DE PLÁSTICO SÓLIDO P/ ENUCLEACIÓN, DE 10, 14, 18 Y 22 MM DE DIÁMETRO		Unidad	Unidad	Se precisan las medidas de 14 mm: 06 unidades, 18 mm: 07 unidades y 22 mm: 07 unidades.
9	10389	42292501-001	HISOPO: COTONETES (Hisopos de 8 cm +- 1 cm de largo: palillo de polipropileno, algodón, hidroxietilcelulosa y triclosano (antigérmico) con ambas puntas de algodón).	Caja de cartón o envase de plástico por 75 a 150 unidades. Presentación: caja.	Caja	Unidad	
10	7150	42295114-001	CUCHILLETE OFTALMOLOGICO: CUCHILLETE P/ FACOEMULSIFICACIÓN TIPO CRESCENT 2,75MM.DE ANCHO o menor ANGULADO	Descartable.	Unidad	Unidad	
11	7152	42295114-001	CUCHILLETE OFTALMOLOGICO: CUCHILLETE P/FACOEMULSIFICACIÓN TIPO MICROBISTURÍ DE ÁNGULO 15° RECTO	Descartable.	Unidad	Unidad	
12	7153	42295114-001	CUCHILLETE OFTALMOLOGICO: CUCHILLETE P/FACOEMULSIFICACIÓN TIPO QUERÁTOMO 2,75MM.DE ANCHO o menor ANGULADO	Descartable.	Unidad	Unidad	
13	9298	42294510-001	ESPONJA OFTALMOLOGICA : ESPONJA ABSORBENTE CON MANGUITO, DE PLÁSTICO DE 8 MM DE LARGO O MENOR , ESTÉRILES.	Caja por 10 y/o 20 paq. Presentación: caja.	Caja	Unidad	Podrá ofertarse además en caja por 25 unidades. La esponja debe tener forma triangular, de material celulosa.
14	6878	42294510-001	ESPONJA OFTALMOLOGICA : ESPONJA DE SILICÓN 509, APAISADA DE 7,5 X 3,5 MM	Aplanada de 7,5 x 3,5 mm.	Unidad	Unidad	
15	9300	42294521-002	EXPLANTE RÍGIDO: EXPLANTE DE SILICÓN RÍGIDO , BANDA DE CERCLAJE ESTILO 287	Tipo convexa de 7 mm(+ - 1) de ancho con surco central de 2,5 mm (+ - 1) de ancho.	Unidad	Unidad	
16	9301	42294521-002	EXPLANTE RÍGIDO: EXPLANTE DE SILICÓN RÍGIDO, LAZO DE SILICONA ESTILO 287	Tira plana de 2,5 mm (+ - 1) de ancho.	Unidad	Unidad	Lo solicitado corresponde al estilo 287
17	6886-2	42294513-002	FIBRA ÓPTICA DE ENDOLASER: FIBRA ÓPTICA DE ENDOLASER DE 23G	Descartable. Compatible con equipo en uso.	Unidad	Unidad	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Blás Roberto Nunez  
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS  
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Abog. Jaime Joel Caballero  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES  
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



ITEM	CODIGO	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL CATALOGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACION	UNIDAD	OBSERVACION
18	6880	42183023-013	<b>SET DE INYECCIÓN DE GAS OFTÁLMICO: JUEGO DE INYECCIÓN DE GAS OFTÁLMICO MODELO C3F8(TEMP. AMBIENTE - SITIO SECO)</b>	Con Contenedor De Gas Esterilizado 30 mL, 1(Un) Dispositivo De Jeringa Esterilizada, Filtro Conector Para Cambio Fluido/Gas, Una Aguja 30 G, 5 Etiquetas Y Brazaletes P/Pcte. Presentación: set	Unidad	Unidad	
19	6898	42294523-999	<b>SOLUCIÓN OFTALMOLOGICA VICOELASTICA: PERFLUORODECALINE LÍQUIDO ESTÉRIL</b>	Frasco De 5 a 7 ml. Presentación: frasco.	Frasco	Unidad	
20	6882	42294513-001	<b>PUNTA DE VITRECTOMIA: PUNTAS DE VITRECTOMÍA</b>	Descartable	Unidad	Unidad	Debe ser para vitrectomía anterior
21	2656	42312201-006	<b>HILO PARA SUTURA POLIAMIDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIAMIDA N° 10/0 C/2 AGUJAS.</b>	Long. De Hebra 30 Cm. Con 2 Aguja Armada, Punta Espatulada De 1/2 Circulo 7,1 mm, +- 1 mm. Oftalmología	Unidad	Unidad	
22	8067	42312201-008	<b>SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIESTER: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIÉSTER N° 5/0 C/2 AGUJAS</b>	Agujas Espatuladas Modelo T1, Hebra Trenzada. Longitud mínima 45 Cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad	Unidad	
23	2699	42312201-005	<b>HILO PARA SUTURA POLIGLACTINA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA N° 6/0 C/2 AGUJAS DE 0,87 MM</b>	Long. de hebra como mínimo 45 cm. Con 2 agujas doble armada punta espatulada 1/4 de circulo 0,87 cm, para oftalmología. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad	Unidad	
24	9352	42312201-005	<b>HILO PARA SUTURA DE POLIGLACTINA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA N° 8/0 C/2 AGUJAS</b>	Long. de hebra como mínimo 20 Cm. Aguja Doble Armada Punta Espatulada De 3/8 Circulo, 0,65 mm . Oftalmología. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad	Unidad	Long. De Hebra 20 Cm. Aguja Doble Armada Punta Espatulada De 3/8 Circulo, 0,65 cm, Oftalmología
25	2700	42312201-005	<b>HILO PARA SUTURA DE POLIGLACTINA: SUTURA QUIRÚRGICA DE POLIGLACTINA N° 7/0 C/2 AGUJAS</b>	Longitud de hebra como mínimo 45 cm agujas dobles armadas. Punta espatulada de 3/8 Circulo 0,65 mm. Oftalmología. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad	Unidad	Longitud de hebra 45 cm agujas dobles armadas, Punta espatulada de 3/8 Circulo 0,65 cm. Oftalmología
26	2676	42312201-007	<b>HILO PARA SUTURA DE SEDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA N° 5/0 CON AGUJA</b>	Aguja cilíndrica 1/2 circulo, 20 mm o menor. Longitud mínima 45 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)	Unidad	Unidad	
27	2678	42312201-007	<b>HILO PARA SUTURA DE SEDA: SUTURA QUIRÚRGICA DE SEDA VIRGEN N° 8/0 CON 2 AGUJAS</b>	Uso oftalmológico, con 2 agujas 3/8 circulo, 0,65 mm. Longitud mínima 45 cm. Relación de diámetro Aguja /hilo debe ser 1/1. Los ensayos y procedimientos de	Unidad	Unidad	Uso oftalmológico, con 2 agujas 3/8 circulo, 0,65 cm.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Blás Roberto Nunez  
JEFE DE SECCIÓN GESTIÓN DE OFERTAS  
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Abog. Jaime Joel Caballero  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES  
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES



INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

ITEM	CODIGO	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL CATALOGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACION	UNIDAD	OBSERVACION
				verificación según descripción de la Farmacopea Americana (USP 39 NF 34 o ediciones posteriores)			
28	7140-1	42291613-006	<b>TREPANO QUIRURGICO:</b> TREPANOCORNEAL DESCARTABLE CON SISTEMA DE VACÍO (TIPO BARRON)	De 6.0 A 9.5 Mm De Diámetro RECEPTOR.	Unidad	Unidad	Debe ser la medida de 7,50 y 7,75 = 50% de cada medida
29	7140-2	42291613-006	<b>TREPANO QUIRURGICO:</b> TREPANO CORNEAL DESCARTABLE CON SISTEMA DE VACÍO (TIPO BARRON) PARA DONANTE + PLACA BASE ANTIDESLIZANTE.	De 6.0 A 9.5 Mm De Diámetro DONANTE.	Unidad	Unidad	Debe ser la medida de 7,75 y 8,00 = 50% de cada medida
30	6795	51241120-014	<b>CLORURO DE SODIO-IRRIGACIÓN OCULAR :</b> SOLUCION SALINA BALANCEADA ESTERIL P/IRRIGACION OCULAR	Frasco o sachet de 500 ml. Presentación: frasco o sachet.	Unidad	Unidad	
31	7447	42294503-001	<b>ANILLO QUIRURGICO OFTALMICO:</b> ANILLO DE FIJACIÓN ESCLERAL DE KATENA, PARA INCISIÓN DE FACOEMULSIFICACIÓN EN Córnea CLARA	Acero inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	
32	7448	42294513-004	<b>ANILLO DE FIJACIÓN PARA VITRECTOMIA:</b> ANILLO DE FIJACIÓN PARA LENTES DE VITRECTOMÍA	Silicona.	Unidad	Unidad	
33	7451	42183022-999	<b>ANSA OFTALMOLOGICO:</b> ANSA DE NÚCLEO	Acero inoxidable y/o titanio. Punta curva, superficie ranurada. (cerrada).	Unidad	Unidad	
34	7479	42181515-008	<b>CAJA P/INSTRUMENTAL:</b> CAJA DE ESTERILIZACIÓN P/INSTRUMENTALES VARIOS, ACERO INOXIDABLE C/ PROTECTOR DE SILICÓN	De 330 X 220 X 20 Mm	Unidad	Unidad	Los contenedores podrán contar con perforaciones en sus superficies superior e inferior.
35	6884	42142402-015	<b>CANULA DE INFUSIÓN:</b> CÁNULA DE INFUSIÓN PARA VITRECTOMÍA 4 MM	Descartable. Uso oftalmológico	Unidad	Unidad	
36	6890	42294511-027	<b>GANCHO DE IRIS:</b> GANCHOS DE IRIS "DE JUAN" (GRIESHABER)	Descartable, caja x 10/ 20 Unid. Uso oftalmológico.	Unidad	Unidad	
37	7489	42142402-010	<b>CÁNULA PULIDORA DE CÁPSULA POSTERIOR:</b> CÁNULA PULIDORA DE CÁPSULA POSTERIOR TIPO JENSEN DE 25 G	Acero Inoxidable Con Impregnación De Carburo En La Punta	Unidad	Unidad	
38	8072	42295104-002	<b>CAUTERIO BI POLAR:</b> CAUTERIO MANUAL A BATERÍA	C/ Mango Para 2 Baterías AA Y Puntas Recambiables	Unidad	Unidad	
39	7147	42182005-007	<b>COMPAS OFTALMOLOGICO</b> COMPAS TIPO CASTROVIEJO DE 20MM DE APERTURA, CURVO, CON REGLA	Acero Inoxidable y/o titanio. Presentación: unidad	Unidad	Unidad	
40	7146	42182005-007	<b>COMPAS OFTALMOLOGICO:</b> COMPAS TIPO CASTROVIEJO DE 20MM DE APERTURA, RECTO, CON REGLA	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	
41	7531	42183022-003	<b>CUCHARILLA DE ENUCLEACIÓN:</b> CUCHARILLA DE ENUCLEACIÓN	Acero Inoxidable	Unidad	Unidad	
42	7533	42183022-004	<b>CUCHARILLA DE EVISCERACIÓN:</b> CUCHARILLA DE EVISCERACIÓN, PEQUEÑA	Acero inoxidable. Presentación: unidad.	Unidad	Unidad	
43	7532	42183022-004	<b>CUCHARILLA DE EVISCERACIÓN:</b> CUCHARILLA DE EVISCERACIÓN, GRANDE	Acero Inoxidable. Presentación: unidad.	Unidad	Unidad	
44	7537	42291607-999	<b>CURETA QUIRURGICA:</b> CURETA DE CHALAZION MEYERHOEFER SET DE 5: TAMAÑO N° 0-1-2-3 Y 4	Acero Inoxidable y/o titanio.	Set	Unidad	
45	7549	42294521-999	<b>DEPRESOR ESCLERAL:</b> DEPRESOR ESCLERAL DE SCHEPENS, CON DEDAL, GRANDE	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	
46	7550	42294521-999	<b>DEPRESOR ESCLERAL:</b> DEPRESOR ESCLERAL DE SCHEPENS, CON DEDAL, PEQUEÑO	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	
47	7551	42294521-999	<b>DEPRESOR ESCLERAL:</b> DEPRESOR ESCLERAL DOBLE, DE BOLSILLO, TIPO SCHOCKET	Acero Inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	
48	7588	42294511-999	<b>ESCARIFICADOR OFTALMOLOGICO:</b>	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

ITEM	CODIGO	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL CATALOGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACION	UNIDAD	OBSERVACION
			ESCARIFICADOR DE DESMARRS PEQUEÑO				
49	7649	42294002-999	<b>ESPÁTULA OFTALMOLOGICA:</b> ESPÁTULA DE IRIS DE BARRAQUER, CILÍNDRICA, PEQUEÑA 0,25 MM DIÁMETRO, ANGULADA	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	
50	7650	42294002-999	<b>ESPÁTULA OFTALMOLOGICA:</b> ESPÁTULA DE KIMURA, PARA ESCARIFICACIÓN CORNEAL Y CULTIVO	Platino	Unidad	Unidad	
51	7651	42183022-005	<b>ESPÁTULA DE NÚCLEO DE NAGAHARA:</b> ESPÁTULA DE NÚCLEO DE NAGAHARA, BORDE INFERIOR PLANO P/ FACOEMULSIFICACIÓN	Acero Inoxidable y/ o titanio	Unidad	Unidad	
52	7652	42183022-006	<b>ESPÁTULA DOBLE:</b> ESPÁTULA DOBLE PARA COCLODIÁLISIS TIPO CASTROVIEJO, 0,25 MM DE ANCHO	Acero Inoxidable y /o titanio.	Unidad	Unidad	
53	7654	42183022-007	<b>ESPÁTULA PARA CUERPO EXTRAÑO:</b> ESPÁTULA PARA CUERPO EXTRAÑO, GOLF CLUB, PUNTA REDONDEADA ANGULADA	Acero Inoxidable y/o titanio. Presentación:unidad.	Unidad	Unidad	
54	7665	42291706-011	<b>FRESA MANUAL A BATERIA :</b> FRESA MANUAL P/ CUERPO EXTRAÑO CORNEAL A BATERIA, MANGO CON TAPA.	Bateria AA X 2. Puntas De 0.5 Y 1.0 Mm. Presentación: unidad.	Unidad	Unidad	
55	7666	42291706-011	<b>FRESA MANUAL A BATERIA :</b> FRESA MANUAL P/ PTERIGION A BATERIA, MANGO CON TAPA	c/ Baterias AA X 2. Presentación: unidad.	Unidad	Unidad	
56	7678	42294511-997	<b>GANCHO OFTALMOLOGICO:</b> GANCHO DE DESPRENDIMIENTO DE RETINA DE GASS, CON AGUJERO OVALADO EN LA PUNTA	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	
57	7679	42294511-027	<b>GANCHO DE IRIS:</b> GANCHO DE IRIS Y MANIPULADOR DE LIO DE KUGLEN, ANGULADO	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	
58	9405	42294203-001	<b>LENTE DE PROTECCION OCULAR PARA CIRUGIA:</b> LENTE DE AUMENTO PARA CIRUGÍA	Lupas Con Aumento X 4. Montadas En Anteojos	Unidad	Unidad	
59	8775	41122407-001	<b>MANGO P/ BISTURÍ:</b> MANGO PEQUEÑO ( 10 cm + - 2 cm) PARA BISTURÍ	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	
60	8776	42294511-005	<b>MANIPULADOR DE NÚCLEO DRYSDALE:</b> MANIPULADOR DE NÚCLEO DRYSDALE	Acero Inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	
61	8777	42294521-001	<b>MARCADOR ESCLERAL:</b> MARCADOR ESCLERAL PARA CIRUGÍA DE DESPRENDIMIENTO DE RETINA	Acero Inoxidable y/ o titanio. Presentación: unidad.	Unidad	Unidad	
62	8820	42294511-008	<b>PINZA DE CHALAZIÓN CIRCULAR:</b> PINZA DE CHALAZIÓN CIRCULAR 12 MM DE DIAM	Acero Inoxidable Y Titanio	Unidad	Unidad	
63	8819	42294511-008	<b>PINZA DE CHALAZIÓN CIRCULAR:</b> PINZA DE CHALAZIÓN CIRCULAR 8.0 MM DE DIAM	Acero Inoxidable y/ o titanio	Unidad	Unidad	
64	8822	42294511-007	<b>PINZA DE CHALAZIÓN OVAL:</b> PINZA DE CHALAZIÓN OVAL, MEDIANA	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	
65	8821	42294511-007	<b>PINZA DE CHALAZIÓN OVAL:</b> PINZA DE CHALAZIÓN OVAL, PEQUEÑA	Acero Inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	
66	8824	42294511-006	<b>PINZA DE CHALAZIÓN TRIANGULAR:</b> PINZA DE CHALAZIÓN TRIANGULAR ANGULADA DE LORDAN	Acero Inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	
67	7104	42294511-010	<b>PINZA DE CONJUNTIVA, ANATÓMICA CERRADA, DELICADA SIN DIENTES :</b> PINZA DE CONJUNTIVA, ANATÓMICA CERRADA, DELICADA SIN DIENTES ( 8 cm de largo + - 1 cm)	Acero inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	
68	7105	42294511-009	<b>PINZA DE CONJUNTIVA, ANATÓMICA CERRADA,</b>	Acero inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Blás Roberto Núñez  
JEFE DE SECCIÓN GESTIÓN DE OFERTAS  
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Abog. Jaime Joel Caballero  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES  
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

ITEM	CODIGO	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL CATALOGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACION	UNIDAD	OBSERVACION
			<b>DELICADA CON DIENTES :</b> PINZA DE CONJUNTIVA, ANATÓMICA, DELICADA CON DIENTES 1X2, RECTA ( 8 cm de largo + - 1 cm)				
69	7106	42294511-009	<b>PINZA DE CONJUNTIVA, ANATÓMICA CERRADA, DELICADA CON DIENTES :</b> PINZA DE CONJUNTIVA, ANATÓMICA, DELICADA CON DIENTES 1X2, CURVA ( 8 cm de largo + - 1 cm)	Acero inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	
70	8828	42294511-011	<b>PINZA DE CórNEA:</b> PINZA DE CórNEA CASTRO VIEJO COLIBRÍ 0.12 CON DIENTES 1 X 2	Acero inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	
71	7074	42294511-011	<b>PINZA DE CórNEA:</b> PINZA DE CórNEA CASTRO VIEJO-COLIBRÍ 0.12, CON PLATAFORMA	Acero Inoxidable y/o Titanio	Unidad	Unidad	
72	7103	42294511-998	<b>PINZA OFTALMOLOGICA DE FIJACIÓN:</b> PINZA DE FIJACIÓN CORNEAL EN FORMA DE U, CON DIENTES 1X2, 0.12 ( para transplante)	Acero Inoxidable y/o titanio. Presentación: unidad	Unidad	Unidad	
73	7075	42294511-013	<b>PINZA DE TROUTMAN P/RECTO SUPERIOR, ANGULADA, CON DIENTES:</b> PINZA DE TROUTMAN P/RECTO SUPERIOR, ANGULADA, CON DIENTES 1 X 2	Acero inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	
74	8868-1	42291802-043	<b>PINZA MOSQUITO:</b> PINZA MOSQUITO RECTA , DE HALSTED	Acero Inoxidable. Presentación: unidad	Unidad	Unidad	La medida debe ser de 12.5CMS (+/- 0.5)
75	8868-2	42291802-043	<b>PINZA MOSQUITO:</b> PINZA MOSQUITO CURVA, DE HALSTED	Acero Inoxidable. Presentación: unidad	Unidad	Unidad	
76	8869-1	42291802-043	<b>PINZA MOSQUITO:</b> PINZA MOSQUITO RECTA DE HARTMANN	Acero inoxidable y/o titanio. Presentación: unidad	Unidad	Unidad	
77	8869-2	42291802-043	<b>PINZA MOSQUITO:</b> PINZA MOSQUITO CURVA, DE HARTMANN	Acero inoxidable y/o titanio. Presentación: unidad	Unidad	Unidad	
78	7108	42294511-014	<b>PINZA UTRATA :</b> PINZA PARA CAPSULORREXIS DE UTRATA, CURVADA, PUNTAS DELICADAS TRIANGULARES DE 11 MM	Acero Inoxidable y/o Titanio	Unidad	Unidad	
79	10387	42294511-014	<b>PINZA UTRATA:</b> PINZA PARA CAPSULORREXIS, DE UTRATA, RECTA ,PUNTAS CORTANTES.	Acero inoxidable y/o titanio. Presentación: unidad	Unidad	Unidad	
80	7110	42294511-015	<b>PINZA P/CAUTERIO BIPOLAR :</b> PINZA P/CAUTERIO BIPOLAR TIPO MC PHERSON PUNTA ROMA, ANGULADA C/ CABLE	Acero Inoxidable y/o titanio. Adaptable a equipo en uso. Presentación: unidad	Unidad	Unidad	
81	8896	42294511-016	<b>PINZA PARA INSERCIÓN DE LENTE INTRAOCULAR:</b> PINZA PARA INSERCIÓN DE LENTE INTRAOCULAR	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	
82	8897	42294511-017	<b>PINZA PARA REMOVE SUTURA:</b> PINZA PARA REMOVE SUTURA, PUNTAS MUY FINAS IMPREGNADAS DE CARBURO	Acero Inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	
83	7112	42294511-018	<b>PINZA PORTA HILOS:</b> PINZA PORTA HILOS DE MC PHERSON, 5 MM DE PLATAFORMA ANGULADA P/SUTURA DE 9,0 a 11,0	Acero inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	
84	7113	42294511-018	<b>PINZA PORTA HILOS:</b> PINZA PORTA HILOS DE MC PHERSON, 5 MM DE PLATAFORMA, RECTA P/SUTURA 9,0 a 11,0	Acero Inoxidable Y Titanio	Unidad	Unidad	
85	8898-1	42294511-018	<b>PINZA PORTA HILOS:</b> *PINZA PORTAHILOS DE HARMS, PARA HILOS 7.0 A 9.0, RECTA	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	
86	8898-2	42294511-018	<b>*PINZA PORTA HILOS:</b> PINZA PORTAHILOS DE HARMS, PARA HILOS 7.0 A 9.0, CURVA	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	
87	8899-1	42294511-018	<b>*PINZA PORTA HILOS:</b> PINZA PORTAHILOS DE TENNANT CON PLATAFORMA DE 6 MM, PARA HILOS 9.0 A 11.00 Recta	a) Acero inoxidable b) Titanio. Presentación: unidad	Unidad	Unidad	
88	8899-2	42294511-018	<b>*PINZA PORTA HILOS:</b> PINZA PORTAHILOS DE TENNANT CON	a) Acero inoxidable b) Titanio.	Unidad	Unidad	



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

ITEM	CODIGO	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL CATALOGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACION	UNIDAD	OBSERVACION
			PLATAFORMA DE 6 MM, PARA HILOS 9.0 A 11.00 curva	Presentación: unidad			
89	6891-2	42294511-028	TIJERAS P/ VITRECTOMÍA: PINZAS P/ VITRECTOMÍA CHARLES 23G	Acero Inoxidable y/o titanio. Presentación: unidad	Unidad	Unidad	
90	6893-2	42294511-028	TIJERAS P/ VITRECTOMÍA: PINZAS P/ VITRECTOMÍA PARA CUERPO EXTRAÑO 23G	Acero Inoxidable y/o titanio. Presentación: unidad	Unidad	Unidad	
91	7304	42142505-001	PORTA AGUJA DE METAL : PORTA AGUJAS DE KALT	Acero inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	
92	7116	42142505-001	PORTA AGUJA DE METAL : PORTA AGUJAS PARA MICROCIRUGÍA HILO 9-0, 10-0 Y 11-0, CON SEGURO	Acero inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	
93	7115	42142505-001	PORTA AGUJA DE METAL : PORTA AGUJAS PARA MICROCIRUGÍAS HILO 9-0, 10-0 Y 11-0, SIN SEGURO	Acero inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	
94	7117	42142505-001	PORTA AGUJA DE METAL : PORTA AGUJAS STANDARD PARA HILOS 6.0, 7.0 Y 8.0 CON SEGURO, curva	Acero Inoxidable y/o titanio. Presentación: unidad	Unidad	Unidad	
95	7118-1	42142505-001	PORTA AGUJA DE METAL : PORTA AGUJAS STANDARD PARA OFTALMOLOGÍA PARA HILOS 6.0, 7.0 Y 8.0 SIN SEGURO, RECTA	Acero Inoxidable y/o titanio. Presentación: unidad	Unidad	Unidad	
96	7118-2	42142505-001	PORTA AGUJA DE METAL : PORTA AGUJAS STANDARD PARA OFTALMOLOGÍA PARA HILOS 6.0, 7.0 Y 8.0 SIN SEGURO, CURVA	Acero Inoxidable y/o titanio. Presentación: unidad	Unidad	Unidad	
97	7119	42142529-001	PORTA BISTURÍ DE METAL PORTA LÁMINAS (PARA HOJAS DE AFEITAR ROMPIBLES)	Acero Inoxidable	Unidad	Unidad	
98	8068	42294512-001	PROTECTOR OCULAR: PROTECTOR OCULAR UNIVERSAL	Plástico Claro O Aluminio	Unidad	Unidad	
99	8922	42294512-001	PROTECTOR OCULAR: PROTECTOR DE ORBITA	Plastico calro o aluminio. Presentación: unidad.	Unidad	Unidad	
100	6873	42293131-002	RETRACTOR ORBITARIO: RETRACTOR ORBITARIO DE SCHEPENS	Acero Inoxidable	Unidad	Unidad	
101	7120	42182005-008	ROTADOR DE LENTE INTRAOCULAR: ROTADOR DE LENTE INTRAOCULAR, PUNTA ROMA, 0.2 MM DE DIÁM, TIPO SINSKEY II	Acero Inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	
102	8965	42291802-023	SEPARADOR PARA CIRUGÍA: SEPARADOR DE PÁRPADOS 20 CM. VARIANTE + - 2 CM. CON HOJAS SOLIDAS	Acero inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	Debe ser, separador de parpados de 20 mm variante +/- 2mm.-
103	7154	42291802-023	SEPARADOR PARA CIRUGÍA: SEPARADOR DE PÁRPADOS PARA FACOEMULSIFICACIÓN, TIPO LIEBERMAN	Acero Inoxidable y/o Titanio	Unidad	Unidad	
104	7155	42291802-023	SEPARADOR PARA CIRUGÍA: SEPARADOR DE PÁRPADOS PARA RECIÉN NACIDO TIPO FRAENKEL	Acero Inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	
105	7157	42291802-023	SEPARADOR PARA CIRUGÍA: SEPARADOR DE PÁRPADOS TIPO BARRAQUER PARA NIÑOS	Acero Inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	
106	6905	42294503-001	ANILLO QUIRURGICO OFTALMICO : SET DE ANILLOS DE FIJACIÓN DE FLIERINGA	Set De 8 Anillos De 14 A 22 Mm De Diametro) Acero Inoxidable. Presentación: set	Set	Unidad	
107	7159	42294522-001	SET DE SONDAS LAGRIMALES : SET DE SONDAS LAGRIMALES X 6: DE OOOO A 8	Acero Inoxidable y/o titanio. Presentación: set	Set	Unidad	
108	7121	42291614-011	TIJERAS DE CASTROVIEJO: TIJERAS DE CASTROVIEJO, CURVA PARA TRANSPLANTE DE CórNEA	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	
109	7122	42294511-020	TIJERAS DE CórNEA :TIJERAS DE CórNEA UNIVERSAL TIPO CASTROVIEJO, HOJAS PEQUEÑAS, PUNTA ROMA	Acero Inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	
110	7123	42294511-020	TIJERAS DE CórNEA : TIJERAS DE CórNEA, TIPO CASTROVIEJO PEQUEÑA PARA MICROCIRUGÍA DERECHA	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	
111	7124	42294511-020	TIJERAS DE CórNEA : TIJERAS DE CórNEA, TIPO CASTROVIEJO,	Acero Inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Blás Roberto Niño  
JEFE DE SECCION GESTION DE OFERTAS  
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Ing. Jaime Joel Caballero  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES  
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES



INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



ITEM	CODIGO	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL CATALOGO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRESENTACION	UNIDAD	OBSERVACION
			PEQUEÑA PARA MICROCIROGÍA, IZQUIERDA				
112	7126	42294511-021	TIJERAS DE ENUCLEACIÓN: TIJERAS DE ENUCLEACIÓN, CURVATURA MEDIA	Acero Inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	
113	7127	42294511-022	TIJERAS DE IRIS: TIJERAS DE IRIS TIPO BARRAQUER, HOJAS DE 7 MM, PUNTA ROMA	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	
114	3020	42291614-002	TIJERA RECTA: TIJERA MAYO RECTA 15 CM	Acero inoxidable quirúrgico, variación: + - 2 cm en la medida 3 años de garantía mínima .-	Unidad	Unidad	
115	7128	42294511-023	TIJERAS DE VANNAS, P/ CAPSULOTOMÍA: TIJERAS DE VANNAS, P/ CAPSULOTOMÍA, RECTA	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	
116	7129	42294511-023	TIJERAS DE VANNAS, P/ CAPSULOTOMÍA: TIJERAS DE VANNAS,P/ CAPSULOTOMÍA, CURVA	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	
117	7130	42294511-024	TIJERAS DE WESTCOTT: TIJERAS DE WESTCOTT PUNTA ROMA CURVA	Acero Inoxidable y/o titanio	Unidad	Unidad	
118	6894-2	42294511-028	TIJERAS P/ VITRECTOMÍA:TIJERAS INTRAOCULAR P/ VITRECTOMÍA ANGULADA DE 90° O MENOR ANGULO 23G	Acero inoxidable y/o titanio. Presentación: unidad	Unidad	Unidad	
119	6895-2	42294511-028	TIJERAS P/ VITRECTOMÍA: TIJERAS INTRAOCULAR P/ VITRECTOMÍA RECTA 23G	Acero inoxidable y/o titanio. Presentación: unidad	Unidad	Unidad	
120	7131	42291614-003	TIJERAS PARA CORTAR HILOS DE SUTURAS: TIJERA PARA CORTAR SUTURAS JAFEE PUNTA CORTANTE, HOJA MEDIANA CURVA	Acero Inoxidable y/o titanio.	Unidad	Unidad	
121	7133	42291614-004	TIJERA PARA TENOTOMÍA: TIJERA PARA TENOTOMÍA DE STEVENS CURVA	Acero inoxidable y/o titanio. Variación: + - 2 cm en la medida.	Unidad	Unidad	La medida debe ser de 11 cms o 12,5 cms
122	7132	42291614-004	TIJERA PARA TENOTOMÍA: TIJERA PARA TENOTOMÍA DE STEVENS RECTA	Acero inoxidable y/o titanio. Variación: + - 2 cm en la medida.	Unidad	Unidad	La medida debe ser de 11 cms o 12,5 cms

**3. EN LA SECCIÓN VII. ANEXOS - DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA - F CUALQUIER OTRO DOCUMENTO ADICIONAL REQUERIDO – PUNTO N° 6 Y 16. QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:**

6. Certificado de Buenas Prácticas de Fabricación y/o Almacenamiento emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del MSP y BS, Autoridad Sanitaria competente de nuestro país, vigente durante toda la duración del contrato. De encontrarse vencido, se admitirá constancia de solicitud de renovación en trámite.		
16. Catálogos acompañados de una declaración jurada comprometiéndose a entregar el producto en las mismas condiciones en caso de ser adjudicado, los siguientes ítems: 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121 y 122.		

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Blás Roberto Nunez  
JEFE DE SECCIÓN GESTIÓN DE OFERTAS  
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL  
Abog. Jaime Joel Caballer  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE LICITACIONES  
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES