MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION N° 9
NOVENA REGION SANITARIA - PARAGUARI

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Lugar **NOVENA REGION SANITARIA - PARAGUARI**
C.D. **CONTRATACION DIRECTA N° 12 / 2012**
ADQUISICION, DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS

ITEM	CODIGO	codigo patrimonial	CANT.	PRESENTAC.	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	P.UNIT.	PRECIO TOTAL
1	73171602-001	011-424-12-2004	1	EVENTO	ESTUFA DE ESTERILIZACION (cultivo)	EQUIPO: ESTUFA DE CULTIVO. MARCA: OLIDEZ CZ MODELO: LINEA 81 NUMERO DE SERIE: 10C-0018 NUMERO PATRIMONIAL: 011-456-03-0843 LUGAR: HRP limpiezaGeneral del equipo, dos veces al año verificacion del funcionamiento del equipo reparacion y cambio del sistema de reisltencia de calefaccion reparacion del sistema de control de temperatura, limpieza y pintura de parte de la extructura metalica oxidada, dejar el equipo instalado y en funcionamiento, garantia por el trabajo realizado desde la puesta en funcionamiento despues del servicio de mantenimiento		-
6	73171602-001	011-424-12-6343 /44	1	EVENTO	ELECTRO CARDIOGRAFO (HRP PARAGUARI)	EQUIPO: ELECTRO CARDIOGRAFO MARCA:GIMA MODELO: 101 NUMERO DE SERIE: NUMERO PATRIMONIAL: 011-424-12-6343 LUGAR: HRP limpiezaGeneral del equipo, dos veces al año verificacion del funcionamiento del equipo reparacion y cambio del sistema de impresion reparacion del sistema de arrastre de papel verificacion del sistema cable paciente. cambio de peritas dejar 1 juego de repuestos . limpieza y pintura de parte de la extructura metalica oxidada, dejar el equipo instalado y en funcionamiento, garantia por el trabajo realizado desde la puesta en funcionamiento despues del servicio de mantenimiento		-
10	73171602-001	011-424-01-8000	1	EVENTO	ELECTRO BISTURI A PEDAL (HD QUIINDY)	EQUIPO: ELECTROBISTURI MARCA:M1 SERCHTOLD MODELO:ELECTROM NUMERO DE SERIE: 1117400-J10147 NUMERO PATRIMONIAL:011-424-01-8000 LUGAR: HDQ limpiezaGeneral del equipo, dos veces al año verificacion del funcionamiento del equipo reparacion y cambio del sistema placa paciente y procvision de uno de repuesto cambio del manguito electrodo y provision de 5 repuestos, limpieza, lubricacion y cambio de las llaves internas de los pedaes de pie de corte y coagulacion. dejar el equipo instalado, reparacion de la carcasa metalica lijar y pintar con antioxidante e las partes rayadas u oxidadas de la carcaza, pintar con la pintura del mismo color en las partes rajadas u oxidadas de la carcasa con pintura anti oxidane especial para carcazas, garantia por el trabajo realixado por le termino de 6 meses desde la puesta en funcionamiento despues del servicio de mantenimiento.		-
							TOTAL	-